

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000109132019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **EBP_3rt_MR_DSA_Lin gyors**

Ajánlatkérő neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5815372
			7
Postai cím:	Diós Árok 3		
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
		Postai irányítószám:	1125
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Oláh	Beáta	
E-mail:	Olah.Beata@aEEK.hu	Telefon:	+36 13561573
		Fax:	+36 13757253
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.aEEK.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5280937
			2
Postai cím:	Andrássy Út 17.		
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110
		Postai irányítószám:	1061
		Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Gyurcsik	Nóra	
E-mail:	gyurcsik.nora@provitalzrt.hu	Telefon:	+36 17961000
		Fax:	+36 17961001
Internetcím(ek)			

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.provitalzrt.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

EBP_3rt_MR_DSA_Lin gyors

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

„Egészséges Budapest Program keretében 1 db MR és 1db DSA berendezés beszerzése a GOKI számára, valamint 1 db lineáris gyorsító berendezés beszerzése az Uzsoki utcai Kórház számára”

1. részterület: DSA berendezés a GOKI számára

2. részterület: MR berendezés a GOKI számára

3. részterület: Lineáris gyorsító berendezés beszerzése az Uzsoki utcai Kórház számára

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második rész XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 040-089667

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

41

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése:

1 - DSA berendezés a GOKI számára

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest, Bence Utca 3.	26575113241
Ajánlattevő neve: : 1) GE Healthcare Magyarország Kft. és 2) GE Hungary Kft. közös ajánlattevők Ajánlattevő székhelye:: 1) 1138 Budapest, Bence u. 3. 2) 1044 Budapest, Váci út 77. 1. Ajánlati ár: (nettó Ft):146 000 000 Ft; 2. Jótállási idő:(az előírt 12 hónapos minimum jótálláson felül):24; 3. Szakmai értékelési szempontok:Vizsgálóasztal/ az asztal maximális teherbírása:304;Kollimátor/ A detektor függőleges tengely mentén történő elfordulását (kép helyzet megtartásával) automatikusan követi:nem; Megjelenítő rendszer/ Detektor pixel méret: 200; Röntgen cső/ Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással:nem; Sugárterhelést csökkentő módszerek/ Sugárnélküli átpozicionálási lehetőség a központi sugárirány grafikus kijelzésével:nem;Angiográfias alkalmazások/ EKG vezérelt átvilágítás:nem	
BLUEMED Kft., Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2	14570692207
1. Ajánlati ár: (nettó Ft):145 000 000 Ft; 2. Jótállási idő:(az előírt 12 hónapos minimum jótálláson felül): 24; 3. Szakmai értékelési szempontok:Vizsgálóasztal/ az asztal maximális teherbírása: 325; Kollimátor/ A detektor függőleges tengely mentén történő elfordulását (kép helyzet megtartásával) automatikusan követi: nem; Megjelenítő rendszer/ Detektor pixel méret:154; Röntgen cső/ Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással: igen;Sugárterhelést csökkentő módszerek/ Sugárnélküli átpozicionálási lehetőség a központi sugárirány grafikus kijelzésével: igen; Angiográfias alkalmazások/ EKG vezérelt átvilágítás: igen	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

1349.1

Szöveges értékelés:

BLUEMED Kft.

1900

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviselőjében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a "legjobb ár-érték arány" elve szerint értékeli.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiadott „Értékelési szempontok...” c. excel fájlban megadott értékek kerüljenek feltüntetésre a felolvasólapon!

A Kbt. 76. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlatkérő az alábbi rész- és alszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:
DSA idegsebészeti illetve stroke ellátás céljára

1. Ajánlati ár: Súlyszám: 130

2. Jótállási idő: Súlyszám: 20

3. Szakmai értékelési alszempontok:

Vizsgálóasztal/ az asztal maximális teherbírása súlyszám: 10

Kollimátor/ A detektor függőlegesen tengely mentén történő elfordulását (kép helyzet megtartásával) automatikusan követi súlyszám: 10

Megjelenítő rendszer/ Detektor pixel méret súlyszám: 10

Röntgen cső/ Forgó anód, folyékonyfém csapágyazással: súlysz: 5

Sugárterhelést csökkentő módszerek/ Sugárnélküli átpozícionálási lehetőség a központi sugárirány grafikus kijelzésével: súlysz: 5

Angiográfias alkalmazások/ EKG vezérelt átvilágítás: súlysz: 5

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BLUEMED Kft., Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az igazolások és nyilatkozatok benyújtására az I. részben felhívott BLUEMED Kft. (2091 Etyek Liliom Köz 2) ajánlattevő megfelelő/érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolását megfelelően nyújtotta be, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hatálya alatt.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

berendezés üzembehelyezése, installálása és betanítása, szervizelése és karbantartása, helyiség előkészítése, technológiai kivitelezés, berendezés szállítása és bemozgatása

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Philips Magyarország Kft. Adószám:10272031-2-44; Philips Ceska Republica s.r.o

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Philips Magyarország Kft. Adószám:10272031-2-44 M.1, M.2; Philips Ceska Republica s.r.o M.2/a

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57

Ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján.

Ajánlatkérő 2019. május 9. napján aránytalanul alacsony ár vonatkozásában indoklás kérést küldött ki ajánlattevő vonatkozásában, 2019. május 15-én 15:00 órai határidővel.

Ugyanezen a napon, 2019. május 9. napján Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást is küldött ki ajánlattevőknek, amelynek határidejét

2019. május 15-én 15:00 órában határozta meg.

Tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő 2019. május 10. napján azzal a kéréssel fordult ajánlatkérőhöz, hogy a hiánypótlás határidejét meghosszabbítani szíveskedjen. Ajánlatkérő ennek a kérésének eleget téve a hiánypótlás határidejét meghosszabbította 2019. május 10. napján 13:20 perckor az alábbi tájékoztatást küldte ki ajánlattevőknek:

„Tisztelt Ajánlattevők! Ajánlattevői kérésre a 2019. május 15-én 15:00 óras hiánypótlási határidőt meghosszabbítjuk 2019. május 17-én 15:00 óráig. A május 9-én megküldött hiánypótlási felhívás tartalmában nem változott. üdvözlettel: dr. Gyurcsik Nóra”

A Siemens Healthcare Kft. ajánlattevő árindoklását 2019. május 17. napján 13:28 perckor nyújtotta be, tehát a fentiek alapján elkésztett, így Ajánlatkérő nem tudja figyelembe venni azt az ajánlat értékelése során.

A hiánypótlási felhívás és az árindoklás kérés külön eljárási cselekményként, külön dokumentumban kerültek feltöltésre, a hosszabbítás egyértelműen a hiánypótlási határidőre vonatkozott.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - MR berendezés a GOKI számára

A szerződés száma: 2

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57	25296826244

1. Ajánlati ár: (nettó Ft): 344 990 000 Ft; 2. Jótállási idő:(az előírt 12 hónapos minimum jótálláson felül): 24; 3. Szakmai értékelési alszempontok:RF rendszer A rendszer független RF vevő csatornáinak száma (szimultán működő analóg-digitális konverterek (ADC)):48; RF rendszer Vevő rendszer dinamika tartománya: 169; RF rendszer Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális száma:204; Tekercsek Kombinált fej-nyak tekercs legalább 18 fokban öntható: nem; Dedikált csecsemő kardiológiai/test tekercs: nem; Beteg asztal Maximális terhelés (amely mellett az asztal a megadott pontossággal még függőlegesen és vízszintesen is mozgatható): 250; Vizsgálatok Mozcás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható minden kontraszt esetében: (T2-súlyozott, FLAIR, T1-súlyozott, PD): igen; Vizsgálatok Mozcás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható koponyán kívül más testrégiókban is: igen; vizsgálatok Dixon-féle zsír-víz szeparáció kombinálható EKG szinkronizációval, és navigátoros rekeszkövetéssel, így szívvizsgálathoz is használható: nem; Vizsgálatok Mérés elején beállítható SAR értékek (pl. pacemakerrel vagy ICD-vel rendelkező páciensek esetén) alapján automatikus paraméter beállítások 1.6 W/kg és 2.0 W/kg SAR értékek esetén: igen; Vizsgálatok Automatizált kardiológiai vizsgálati work-flow, a konzisztens vizsgálati minőség biztosítására (pl. Cardiac Dot) mely az alábbi funkciókkal rendelkezik: Lépésről lépésre vezetett vizsgálati beállítás az operátor számára, Előre meghatározott vizsgálati stratégiák (gyors/képminőség/stb.); Patient View ;AutoFoV a localizer-en alapulva: FoV automatikus beállításai. ; Automatikus paraméter adaptáció (pl. Szívfrekvencia alapján); Vezetett szelet pozicionálás ; Adaptive triggering; Auto Voice Commands; nem; Vizsgálatok Compressed sensing technológia szív vizsgálatokhoz retrospektív kapuzással: igen;

Vizsgálatok Compressed sensing technológia koponya és gerinc vizsgálatokhoz: igen; Vizsgálatok Compressed sensing technológia musculoskeletal és kismedencei vizsgálatokhoz: igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság

6756

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviselőjében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a "legjobb ár-érték arány" elve szerint értékeli.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiadott „Értékelési szempontok...” c. excel fájlban megadott értékek kerüljenek feltüntetésre a felolvasólapon!

A Kbt. 76. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlatkérő az alábbi rész- és alszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:

1. Ajánlati ár:

2. Jótállási idő:(az előírt 12 hónapos minimum jótálláson felül)

3. Szakmai értékelési alszempontok:

RF rendszer A rendszer független RF vevő csatornáinak száma (szimultán működő analóg-digitális konverterek (ADC))

RF rendszer Vevő rendszer dinamika tartománya

RF rendszer Az egyszerre csatlakoztatható tekercs elemek maximális száma

Tekercsek Kombinált fej-nyak tekercs legalább 18 fokban dönthető

Dedikált csecsemő kardiológiai/test tekercs

Beteg asztal Maximális terhelés (amely mellett az asztal a megadott pontossággal még függőlegesen és vízszintesen is mozgatható)

Vizsgálatok Mozcás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható minden kontraszt esetében: (T2-súlyozott, FLAIR, T1-súlyozott, PD)

Vizsgálatok Mozcás érzéketlen adatgyűjtési mód alkalmazható koponyán kívül más testrégiókban is

Vizsgálatok Dixon-féle zsír-víz szeparáció kombinálható EKG szinkronizációval, és navigátoros rekeszkövetéssel, így szívvizsgálathoz is használható

Vizsgálatok Mérés elején beállítható SAR értékek (pl. pacemakerrel vagy ICD-vel rendelkező páciensek esetén) alapján automatikus paraméter beállítások 1.6 W/kg és 2.0 W/kg SAR értékek esetén

VizsgálatokAutomatizált kardiológiai vizsgálati work-flow, a konzisztens vizsgálati minőség biztosítására (pl. Cardiac Dot) mely az alábbi funkciókkal rendelkezik:

- Lépésről lépésre vezetett vizsgálati beállítás az operátor számára
- Előre meghatározott vizsgálati stratégiák (gyors/képmínőség/stb.)
- Patient View
- AutoFoV a localizer-en alapulva: FoV automatikus beállításai.
- Automatikus paraméter adaptáció (pl. Szívfrekvencia alapján)
- Vezetett szelet pozicionálás
- Adaptive triggering
- Auto Voice Commands

Vizsgálatok Compressed sensing technológia szív vizsgálatokhoz retrospektív kapuzással

Vizsgálatok Compressed sensing technológia koponya és gerinc vizsgálatokhoz

Vizsgálatok Compressed sensing technológia musculoskeletal és kismedencei vizsgálatokhoz

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1143 Budapest, Gizella Út 51-57 25296826244

Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Gizella Út 51-57.) Ajánlati ár: 344 990 000 Ft; a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az igazolások és nyilatkozatok benyújtására a II. részben felhívott megfelelő/érvényes ajánlatot benyújtó Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Gizella Út 51-57.) ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolását megfelelően nyújtotta be, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hatálya alatt. Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alkalmas és érvényes, legkedvezőbb ajánlatot a II. részben Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Gizella Út 51-57.) ajánlattevő tette, amelyre tekintettel Bírálóbizottság javasolja annak megállapítását, hogy a tárgyi eljárás II. részének nyertese Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest Gizella Út 51-57.) ajánlattevő.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Hibabejelentéshez szükséges 0-24h Call Center biztosítása; MR berendezéshez szükséges injektor garancia időn túli szervizellátása

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Sykes Közép-Európa Kft. 1138 Budapest Váci út 117-119 Adószám: 12537886-2-41; Astromedic Kft. 8000 Székesfehérvár Budai út 4-51. B802; ADószám: 14464267-2-07

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138 Budapest, Bence Utca 3.

26575113241

I. Ajánlatkérő 2019. december 19-én kiküldött összegezésben a GE Healthcare Magyarország Kft. és a GE Hungary Kft. közös ajánlattevőket hirdette ki a 2. részterület nyerteseként.

Ezt követően a 2019. december 21-én és 2019. december 23-án beérkezett előzetes vitarendezésekben ajánlattevők többek között az alábbi kérdéseket vetették fel GE Healthcare Magyarország Kft. és a GE Hungary Kft. közös ajánlattevők 2. rész tekintetében benyújtott ajánlata vonatkozásában:

KÉRDÉS:

VI.1. Injektor

(a) 3 fejes MR kontrasztanyag injektor hiánya

A műszaki leírás alapján megajánlandó tétel a 3 fejes MR kontrasztanyag injektor.

A GE Healthcare Magyarország Kft. és a GE Hungary Kft. közös ajánlattevők ajánlatukban részeként Medrad Accutron 2 fejes MR kontrasztanyag dugattyús injektort ajánlottak meg a műszaki leírásban és az ajánlat részeként csatolt műszaki leírásban (ajánlat 59 oldal alja).

Ajánlatkérő hiánypótlási felhívására 2019. május 10-én benyújtott hiánypótlás részeként csatolt MR termékleírásban szintén Medrad Accutron 2 fejes MR kontrasztanyag dugattyús injektor szerepel (hiánypótlás 27. oldal).

A Medrad Accutron 2 fejes MR kontrasztanyag dugattyús injektor már a neve alapján sem 3 fejes injektor, így a GE Healthcare Magyarország Kft és a GE Hungary Kft. közös ajánlattevők ajánlata nem felel meg a műszaki leírásnak.

(b) 3 fejes MR kontrasztanyag injektor gyártói termékleírás, CE tanúsítvány és EK megfelelési tanúsítvány hiánya

A műszaki leírás „Tartozék: 3 fejes MR kontrasztanyag injektor” -ként definiálja a szállítandó kontrasztanyag injektort. GE a műszaki táblázat injektorra vonatkozó részében minden soron igennel válaszol a követelményekre, illetve a számszerűsített követelményeknek megfelelő értéket ad meg.

A műszaki leírásban azonban a Medtron Accutron MR kétfejes injektor (az elvárás három fejes injektor volt), szerepel, és a táblázatban igennel megválaszolt „Integrált gyógyszer adagoló” elvárás a műszaki leírásból nem ellenőrizhető vissza.

Pedig ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként az alábbi dokumentumok beadását írta elő a műszaki leírásban található követelményeknek való megfelelés igazolása céljából:

- „meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát
- műszaki adatlapot (Műszaki leírás c. dok.) a megajánlott berendezés paramétereivel megfelelően kitöltve és cégszerűen aláírva, melyben meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, darabszámát,
- mellékelni kell gyártói színes termékmismertető prospektust, amelyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni, amennyiben ez nem részletes úgy azt részletes magyar nyelvű műszaki leírással kiegészíteni,
- értékelési szempontokra megadott információk esetében csatolni kell azok gyártói adattalppal történő igazolását és/vagy gyártó képviselőre jogosult személye által tett megerősítő nyilatkozatot,
- csatolni kell a 16/2012. (II. 6.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti gyártói megfelelési nyilatkozatot (EC Conformity Declaration), valamint
- a megajánlott orvostechnikai eszköz a 4/2009. (III. 17.) EüM. rendelet alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelési értékelési tanúsítványát, amely szerint az egészségügyi gép-műszer megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek,
- megajánlott termék ajánlattevőre vonatkozó, gyártóműig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő),

- szerviz(partner) feltétel, melyre ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét” folyt tov inform.

BLUEMED Kft., Magyarország 2091 Etyek, Liliom Köz 2

14570692207

Ajánlatkérő a műszaki leírásban többek között az alábbi műszaki követelményt támasztotta a berendezésekkel kapcsolatban. „Maximális egyidejűleg alkalmazható grádiens amplitúdó és slew rate a maximumként megadott FOV-ra x, y, z tengelyeken külön-külön Min. 40 mT/m és 200 T/m/s”

A Siemens Healthcare Kft. 2020. május 8. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelme szerint:

„...A berendezésnek két altípusa létezik, a Philips Ingenia 1,5 T Omega és Philips Ingenia 1,5 T Omega HP. A csatolt gyártói termékleírásból egyértelműen látszik, hogy az olasz ítéletben a Philips Ingenia 1,5 T Omega HP altípusról van szó, mivel a Philips Ingenia Omega altípus az olasz ítéletben szereplő Min. 40 mT/m és 200 T/m/s paraméterek egyikét sem tudja külön-külön teljesíteni. (Philips Ingenia 1,5 T Omega altípus 33 mt/m és 120 T/m/s paramétert tud csak teljesíteni....”

Ajánlatkérő a Kbt. által biztosított keretek között hiánypótlási felhívással élt Bluemed Kft. Ajánlattevő irányában, az alábbiak szerint:

- Ajánlatkérőhöz beérkezett előzetes vitarendezési kérelem alapján kérjük tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében Gyártói nyilatkozattal igazolja a tenderben meghatározott „Maximális egyidejűleg alkalmazható grádiens amplitúdó és slew rate a maximumként megadott FOV-ra x, y, z tengelyeken külön-külön Min. 40 mT/m és 200 T/m/s” elvárásnak való megfelelést.
- Kérjük továbbá tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Gyártói nyilatkozathoz csatolja a legfrissebb gyártói prospektust, mely alapján igazolható a megajánlás.

Bluemed Kft. ajánlattevő gyártói nyilatkozatot, egy kereskedelmi célú prospektust és azok fordítását nyújtotta be.

Ajánlattevő által benyújtott gyártói nyilatkozat nem volt egyértelmű abban a tekintetben, hogy van-e olyan működési módja a készüléknek, amely során egyidejűleg alkalmazásra kerül a 45 mT/m grádiens amplitúdó, 200 T/m/s slew rate értékek által meghatározott maximális teljesítmény.

[Bluemed Kft. ajánlattevő 2020. május 15. napján benyújtott előzetes vitarendezésben kifogásolta, hogy gyártói prospektussal kérte Ajánlatkérő alátámasztani a vitatott értéket. Ezt az előzetes vitarendezési kérelmet Ajánlatkérő helybenhagyta, ugyanakkor a hiánypótlás alapjául szolgáló vitarendezés kapcsán jelen esetben kérelmező Ajánlattevő érdeke lett volna, hogy igazolja a másik ajánlattevő által vitatott értéket a legfrissebb, a vitatott értékre vonatkozóan is hiteles információt tartalmazó gyártói prospektus benyújtásával.]

Mivel Ajánlatkérő számára a hiánypótlásban benyújtott dokumentumok nem voltak egyértelműek, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében Ajánlatkérő további felvilágosítás kéréssel fordult Ajánlattevőhöz:

Kérjük tisztelt Ajánlattevőt, hogy egyértelmű állásfoglalásával adja meg, hogy a megküldött gyártói nyilatkozat alapján a megajánlott MRI berendezés a vitatott előírásnak megfelel - Igen/Nem

Bluemed Kft. Ajánlattevő erre nem adott választ.

Fentiek alapján tehát Ajánlatkérő nem tudott meggyőződni arról, hogy a vitatott értékek megfelelően alátámasztottak, így a BLUEMED Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján érvénytelen. (Egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.)

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 3 - Lineáris gyorsító berend. beszerz. az Uzsoki K-nak

A szerződés száma: 3

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Varian Medical Systems Hungary Kft., Magyarország 1124 Budapest, Csörsz Utca 45	23567818243
Ajánlattevő neve: : Varian Medical Systems Hungary Kft. közös ajánlattevő Ajánlattevő neve: : Varian Medical Systems International AG közös ajánlattevő Ajánlattevő neve: : Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevő Ajánlattevő székhelye:: Varian Medical Systems Hungary Kft.: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. Ajánlattevő székhelye:: Varian Medical Systems International AG: Hinterbergstrasse 14, 6312 Steinhausen, Svájc Ajánlattevő székhelye:: Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 1112 Budapest, Oltvány u. 2. 1. Ajánlati ár: (nettó Ft): 523 260 000 Ft; 2. Jótállási idő:(az előírt 12 hónapos minimum jótálláson felül): 0; 3. Szakmai értékelési alszempontok: Foton sugárzás Az alap fotonenergián felüli működési fotonenergiaszintek száma: 0; Éksűrők Fizikai ékek megléte: nem; Dózismodulált ívterápia Rendszerbe integrált légzésvezérlés: nem; Kollimátor Legalább egyik irányban a blende (ill. MLC) tudja legalább 10 cm-el átlépni a mező középvonalát (overtravel): igen; Kezelőasztal Maximális terhelhetőség: 228; Képvézérelt sugárterápia (IGRT) A rendszer integrált a gyorsító kezelő egységébe: igen	

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Varian Medical Systems Hungary Kft. 1550

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján, az ajánlatkérő által létrehozott Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a "legjobb ár-érték arány" elve szerint értékeli.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiadott „Értékelési szempontok...” c. excel fájlban megadott értékek kerüljenek feltüntetésre a felolvasólapon!

A Kbt. 76. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ajánlatkérő az alábbi rész- és alszempontok alapján értékeli az ajánlatokat:

1. Ajánlati ár:

2. Jótállási idő:

3. Szakmai értékelési alszempontok:

Foton sugárzás Az alap fotonenergián felüli működési fotonenergiaszintek száma

Éksűrők Fizikai ékek megléte

Dózismodulált ívterápia Rendszerbe integrált légzésvezérlés

Kollimátor Legalább egyik irányban a blende (ill. MLC) tudja legalább 10 cm-el átlépni a mező középvonalát (overtravel)

Kezelőasztal Maximális terhelhetőség

Képvézérelt sugárterápia (IGRT) A rendszer integrált a gyorsító kezelő egységébe

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Varian Medical Systems Hungary Kft., Magyarország 1124 Budapest, Csörsz Utca 45

23567818243

Ajánlati ár: 523 260 000 Ft

a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az igazolások és nyilatkozatok benyújtására a III. részben felhívott megfelelő/érvényes ajánlatot benyújtó a Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest Csörsz Utca 45); a Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest Oltvány Utca 2); a Varian Medical Systems International AG (6312 Steinhausen Hinterbergstrasse 14) közös ajánlattevő ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolását megfelelően nyújtotta be, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hatálya alatt.

Tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alkalmas és érvényes, legkedvezőbb ajánlatot a III. részben a a Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest Csörsz Utca 45); a Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest Oltvány Utca 2); a Varian Medical Systems International AG (6312 Steinhausen Hinterbergstrasse 14) közös ajánlattevő tette, amelyre tekintettel Bírálóbizottság javasolja annak megállapítását, hogy a tárgyi eljárás III. részének nyertese a a Varian Medical Systems Hungary Kft. (1124 Budapest Csörsz Utca 45); a Fototronic Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1112 Budapest Oltvány Utca 2); a Varian Medical Systems International AG (6312 Steinhausen Hinterbergstrasse 14) közös ajánlattevő .

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2019.12.20

Lejárata: 2019.12.29

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Tekintettel arra, hogy a 2019.12.29. vasárnapra, esik, a moratórium 2019. december 30-án jár le.

Tekintettel az összegezés 2020. január 8. napján történt módosításra, a szerződéskötési moratórium a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 131. § (6) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint irányadó: a szerződéskötési moratórium kezdete 2020. január 9. napja, lejáratá 2020. január 20. napja.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2019.12.19

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.12.19

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

Előzetes vitarendezés miatt az eljárást lezáró döntés felülvizsgálatára volt szükség a 2. rész tekintetében.

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2020.01.08

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2020.01.08

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Jelen összegezés alapja: a 2. rész vonatkozásában:

legutóbb 2020. április 30-án került kiküldésre összegezés, miután a KDB D.15/2020 számú döntése alapján megsemmisítésre került a korábbi összegezés.

A 2020. április 30-i kiküldést követően Siemens Healthcare Kft. ajánlattevő iratbetekintési kérelemmel élt, illetve előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Ennek eredményeként a 2. részterületen ismét módosult a nyertes ajánlattevő.

Jelen összegezés kiküldésének dátuma. 2020. június 2.

Moratórium kezdete. 2020. június 3. Lejárata: 2020. június 12.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa ⇅	Indítás dátuma ⇅	Indító felhasználó ⇅
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.12.10 11:04:30	drgyurcsik
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása, javítása	2020.01.07 14:30:28	drgyurcsik
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása, javítása	2020.04.29 10:12:55	drgyurcsik
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása, javítása	2020.06.02 11:54:38	drgyurcsik

Összesen: 4 sor (1 / 1)