

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000671802019

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ajánlatkérő neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

Közbeszerzés tárgya: **Egynapos eszközbeszerzés III**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Állami Egészségügyi Ellátó Központ | Nemzeti azonosítószám | EKRSZ_58153727 | | | | |
| Postai cím: | Diós Árok 3 | | | | | | |
| Város: | Budapest | NUTS-kód: | HU110 | Postai irányítószám: | 1125 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Dr. Erdei Csaba | | | | | | |
| E-mail: | erdei.csaba@aek.hu | Telefon: | +36 13561522 | Fax: | +36 13757253 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | http://www.aek.hu | | | | | | |
| A felhasználói oldal címe: (URL) | http://www.aek.hu | | | | | | |

Lebonyolító szerv(ek) adatai

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| Hivatalos név: | Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nemzeti azonosítószám | EKRSZ_91071327 | | | | |
| Postai cím: | Szabadság Utca 43. | | | | | | |
| Város: | Nyúl | NUTS-kód: | HU221 | Postai irányítószám: | 9082 | Ország: | Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: | Kaffka Diána | | | | | | |
| E-mail: | kozbeszerzes@csendesconsulting.hu | Telefon: | +36 703223727 | Fax: | +36 17002293 | | |
| Internetcím(ek) | | | | | | | |
| Az ajánlatkérő általános címe: (URL) | http://www.aek.hu | | | | | | |

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Egynapos eszközbeszerzés III

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi keretszerződés alapján orvosi eszközök és berendezések szállítása, telepítése és üzembehelyezése az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében III. AK az 1. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 3 db sebészeti-nőgyógyászati laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 2. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 10 db sebészeti-nőgyógyászati laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 3. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 4 db sebészeti-nőgyógyászati laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 4. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 22 db laparoszkópos sebészeti - nőgyógyászati berendezést kíván beszerezni. AK az 5. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 28 db laparoszkópos sebészeti és nőgyógyászati kézi eszközt kíván beszerezni. AK a 6. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 8 db artroszkópos laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 7. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 11 db artroszkópos berendezést kíván beszerezni. AK a 8. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 17 db artroszkópos kézi eszközt kíván beszerezni. AK a 9. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 4 db FOG laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 10. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 13 db FOG laparoszkópos eszközt kíván beszerezni. AK a 11. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 12 db laparoszkópos fül, orr gégészeti kézi eszközt kíván beszerezni. AK a 12. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 4 db urológiai laparoszkópos tornyot kíván beszerezni. AK a 13. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 29 db urológiai laparoszkópos eszközt kíván beszerezni. AK a 14. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 2 db urológiai laparoszkópos kézi eszközt kíván beszerezni. AK a 15. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 16 db gasztroenterológiai endoszkópos eszközt kíván beszerezni. AK a 16. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 10 db gasztroenterológiai endoszkópos eszközt kíván beszerezni. AK a 17. részben a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 24 db diagnosztikai és reanimációs eszközt kíván beszerezni.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második Rész, XV. Fejezete 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 204-495924

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

205

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Sebészet-nőgyógyászat laparoszkópos torony I.

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29. 10737956242

Az 1. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 93 869 739 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: IGEN Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db): 5 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: IGEN Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: NEM Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db): 5 Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktiválódik: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: NEM

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 2450 Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/1 . (BSZRK-4, FMSZGY-40) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150 Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kamerafej egység) egygombosautofókusz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (inszufflátor egység) áramlásimennyiség állításának felső értéke (liter/perc) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (kameravezérlő egység) magyar nyelvűbeállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (kamerafej egység) egygombos autofókusz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) áramlási mennyiségállításának felső értéke (liter/perc) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) az inszufflátorautomatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusanaktíválódik Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás Az ajánlati árnak minden, a szerződés szerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész esetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Az értékelés képlete (fordított arányosítás): $P = (A \text{ legjobb} / A \text{ vizsgált}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a szakmai ajánlatok értékelése során az alábbi módszereket alkalmazza: 1. Abszolút értékelési módszer: pontozás (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet B. Az abszolút értékelési módszerek 1. A pontozás) Amennyiben az adott paraméterre vonatkozóan előírt követelményt az ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter teljesíti úgy ajánlattevő az adott paraméterre 10 pontot kap. Amennyiben az adott paraméterre vonatkozóan előírt követelményt az ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter nem teljesíti úgy ajánlattevő az adott paraméterre 0 pontot kap. 2. Arányosítás módszere a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezésű útmutatójának képlete szerint. 1. közbeszerzési rész szakmai ajánlat értékelése: Pontozás: Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/1 kameravezérlő egysége rendelkezik magyar nyelvű beállító menürendszer funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/1 kamerafej egység rendelkezik egygombos autofókusz funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/1 képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen monitorral nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/2. kameravezérlő egysége rendelkezik magyar nyelvű beállító menürendszer funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/2. kamerafej egysége rendelkezik egygombos autofókusz funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktíválódik: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/2. inszufflátor egysége rendelkezik olyan automatikus füstelszívó funkcióval, amely a nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktíválódik, akkor 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkoós torony 1/2. (FMSZGY-23) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Amennyiben a laparoszkoós torony 1/2 képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen monitorral nem rendelkezik 0 pontot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

Az 1. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő az 1. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlásának mértékéig a rendelkezésre álló fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 93 869 739 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: IGEN Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db): 5 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: IGEN Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 1/1. (BSZRK-4, FMSZGY-40) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: NEM Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) kamerafejről irányítható zoom fokozatainak száma (db): 5 Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (kamerafej egység) egygombos autofókusz: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) (inszufflátor egység) az inszufflátor automatikus füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vágó használatával automatikusan aktiválódik: IGEN Laparoszkópos torony 1/2. (FMSZGY-23) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: NEM

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

RB MED Korlátolt Felelősség Társaság, Magyarország 2096 Üröm, Budakalászi Út 21/b

10610868213

Az 1. közbeszerzési rész esetében az RB MED Kft. (székhely: 2096 Üröm, Budakalászi u. 21/b, adószám: 10610868-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: Az RB MED Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2019.12.18. napján küldött Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának és nem nyújtotta be az alábbi elektronikus űrlapokat és nyilatkozatokat: 1. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében javítani ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti elektronikus űrlapját, az űrlap nem tartalmazza a Kbt. hivatkozást, kérjük, szíveskedjenek a 62. §-val kiegészíteni. 2. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti űrlapot a Kbt. 134. § (2) - (3) bekezdése szerinti biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). 3. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát. 4. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását. 5. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő részletes árajánlatát Excel és aláírt pdf. formátumban. Az RB MED Kft. nem nyújtotta be felvilágosítását ajánlatkérő alábbi kérésére: 9. Kérjük, szíveskedjenek benyújtani ajánlattevő felvilágosítását, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat hol tartalmazza ajánlattevő ajánlata, miből állapítható meg, hogy ajánlattevő milyen termékekre tett megajánlást: - „Az ajánlatban meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, származási helyét; - Az ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani (amennyiben adott sorhoz ajánlattevő nem azonos termékeket kíván megajánlani pl. 3 laparoszkóp esetén egy másik gyártótól származó, másik típusú termék, úgy a paramétereiket valamennyi termékre külön-külön kell megadni); - A megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; - A megajánlott termékek gyártói adattal történő igazolását és/vagy gyártó képviselőre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot; - Ajánlattevő szerviz(partner)re vonatkozó nyilatkozata, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezése és elérhetősége.” Továbbá az RB MED Kft. nem nyújtotta be a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását az összesített nettó ajánlati árának alátámasztására.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Sebészet-nőgyógyászat laparoszkópos torony II.

A szerződés száma: 2

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhely | Adószáma |
|----------------------------|----------|
|----------------------------|----------|

| | |
|---|-------------|
| ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 | 12223466241 |
|---|-------------|

A 2. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D KFT. ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta az összesített nettó ajánlati árának alátámasztását, továbbá határidőben megválaszolta ajánlatkérő felvilágosítás kérését. Az A R T M E D KFT. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D KFT. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D KFT. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 2. közbeszerzési részben. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásai a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 286 216 000 Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) érintőképernyős kivitel: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros zoom: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Nem Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) progresszív scan: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (fényforrás egység) automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) CO2 (inszufflátor egység) gáz-melegítő rendszer 37 °C (+10%/-15%) megléte: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok

| | |
|---------------------|--|
| Szöveges értékelés: | <p>Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 2920</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) érintőképernyős kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoroszoom Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros fókusz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (inszufflátor egység) áramlásimennyiség állításának felső értéke (liter/perc) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) képkalkotó részegységekkel azonosgyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább kétlépésben Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 45</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) progresszív scan Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (fényforrás egység) automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állításilehetőséggel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) CO₂ (inszufflátor egység) gáz-melegítő rendszer 37 °C (+10%/-15 %) megléte Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50</p> <p>Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejlesztettségérdekében Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100</p> |
|---------------------|--|

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás Az ajánlati árnak minden, a szerződés szerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész esetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a szakmai ajánlatok értékelése során az alábbi módszereket alkalmazza: 1. Abszolút értékelési módszer: pontozás (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) 1. számú melléklet B. Az abszolút értékelési módszerek 1. A pontozás) Amennyiben az adott paraméterre vonatkozóan előírt követelményt az ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter teljesíti úgy ajánlattevő az adott paraméterre 10 pontot kap. Amennyiben az adott paraméterre vonatkozóan előírt követelményt az ajánlattevő ajánlatában rögzített paraméter nem teljesíti úgy ajánlattevő az adott paraméterre 0 pontot kap. 2. Arányosítás módszere a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezésű útmutatójának képlete szerint. Pontozás: Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/3. kameravezérlő egysége rendelkezik magyar nyelvű beállító menürendszer funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) érintőképernyős kivitel: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/3. kameravezérlő egysége érintőképernyős kivitel 10 pontot kap, amennyiben nem érintőképernyős kivitel 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros zoom: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/3. kamerafejről irányítható motoros zoom funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/3. kamerafejről irányítható motoros fókusz funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/3. képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen monitorral nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/2. kameravezérlő egysége struktúra kiemelő funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Amennyiben a laparoszkópos torony 2/2. kameravezérlő egysége speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-

25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/antigríd) legalább két lépésben: Amennyiben a laparoszkópos torony 2/2. kameravezérlő egysége digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c 12223466241 . ép. fszt. B303

A 2. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D KFT. ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta az összesített nettó ajánlati árának alátámasztását, továbbá határidőben megválaszolta ajánlatkérő felvilágosítás kérését. Az A R T M E D KFT. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D KFT. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D KFT. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 2. közbeszerzési részben. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 286 216 000 Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (kameravezérlő egység) érintőképernyős kivitel: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros zoom: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Igen Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Laparoszkópos torony 2/3. (MEO-8, PAMOK-1) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Nem Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (kamerafej egység) progresszív scan: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) (fényforrás egység) automatikus fényerő szabályozás, fokozatmentes manuális állítási lehetőséggel: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) CO2 (inszufflátor egység) gáz-melegítő rendszer 37 °C (+10%/-15%) megléte: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen Laparoszkópos torony 2/2. (BAZMK-10, BMKK-25, BSZRK-5, MFOR-1, MFOR-2, SEOKRI-6, TMBJK-8) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

A 2. közbeszerzési rész esetében az RB MED Kft. (székhely: 2096 Üröm, Budakalászi u. 21/b, adószám: 10610868-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: Az RB MED Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2019.12.18. napján küldött Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának és nem nyújtotta be az alábbi elektronikus űrlapokat és nyilatkozatokat: 1. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében javítani ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti elektronikus űrlapját, az űrlap nem tartalmazza a Kbt. hivatkozást, kérjük, szíveskedjenek a 62. §-val kiegészíteni. 2. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti űrlapot a Kbt. 134. § (2) - (3) bekezdése szerinti biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). 3. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát. 4. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását. 5. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő részletes árajánlatát Excel és aláírt pdf. formátumban. Továbbá az RB MED Kft. nem nyújtotta be felvilágosítását ajánlatkérő alábbi kérésére: 9. Kérjük, szíveskedjenek benyújtani ajánlattevő felvilágosítását, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat hol tartalmazza ajánlattevő ajánlata, miből állapítható meg, hogy ajánlattevő milyen termékekre tett megajánlást: „Az ajánlatban meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, származási helyét; Az ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani (amennyiben adott sorhoz ajánlattevő nem azonos termékeket kíván megajánlani pl. 3 laparoszkóp esetén egy másik gyártótól származó, másik típusú termék, úgy a paramétereiket valamennyi termékre külön-külön kell megadni); A megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; A megajánlott termékek gyártói adattal történő igazolását és/vagy gyártó képviselőre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot; Ajánlattevő szerviz(partner)re vonatkozó nyilatkozata, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezése és elérhetősége.”

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 3 - Sebészet-nőgyógyászat laparoszkópos torony III.
A szerződés száma: 3
Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

| | |
|--|--|
| VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1. 11814292214 | |
|--|--|

A 3. közbeszerzési rész esetében a "VATNER" Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A "VATNER" Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága megállapítható, továbbá a "VATNER" Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a "VATNER" Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében érvényes. A "VATNER" Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 3. közbeszerzési részben. A "VATNER" Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 103 254 445 Laparoszkópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) progresszív scan : Igen Laparoszkópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) plug and work: Igen Laparoszkópos torony 3/1. (

ZMSZRK-24) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Nem Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) progresszív scan, 50/60 képkocka rögzítése másodpercenként: Igen Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) plug and work: Igen Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) CMOS szenzor: Igen Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Nem

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1970

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 1520 Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) progresszív scan Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 100 Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) plug and work Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 100 Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 0 Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) progresszív scan, 50/60 képkocka rögzítése másodpercenként Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 100 Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) plug and work Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 100 Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) CMOS szenzor Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 50 Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 0

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész esetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Pontozás: Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) progresszív scan: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. kameravezérlő egysége progresszív scan funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) plug and work: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. kameravezérlő egysége plug and work funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (ZMSZRK-24) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen monitorral nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) progresszív scan, 50/60 képkocka rögzítése másodpercenként: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. kameravezérlő egysége progresszív scan, 50/60 képkocka rögzítése másodpercenként funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) plug and work: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. kameravezérlő egysége plug and work funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) CMOS szenzor: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. kameravezérlő egysége CMOS szenzor funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Laparoszópos torony 3/1. (BMKK-23, SMKM-12, SZBK-5) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Amennyiben a laparoszópos torony 3/1. képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen monitorral nem rendelkezik 0 pontot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VATNER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 7400 Kaposvár, Kenyérgyár Utca 1. 11814292214

A 3. közbeszerzési rész esetében a "VATNER" Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A "VATNER" Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassága megállapítható, továbbá a "VATNER" Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt

, ezért a "VATNER" Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében érvényes. A "VATNER" Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 3. közbeszerzési részben. A "VATNER" Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 103 254 445 Laparoszkoós torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) progresszív scan : Igen Laparoszkoós torony 3/1. (ZMSZRK-24) (kameravezérlő egység) plug and work: Igen Laparoszkoós torony 3/1. (ZMSZRK-24) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Nem Laparoszkoós torony 3/1. (BMKK-23, SMK-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) progresszív scan, 50/60 képkocka rögzítése másodpercenként: Igen Laparoszkoós torony 3 /1. (BMKK-23, SMK-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) plug and work: Igen Laparoszkoós torony 3/1. (BMKK-23, SMK-12, SZBK-5) (kameravezérlő egység) CMOS szenzor: Igen Laparoszkoós torony 3/1. (BMKK-23, SMK-12, SZBK-5) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált, monitor: Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

szerviztevékenység

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

B. Braun Trading Kft. (székhely: 1023 Budapest, Felhévizi utca 5., cjsz: 01-09-197513, adószám: 25061978-2-41)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|---|-------------|
| RB MED Korlátolt Felelősség Társaság, Magyarország 2096 Üröm, Budakalászi Út 21/b | 10610868213 |
| <p>A 3. közbeszerzési rész esetében az RB MED Kft. (székhely: 2096 Üröm, Budakalászi u. 21/b, adószám: 10610868-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: Az RB MED Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2019.12.18. napján küldött Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának és nem nyújtotta be az alábbi elektronikus űrlapokat és nyilatkozatokat: 1. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében javítani ajánlattevő Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti elektronikus űrlapját, az űrlap nem tartalmazza a Kbt. hivatkozást, kérjük, szíveskedjenek a 62. §-val kiegészíteni. 2. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlapot ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). 3. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti űrlapot a Kbt. 134. § (2) - (3) bekezdése szerinti biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). 4. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát. 5. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását. 6. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő részletes árajánlatát Excel és aláírt pdf. formátumban. Továbbá az RB MED Kft. nem nyújtotta be felvilágosítását ajánlatkérő alábbi kérésére: 10. Kérjük, szíveskedjenek benyújtani ajánlattevő felvilágosítását, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában az alábbi dokumentumokat hol tartalmazza ajánlattevő ajánlata, miből állapítható meg, hogy ajánlattevő milyen termékekre tett megajánlást: „Az ajánlatban meg kell adni az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, származási helyét; Az ajánlati lapot az ajánlott berendezés paramétereivel kitöltve kell benyújtani (amennyiben adott sorhoz ajánlattevő nem azonos termékeket kíván megajánlani pl. 3 laparoszóp esetén egy másik gyártótól származó, másik típusú termék, úgy a paramétereket valamennyi termékre külön-külön kell megadni); A megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel; A megajánlott termékek gyártói adattal történő igazolását és/vagy gyártó képviselőre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot; Ajánlattevő szerviz(partner)re vonatkozó nyilatkozata, termékenként feltüntetve a szerviz megnevezése és elérhetősége.”</p> | |

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 4 - Laparoszkoós sebészeti - nőgyógyászati berendezés

A szerződés száma: 4

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

| | |
|---|-------------|
| VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1013 Budapest, Kriszina Körút 39 | 25099069241 |
|---|-------------|

A 4. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta az összesített nettó ajánlati árának alátámasztását, továbbá határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD Delta Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. közbeszerzési rész esetében érvényes. A VMD Delta Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 4. közbeszerzési részben. A VMD Delta Kft. ajánlattevő megajánlásai a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 139 454 148 Insufflátor (SEOKRI-23) színes érintőképernyő: Igen Insufflátor (SEOKRI-23) maximális áramlási érték (l/min): 50 Morcellátor (MFOR-1/2, JNSZM-32/1) központi egység maximális fordulatszáma (univerzális alkalmazhatóság) (rpm): 40 000 Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) bővíthető UH vágóval: Igen Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) kompatibilis a nőgyógyászati plazmakinetikus eszközökkel, olló, Bipoláris LOOP, spatula: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

| | |
|--|------|
| VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság | 1670 |
|--|------|

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1170
Insufflátor (SEOKRI-23) színes érintőképernyő Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50
Insufflátor (SEOKRI-23) maximális áramlási érték (l/min) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150
Morcellátor (MFOR-1/2, JNSZM-32/1) központi egység maximális fordulatszáma (univerzális alkalmazhatóság) (rpm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150
Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) bővíthető UH vágóval Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50
Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) kompatibilis a nőgyógyászati plazmakinetikus eszközökkel, olló, Bipoláris LOOP, spatula Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás Az ajánlati árnak minden, a szerződés szerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész esetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Pontozás: •Insufflátor (SEOKRI-23) színes érintőképernyő: Amennyiben az Insufflátor színes érintőképernyő funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) bővíthető UH vágóval: Amennyiben a nagyfrekvenciás vágó UH vágóval bővíthető 10 pontot kap, amennyiben ilyen vágóval nem bővíthető 0 pontot kap. •Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) kompatibilis a nőgyógyászati plazmakinetikus eszközökkel, olló, Bipoláris LOOP, spatula: Amennyiben a nagyfrekvenciás vágó kompatibilis a nőgyógyászati plazmakinetikus eszközökkel (pl: olló, Bipoláris LOOP, spatula) 10 pontot kap, amennyiben ilyen eszközökkel nem kompatibilis 0 pontot kap. Arányosítás (Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához): •Insufflátor (SEOKRI-23) maximális áramlási érték (l/min): Ajánlattevő az insufflátor maximális áramlási érték 45 l/min vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 45 l/min-t meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 40 l/min-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. •Morcellátor (MFOR-1/2, JNSZM-32/1) központi egység maximális fordulatszáma (univerzális alkalmazhatóság) (rpm): Ajánlattevő a morcellátor központi egység maximális fordulatszáma (univerzális alkalmazhatóság) 5000 rpm vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 5000 rpm-t meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 600 rpm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1013 Budapest, Kriszina Körút 39

25099069241

A 4. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta az összesített nettó ajánlati árának alátámasztását, továbbá határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD Delta Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. közbeszerzési rész esetében érvényes. A VMD Delta Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 4. közbeszerzési részben. A VMD Delta Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 139 454 148 Insufflátor (SEOKRI-23) színes érintőképernyő: Igen Insufflátor (SEOKRI-23) maximális áramlási érték (l/min): 50 Morcellátor (MFOR-1/2, JNSZM-32/1) központi egység maximális fordulatszáma (univerzális alkalmazhatóság) (rpm): 40 000 Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) bővíthető UH vágóval: Igen Nagyfrekvenciás vágó (SMKM-12/2) kompatibilis a nőgyógyászati plazmakinetikus eszközökkel, olló, Bipoláris LOOP, spatula: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalatok megosztása, valamint az üzembe helyezés minőségbiztosítása

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733, adószám: 13215613-2-41)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733, adószám: 13215613-2-41) felhívás III.1.3) M.1. pontja

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 5 - Laparoszkópos sebészeti és nőgyógyászati kézi eszköz

A szerződés száma: 5

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1013 Budapest, Kriszina Körút 39

25099069241

Az 5. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD Delta Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az 5. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő az 5. közbeszerzési rész esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. A VMD Delta Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 149 490 977

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlatkérő az 5. közbeszerzési rész esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

VMD Delta Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1013 Budapest, Kriszina Körút 39

25099069241

Az 5. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. A VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD Delta Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD Delta Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az 5. közbeszerzési rész esetében a VMD Delta Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő az 5. közbeszerzési rész esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. A VMD Delta Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 149 490 977

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

szállítás koordinálása, gyakorlati tapasztalok megosztása valamint az üzembe helyezés minőségbiztosítása

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733, adószám: 13215613-2-41)

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733, adószám: 13215613-2-41) felhívás III.1.3) M.1. pontja

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medi-Tervill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1048 Budapest, Hargita Utca 1. fsz. 2.

10664506241

Az 5. közbeszerzési rész esetében a MEDI-TERVILL KFT. (székhely: 1048 Budapest, Hargita utca 1. fszt. 2., adószám: 10664506-

2-41) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja és a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokok alapján: Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte benyújtani a MEDI-TERVILL KFT. ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását. A MEDI-TERVILL KFT. által hiánypótlás keretében benyújtott átutalás igazolás alapján ajánlattevő az ajánlati biztosíték átutalását 2020.01.09. napján kezdeményezte és az ajánlatkérő számláján 2020.01.09. napján került jóváírásra. A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kööttség beálltaig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. A Kbt. 54. §-a egyértelműen meghatározza, hogy a biztosítékot az ajánlati kööttség beálltaig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Ez jelen esetben az ajánlattételi határidő volt, 2019.11.27. napján 12:00-kor. A rendelkezésre bocsátás pedig kizárólag akkor áll be, ha az ajánlatkérő felé benyújtásra került. Amennyiben ez nem történik meg, akkor az utóbb nem pótolható hiány a Kbt. 54. § (1) bekezdése, a Kbt. 71. § (8) bekezdése és a D. 329/10/2018. iktatószámú döntőbizottsági határozatnak megfelelően. Tekintettel arra, hogy a MEDI-TERVILL KFT. ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoltan az ajánlattételi határidő lejártát követően kezdeményezte, a MEDI-TERVILL KFT. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen az 5. közbeszerzési rész esetében. Ajánlatkérő álláspontja alapján az ajánlat 10., 16., 24., 26., 28. és 30. oldalán található 16.023.33 nem hook (horog) elektróda, helyesen 16.021.33 vagy 16.022.33 (vékony vagy vastag), ezért kérte ajánlattevő felvilágosítását. Ajánlattevő felvilágosításában megerősítette ajánlatkérő álláspontját, miszerint az ajánlatban megajánlott valamennyi horogelektróda esetében elírásra került a megajánlott típus száma. Ajánlatkérő álláspontja alapján az ajánlat 10. oldalán található 16.003.33 nem öblítő cső monopoláris, hanem öblítő cső „L” elektródával, hossza csak 330 mm. Ajánlattevő felvilágosításában megerősítette ajánlatkérő álláspontját, miszerint az ajánlatban megajánlott elektróda típusa nem megfelelő, továbbá az elektróda hosszára vonatkozóan a felvilágosításban két különböző méretet adott meg. Az ajánlat 23. oldalán található trokár nyárs, háromélű, 5 mm-es esetében és az ajánlat 35. oldalán található eltávolító zsák esetében, továbbá az ajánlat 39. és 41. oldalán található szívó-öblítő csőszett esetében, ajánlattevő nem ajánlott meg típust, amit ajánlattevő felvilágosítás keretében megerősített. Az ajánlat 43. oldalán található kerámia betét 40 mm-es esetében, kerámia betét 30 mm-es esetében, spirál behelyező esetében, atraumatikus behelyező esetében nem került típus megajánlásra, amit ajánlattevő felvilágosítás keretében megerősített. Ajánlatkérő az Útmutatóban felhívta ajánlattevők figyelmét a szakmai ajánlat tartalmára, az alábbi Döntőbizottsági határozatokra: D.267/17/2018., D.194/11/2018, D.165/25/2018., D.121/15/2018., D.251/10/2018. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján ellenőrizte a felvilágosítás keretében benyújtott módosított szakmai ajánlatot és megállapította, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nem módosíthatja az eredeti ajánlatában megajánlott termékek paramétereit, valamint nem pótolhatja a termékek típusszámát. A fentiekre tekintettel a szakmai ajánlat esetében megállapítható, hogy a MEDI-TERVILL KFT. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján is érvénytelen az 5. közbeszerzési rész esetében.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 6 - Artroszkópos laparoszkópos torony

A szerződés száma: 6

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17. 24944162243

A 6. közbeszerzési rész esetében a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási és árendokolási kötelezettségét. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a 6. közbeszerzési rész esetében érvényes. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 6. közbeszerzési részben. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 158 698 000,- Ft) megfelel az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet (nettó 199 511 956,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 158 698 000 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros zoom: Nem Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Nem Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 50 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) shaver vezérlőegység: egyszerre 2 motor csatlakozási lehetőség: Igen Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) színes kijelzős, érintőképernyős kivitel: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kameravezérlő egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) kamerafejről állítható optikai zoom mértéke: 2,4 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Art. torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható min. fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrés: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (arthropumpa egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (készüléktartó állvány egység) zárható ajtó az állvány hátsó részén: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

3800

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 2800 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros zoom Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros fókusz Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) shaver vezérlőegység: egyszerre 2 motor csatlakozási lehetőség Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) színes kijelzős, érintőképernyős kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kameravezérlő egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) kamerafejről állítható optikai zoom mértéke Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Art. torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható min. fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrés Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 200 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (arthropumpa egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (készüléktartó állvány egység) zárható ajtó az állvány hátsó részén Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot:

Pontozás: Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Amennyiben az artroszkópos torony 1. kameravezérlő egysége rendelkezik magyar nyelvű beállító menürendszer funkcióval 10 pontot kap,

amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros zoom: Amennyiben az artroszkópos torony 1. kamerafejről irányítható motoros zoom funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Amennyiben az artroszkópos torony 1. kamerafejről irányítható motoros fókusz funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) shaver vezérlőegység: egyszerre 2 motor csatlakozási lehetőség: Amennyiben az artroszkópos torony 1. shaver vezérlőegysége egyszerre 2 motor csatlakozási lehetőség funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) színes kijelzős, érintőképernyős kivitel: Amennyiben az artroszkópos torony 1. színes kijelzős, érintőképernyős kivitel funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kameravezérlő egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben az artroszkópos torony 2. kameravezérlő egysége felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben az artroszkópos torony 2. shaver egysége felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Art. torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész: Amennyiben az artroszkópos torony 2. vezérlőegysége univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható min. fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Amennyiben az artroszkópos torony 2. kézi kapcsolású kézidarabja háromgombos kivitel funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (arthropumpa egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben az artroszkópos torony 2. arthropumpa egysége felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (készüléktartó állvány egység) zárható ajtó az állvány hátsó részén: Amennyiben az artroszkópos torony 2. készüléktartó állványának hátsó részén zárható ajtóval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen zárható ajtóval nem rendelkezik 0 pontot kap. Arányosítás (Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához): Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc)

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17. 24944162243

A 6. közbeszerzési rész esetében a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási és áringakolási kötelezettségét. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a 6. közbeszerzési rész esetében érvényes. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 6. közbeszerzési részben. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 158 698 000,- Ft) megfelel az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet (nettó 199 511 956,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 158 698 000 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros zoom: Nem Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Nem Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 50 Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) shaver vezérlőegység: egyszerre 2 motor csatlakozási lehetőség: Igen Artroszkópos torony 1. (FMSZGY-4, JNSZM-6) színes kijelzős, érintőképernyős kivitel: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kameravezérlő egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) kamerafejről állítható optikai zoom mértéke: 2,4 Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Art. torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (shaver vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható min. fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (arthropumpa egység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Artroszkópos torony 2. (BMKK-9, PAMOK-2, SMK-11, SZSZBMK-J-22, SZBK-6, ZMSZRK-23) (készüléktartó állvány egység) zárható ajtó az állvány hátsó részén: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medi-Tervill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1048 Budapest, Hargita Utca 1. fsz. 2.

10664506241

A 6. közbeszerzési rész esetében a MEDI-TERVILL KFT. (székhely: 1048 Budapest, Hargita utca 1. fszt. 2., adószám: 10664506-2-41) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: A MEDI-TERVILL KFT. nem tett eleget ajánlatkérő 2019.12.18. napján küldött Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának, felvilágosítás kérésének és nem nyújtotta be az alábbi elektronikus űrlapokat, nyilatkozatokat és igazolásokat: Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti űrlapot ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlattevő által kitöltött Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti űrlapot a Kbt. 134. § (2) - (3) bekezdése szerinti biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ('AJÁNLATTEVŐ VAGY A KONZORCIUM VEZETŐ KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA'). Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását. Azon paraméterek esetében, ahol ajánlatkérő minimum maximum előírást szerepeltetett, ajánlattevő az ajánlati lapon nem adott konkrét megajánlást minimum - maximum megajánlást tüntetett fel. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni ezen paraméterek esetében, hogy mi ajánlattevő tényleges megajánlása. Kérjük, szíveskedjenek valamennyi megajánlott termék esetében az ajánlati lapot aszerint javítani, hogy egyértelműen megállapítható legyen melyik cikkszám, melyik gyártóhoz tartozik. Kérjük, szíveskedjenek valamennyi megajánlott termék esetében benyújtani a megajánlott termékhez kapcsolódó prospektust (színes vagy fekete fehér), és/vagy műszaki leírást, színes vagy fekete fehér képpel, a megajánlott termékek gyártói adattal történő igazolását és/vagy gyártó képviselőre jogosult személy által tett megerősítő nyilatkozatot. A szakmai ajánlattal kapcsolatban ajánlatkérő az alábbi hiányosságok, nem egyértelmű kijelentésekre kéri benyújtani ajánlattevő nyilatkozatát: Artroszkópos torony 1. A megajánlott termék típusa nem lehet a Sopro Comeg Symbios fantázia neve, tekintettel arra, hogy több gyártó is megnevezésre került. a) A medikai monitor típusa nem került megadásra, így nem értékelhető. b) A medikai monitor paraméterei esetén az előírt paraméterek kerültek másolásra, nem értékelhető a ténylegesen megajánlott monitor méret, a felbontás, a képarány, a látószög, valamint a be- és kimenetek. c) Az öblítő pumpa interneten elérhető gyártói prospektusa csak autoklávozható csőszett tartalmaz. d) Az öblítő pumpa interneten elérhető gyártói prospektusa 10-150 mmHg nyomást tartományt tartalmaz, az előírt 0-200 mmHg helyett. e) Az öblítő pumpa interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a maximális és aktuális értékek kijelzésének lehetősége. f) Az öblítő pumpa interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a lábpedálos kapcsolás lehetősége. g) A shaver vezérlőegység interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető az automata kézidarab felismerő funkció. h) A shaver kézidarab interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a szívás szabályzó szelep leválaszthatósága a könnyebb tisztítás érdekében. i) A shaver kézidarab interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a mosógépben moshatóság. j) A shaver kézidarab interneten elérhető gyártói prospektusa alapján megállapítható, hogy a lábkapcsoló kétpedálos, így egyértelmű, hogy mindkét pedál együttes lenyomásával lehet csak az egyik funkciót aktiválni. k) A shaver kézidarab interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető, hogy rendelkezik-e mosóadapterrel és a sterilizálásához használatos fém dróthálós kosárral. l) Az inszufflátor interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a következők: - normál és small mód választás lehetősége, - integrált nyomáscsökkentő, - riasztási funkciók. m) Az inszufflátor interneten elérhető gyártói prospektusa alapján megállapítható, hogy a 0,1 lit./min. alsó beállítási határérték nem teljesül, mert a megajánlott berendezés minimum beállítási értéke 2 lit./min.. n) A Sopro comeg gyártmányú öblítő készülékek interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető a megajánlott paraméterek, tekintettel arra, hogy ott nem szerepel az S 673_0002 típus szám. o) A kameravezérlő interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem állapítható meg a magyar nyelvű beállítás lehetősége. Artroszkópos torony 2. a) Nem került megadásra a megajánlott torony típusa. b) A medikai monitor típusa nem került megadásra, így nem értékelhető. c) A medikai monitor paraméterei esetén az előírt paraméterek kerültek másolásra, nem értékelhető a monitor méret, a felbontás, a képarány, a látószög, valamint a be- és kimenetek. d) A kameravezérlő interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem állapíthatók meg a billentyűzet funkciók. e) A kamerafej interneten elérhető gyártói prospektusa alapján három gombbal rendelkezik, ez nem került megadásra. f) A kameravezérlő interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem állapítható meg, hogy billentyűzet csatlakoztatható-e hozzá. g) A dokumentációs egység típusa nem került megadásra, így gyakorlatilag nem értékelhető. h) A dokumentációs egység esetén az előírt paraméterek változatlanul kerültek átmásolásra az ajánlott paraméterekhez. i) A fényforrás interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem állapítható meg, hogy rendelkezik-e lámpacserére vonatkozó figyelmeztető funkcióval. j) A fényforrás interneten elérhető gyártói prospektusa alapján megállapítható, hogy 180 W xenon fényforrásnak megfelelő LED lámpával rendelkezik, de ez nem került megadásra. k) A fényforrás nem került megadásra a fényerő szabályozási funkció milyensége. l) A fényforrás interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem

állapítható meg, hogy mekkora a megvilágítás mértéke 5 mm átmérőjű fénykábel esetén. m) A megajánlott fénykábel méretei nem lettek megadva. n) Az arthropumpa esetén az előírt paraméterek kerültek másolásra a megajánlott paraméterekhez. Így a nyomás és áramlás paraméterek nem kerültek konkrétan megadásra. o) A shaver vezérlőegység interneten elérhető gyártói prospektusa alapján nem ellenőrizhető az automata kézidarab felismerő funkció. p) A shaver vezérlőegység interneten elérhető gyártói prospektusa alapján megállapítható az egyszerre két motor csatlakoztathatósága, mégsem került konkrétan megadásra. q) A shaver kézi darab esetében nem kerültek megadásra a konkrét fordulatszám adatok. r) A shaver kézi darab esetében nem került megadásra a csatlakozó kábel hossza. s) Nem ellenőrizhető a kamerafejről állítható optikai zoom mértéke, mivel nem került se típus, se értékelhető műszaki adat megadásra.

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 7 - Artroszkópos berendezések

A szerződés száma: 7

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17. 24944162243

A 7. közbeszerzési rész esetében a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árindokolási kötelezettségét. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a, a Kbt. 69. § (4) bekezdése és a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a 7. közbeszerzési rész esetében érvényes. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 7. közbeszerzési részben. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 41 333 000,- Ft) megfelel az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet (nettó 52 461 600,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 41 333 000 Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Shaver(BAZMK-25/1,BMKK-9/4,MFOR-12,SZLMK-17/1) (vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét, szagítális fűrés: Igen Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Igen Arthropumpa (BAZMK-25/2, SZLMK-17/2, BMKK-9/3) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló berendezés (BMKK-9/5) legalább 60 db előre specifikált program többféle szakmai területre és a felhasználó által beállított paraméterek mentési lehetősége: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) vezérlőegység felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) univerzális kézi kapcsolású fűrómotor csatlakoztatásának lehetősége, amelyhez csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét és szagítális fűrés: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) kézi kapcsolású kézidarab háromgombos kivitel: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

2680

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1980 Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Arthropumpa (BAZMK-25/2, SZLMK-17/2, BMKK-9/3) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló berendezés (BMKK-9/5) legalább 60 db előre specifikált program többféle szakmai területre és a felhasználó által beállított paraméterek mentési lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Shaver készülék (JNSZM-8) vezérlőegység felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Shaver készülék (JNSZM-8) univerzális kézi kapcsolású fűrómotor csatlakoztatásának lehetősége, amelyhez csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét és szagitális fűrész Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 200 Shaver készülék (JNSZM-8) kézi kapcsolású kézidarab háromgombos kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (Ft): fordított arányosítás Az ajánlati árnak minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében, valamint a műszaki leírásban és szerződés tervezetben foglaltak szerint felmerülő költséget magában kell foglalnia. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben, pozitív egész számokban kell megadni. Ajánlattevőnek valamennyi közbeszerzési rész esetében részletes árajánlatot kell tennie a részletes árajánlat kitöltésével, melyet a dokumentáció tartalmaz. Pontozás: •Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben a shaver vezérlőegysége felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész: Amennyiben a shaver vezérlőegysége univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható min. fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrész funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Amennyiben a shaver kézi kapcsolású kézidarabja háromgombos kivitel funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Arthropumpa (BAZMK-25/2, SZLMK-17/2, BMKK-9/3) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben az arthropumpa felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló berendezés (BMKK-9/5) legalább 60 db előre specifikált program többféle szakmai területre és a felhasználó által beállított paraméterek mentési lehetősége: Amennyiben a nagyfrekvenciás vágó-koaguláló berendezés legalább 60 db előre specifikált program többféle szakmai területre és a felhasználó által beállított paraméterek mentési lehetőség funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Shaver készülék (JNSZM-8) vezérlőegység felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Amennyiben a shaver készülék vezérlőegysége felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Shaver készülék (JNSZM-8) univerzális kézi kapcsolású fűrómotor csatlakoztatásának lehetősége, amelyhez csatlakoztatható minimum a fűrótokmány, tűződrót feltét és szagitális fűrész funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. •Shaver készülék (JNSZM-8) kézi kapcsolású kézidarab háromgombos kivitel: Amennyiben a shaver készülék kézi kapcsolású kézidarab/háromgombos kivitel funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, Teleki Utca 17.

24944162243

A 7. közbeszerzési rész esetében a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árándokolási kötelezettségét. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a, a Kbt. 69. § (4) bekezdése és a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata a 7. közbeszerzési rész esetében érvényes. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 7. közbeszerzési részben. A Smithmann Hungary Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 41 333 000,- Ft) megfelel az ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezet (nettó 52 461 600,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 41 333 000 Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (vezérlőegység) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Shaver(BAZMK-25/1,BMKK-9/4,MFOR-12,SZLMK-17/1) (vezérlőegység) univerzális kézi kapcsolású fűrómotorhoz csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét, szagitális fűrés: Igen Shaver (BAZMK-25/1, BMKK-9/4, MFOR-12, SZLMK-17/1) (kézi kapcsolású kézidarab egység) háromgombos kivitel: Igen Arthropumpa (BAZMK-25/2, SZLMK-17/2, BMKK-9/3) felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Nagyfrekvenciás vágó-koaguláló berendezés (BMKK-9/5) legalább 60 db előre specifikált program többféle szakmai területre és a felhasználó által beállított paraméterek mentési lehetősége: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) vezérlőegység felhasználói beállítások mentésének és visszahívásának lehetősége: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) univerzális kézi kapcsolású fűrómotor csatlakoztatásának lehetősége, amelyhez csatlakoztatható minimum fűrótokmány, tűződrót feltét és szagitális fűrés: Igen Shaver készülék (JNSZM-8) kézi kapcsolású kézidarab háromgombos kivitel: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 8 - Artroszkópos kézi eszközök

A szerződés száma: 8

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|---|-------------|
| ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 | 12223466241 |

A 8. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 8. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 8. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő a 8. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 80 138 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a 8. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|-----------------------------|----------|
|-----------------------------|----------|

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c 12223466241 . ép. fszt. B303

A 8. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 8. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 8. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő a 8. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 80 138 000

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 9 - FOG laparoszkópos torony

A szerződés száma: 9

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 12223466241

A 9. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért

az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata az 9. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 9. közbeszerzési részben. Az A R T M E D ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 101 951 000 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafejej egység) kamerafejről irányítható motoros zoom: Nem FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafejej egység) motoros fókusz kamerafejről irányítható: Nem FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kamerafej egység) progresszív scan: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) hidegfényforrás LED kivitelű: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) progresszív scan: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) hidegfényforrás LED kivitelű: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4284.2

Szöveges értékelés:

Pontozás: FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kameravezérlő egysége rendelkezik magyar nyelvű beállító menürendszer funkcióval 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafejej egység) kamerafejről irányítható motoros zoom: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. 3 CCD kamerafejről irányítható motoros zoom funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafejej egység) motoros fókusz kamerafejről irányítható: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. 3 CCD kamerafejről irányítható motoros fókusz funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kameravezérlő struktúra kiemelő funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kameravezérlő speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kameravezérlő digitális fiberoszkóp szűrő (antimoiré/anti-grid) legalább két lépésben funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kamerafej egység) progresszív scan: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kamerafej progresszív scan funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) hidegfényforrás LED kivitelű: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. hidegfényforrás LED kivitelű 10 pontot kap, amennyiben nem LED kivitelű 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik ilyen monitorral 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében : Amennyiben a FOG endoszkópos torony 1. kameravezérlő központi egysége a továbbfejleszhetőség érdekében moduláris kialakítással rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik ilyen kialakítással 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. kameravezérlő struktúra kiemelő funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. kameravezérlő speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. kameravezérlő digitális fiberoszkóp szűrő (antimoiré/anti-grid) legalább két lépésben funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) progresszív scan: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. kamerafej progresszív scan funkcióval rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen funkcióval nem rendelkezik 0 pontot

kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) hidegfényforrás LED kivitelű: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. hidegfényforrás LED kivitelű 10 pontot kap, amennyiben nem LED kivitelű 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitorral rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik ilyen monitorral 0 pontot kap. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Amennyiben a FOG endoszkópos torony 2. kameravezérlő központi egysége a továbbfejleszhetőség érdekében moduláris kialakítással rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik ilyen kialakítással 0 pontot kap. Arányosítás (Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához): FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): Ajánlattevő a FOG endoszkópos torony 1. kamerafej egységénél a fókusz távolság tartomány felső és alsó értéke közötti különbséget értékeli. Ajánlattevő a 35 mm vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 35 mm-t meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 7 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A fókusz távolságnak a min. 18 - 25 mm, max. 10-45 mm tartományt is magában kell foglalnia. Pl. 18-45 mm tartomány megajánlása esetén a felolvasó lapon 27 mm-t kell rögzíteni. A 9-45 mm-es megajánlás a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 9 mm nem szerepel az Ajánlatkérő által megadott tartományban. FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): Ajánlattevő a FOG endoszkópos torony 2. kamerafej egységénél a fókusz távolság tartomány felső és alsó értéke közötti különbséget értékeli. Ajánlattevő a 35 mm vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 35 mm-t meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 7 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A fókusz távolságnak a min. 18 - 25 mm, max. 10-45 mm tartományt is magában kell foglalnia. Pl. 18-45 mm tartomány megajánlása esetén a felolvasó lapon 27 mm-t kell rögzíteni. A 9-45 mm-es megajánlás a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy a 9 mm nem szerepel az Ajánlatkérő által megadott tartományban.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 3200 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kameravezérlőegység) magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (3CCDKamerafejegység) kamerafejről irányítható motoros zoom Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (3CCDKamerafejegység) motoros fókusz kamerafejről irányítható Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kameravezérlőegység) struktúra kiemelő funkció Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kameravezérlőegység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kameravezérlőegység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kamerafej egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm) Értékelési pontszám 3,21 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 16,05 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) (kamerafej egység) progresszív scan Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) hidegfényforrás LED kivitelű Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) képkalkotórészegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLKM-5) kameravezérlőközponti egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) fókusz távolságtartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm) Értékelési pontszám 3,21 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 48,15 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafej egység) progresszív scan Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) hidegfényforrás LED kivitelű Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) képkalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 20 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c 12223466241
. ép. fszt. B303

A 9. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlata az 9. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 9. közbeszerzési részben. Az A R T M E D ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 101 951 000 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafeje egység) kamerafejről irányítható motoros zoom: Nem FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (3CCDKamerafeje egység) motoros fókusz kamerafejről irányítható: Nem FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kamerafeje egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) (kamerafeje egység) progresszív scan: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) hidegfényforrás LED kivitelű: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen FOG endoszkópos torony 1. (BSZRK-15, BAZMK-20, SZLMK-5) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) struktúra kiemelő funkció: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafeje egység) fókusz távolság tartományának felső és alsó értéke közötti különbség (mm): 16 FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) (kamerafeje egység) progresszív scan: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) hidegfényforrás LED kivitelű: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen FOG endoszkópos torony 2. (SZSZBMK-J-34) kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 10 - FOG laparoszkópos eszközök

A szerződés száma: 10

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 12223466241

A 10. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette felvilágosítás adási kötelezettségét. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 10. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 10. közbeszerzési részben. Az A R T M E D ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) : 78 195 000 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm): 0,08 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusz távolságban (mm): 0,2 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusz távolságban (mm): 0,32 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm): 0,08 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusz távolságban (mm): 0,2 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusz távolságban (mm): 0,32 FOG lézer (SZLKM-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm): 0,08 FOG lézer (SZLKM-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusz távolságban (mm): 0,2 FOG lézer (SZLKM-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusz távolságban (mm): 0,32 Fülészeti fúrómotor (SZLKM-9) vezérlő központi egység 2 motor csatlakoztatási lehetőség egyszerre (pl. shaver és mikromotor): Igen Fülészeti fúrómotor (SZLKM-9) beépített irrigáló és hűtő pumpa (mikroprocesszor vezérelt) megléte: Igen Fülészeti fúrómotor (SZLKM-9) a mikromotor percenkénti fordulatszáma arra alkalmas kézidarabban (mm): 80 000

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5355

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 3970 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 5 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 75 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 150 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 8 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 120 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 5 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 75 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 150 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 8 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 120 FOG lézer (SZLKM-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusz távolságban (mm) Értékelési pontszám 5 Értékelési pontszám és súlysúly szorzata 75 FOG lézer (SZLKM-7) fókuszált fénynyaláb

átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150 FOG lézer (SZLMK-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm) Értékelési pontszám 8 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 120 Fülészeti fűrómotor (SZLMK-9) vezérlő központi egység 2 motor csatlakoztatási lehetőség egyszerre (pl. shaver és mikromotor) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Fülészeti fűrómotor (SZLMK-9) beépített irrigáló és hűtő pumpa (mikroprocesszor vezérelt) megléte Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Fülészeti fűrómotor (SZLMK-9) a mikromotor percenkénti fordulatszáma arra alkalmas kézidarabban (mm) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Pontozás: Fülészeti fűrómotor (SZLMK-9) vezérlő központi egység 2 motor csatlakoztatási lehetőség egyszerre (pl. shaver és mikromotor): Amennyiben a fülészeti fűrómotor vezérlő központi egysége egyszerre 2 motor (pl. shaver és mikromotor) csatlakoztatási lehetőséggel rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik ilyen lehetőséggel 0 pontot kap. Fülészeti fűrómotor (SZLMK-9) beépített irrigáló és hűtő pumpa (mikroprocesszor vezérelt) megléte: Amennyiben a fülészeti fűrómotor beépített irrigálóval és hűtő pumpával (mikroprocesszor vezérelt) rendelkezik 10 pontot kap, amennyiben ilyen nem rendelkezik 0 pontot kap. Arányosítás (Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához): Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a Sebészeti laser FOG fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,06 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,1 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a Sebészeti laser FOG fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,2 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,25 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a Sebészeti laser FOG fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,3 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,4 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a laser készülék (CO2) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,06 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,1 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a laser készülék (CO2) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,2 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,25 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a laser készülék (CO2) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,3 mm-nél kisebb megajánlást többletpontszámmal nem értékeli a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. A 0,4 mm-nél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján. FOG lézer (SZLMK-7) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm): Ajánlattevő a FOG lézer fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm) vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő 0,06 mm-nél kisebb

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c 12223466241 . ép.sz. B303

A 10. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette felvilágosítás adási kötelezettségét. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 10. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az A R T M E D ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 10. közbeszerzési részben. Az A R T M E D ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) : 78 195 000 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm): 0,08 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 127 mm fókusztávolságban (mm): 0,2 Sebészeti laser FOG (MFOR-16) fókuszált fénynyaláb átmérője 200 mm fókusztávolságban (mm): 0,32 Laser készülék (CO2) (SZSZBMK-J-33) fókuszált

fénynyaláb átmérője 50 mm fókusztávolságban (mm): 0,08 Laser készülék (CO₂) (SZSZBMK-J-33) fókusztávolságban (mm): 0,2 Laser készülék (CO₂) (SZSZBMK-J-33) fókusztávolságban (mm): 0,32 FOG lézer (SZLKM-7) fókusztávolságban (mm): 0,08 FOG lézer (SZLKM-7) fókusztávolságban (mm): 0,2 FOG lézer (SZLKM-7) fókusztávolságban (mm): 0,32 Fülészeti fűrómotor (SZLKM-9) vezérlő központi egység 2 motor csatlakoztatási lehetőség egyszerre (pl. shaver és mikromotor): Igen Fülészeti fűrómotor (SZLKM-9) beépített irrigáló és hűtő pumpa (mikroprocesszor vezérelt) megléte: Igen Fülészeti fűrómotor (SZLKM-9) a mikromotor percenkénti fordulatszáma arra alkalmas kézidarabban (mm): 80 000

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 11 - Laparoszkoós fül, orr gégeészeti kézi eszközök

A szerződés száma: 11

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|---|-------------|
| ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303 | 12223466241 |
| <p>A 11. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette felvilágosítás adási kötelezettségét. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 11. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 11. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő a 11. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 41 172 000</p> | |

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlatkérő a 11. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

| Ajánlattevő neve, székhelye | Adószáma |
|-----------------------------|----------|
| | |

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Viza Utca 7/c 12223466241 . ép. fszt. B303

A 11. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette felvilágosítás adási kötelezettségét. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az A R T M E D Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az A R T M E D Kft. ajánlattevő ajánlata a 11. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 11. közbeszerzési rész esetében az A R T M E D Kft. egyedüli érvényes ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő a 11. közbeszerzési rész esetében az ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Az A R T M E D Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 41 172 000

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 12 - Urológiai laparoszkópos torony

A szerződés száma: 12

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 12. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal támasztotta alá megajánlását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 12. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 12. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 104 766 120 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) pendulum (kamerafej egység) struktúra kiemelő funkció: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és

fényforrás egység) egybeépített kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Nem Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Nem Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység) kamerafejről irányítható motoros zoom: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) rendszerbővítési lehetőség ultrahangos generátorral, mellyel megvalósítható egy időben az integrált bipoláris koagulálás és ultrahangos vágás: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) képalkotó részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Nem Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameraközponti egység, laparoszkopos kamerafej és a 2D optika egység) NEAR INFRA (pl. IR, ICG, ENV) képalkotásra képes (kiegészítő fényforrással vagy anélkül): Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Anamed Kft.

4350

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 3150 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (pendulum kamerafej egység)struktúra kiemelő funkció Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) pendulum (kamerafej egység)full HD Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység)magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és fényforrás egység) egybeépített kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység)speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység)digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) képalkotó részegységekkelazonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység)kamerafejről irányítható motoros zoom Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység)kamerafejről irányítható motoros fókusz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (inszufflátor egység)áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) rendszerbővítési lehetőség ultrahangos generátorral, mellyel megvalósítható egy időben az integrált bipoláris koagulálás és ultrahangos vágás Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) képalkotórészegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameraközponti egység, laparoszkopos kamerafej és a 2D optika egység) NEAR INFRA (pl. IR, ICG, ENV) képalkotásra képes (kiegészítő fényforrással) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 250

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 12. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal támasztotta alá megajánlását, a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 12. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 12. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 104 766 120 Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (pendulum kamerafej egység) struktúra kiemelő funkció: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) pendulum (kamerafej egység) full HD: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő és fényforrás egység) egybeépített kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) speciális képjavító algoritmus (disruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás): Nem Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) (kameravezérlő egység) digitális fiberoszkóp szűrő (anti-moiré/anti-grid) legalább két lépésben: Nem Urológiai endoszkópos torony 1. (BSZRK-13, MFOR-6) képkalkoló részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő egység) magyar nyelvű beállító menürendszer: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameravezérlő és fényforrás egység) érintőképernyős kivitel: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység) kamerafejről irányítható motoros zoom: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kamerafej egység) kamerafejről irányítható motoros fókusz: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (inszufflátor egység) áramlási mennyiség állításának felső értéke (liter/perc): 45 Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) rendszerbővítési lehetőség ultrahangos generátorral, mellyel megvalósítható egy időben az integrált bipoláris koagulálás és ultrahangos vágás: Igen Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) képkalkoló részegységekkel azonos gyártójú, kalibrált monitor: Nem Urológiai endoszkópos torony 2. (SZLMK-1, SZSZBMK-J-15) (kameraközponti egység, laparoszkopos kamerafej és a 2D optika egység) NEAR INFRA (pl. IR, ICG, ENV) képkalkotásra képes (kiegészítő fényforrással vagy anélkül): Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 13 - Urológiai laparoszkópos eszközök

A szerződés száma: 13

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 13. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árindokolási kötelezettségét. Az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 13. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 13. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 142 448 866,- Ft) megfelel a rendelkezésre álló fedezet (nettó 203 087 019,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 142 448 866 Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) Chip-on the tipp technológia: Igen Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) NBI kompatibilis: Igen Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) 120 fokban forgatási funkció: Igen VIDEO HD Flexibilis cystoscope (MFOR-6/2/d, SZSZBMK-J-15/1) NBI kompatibilis: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

Anamed Kft.

1330

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 930 Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) Chip-on the tipp technológia Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) NBI komp Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Flexibilis uretero-renoszóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) 120 fokban forgatási funkció Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 150 VIDEO HD Flexibilis cystoscope (MFOR-6/2/d, SZSZBMK-J-15/1) NBI kompatibilis Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő**Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 13. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árindokolási kötelezettségét. Az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 13. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 13. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 142 448 866,- Ft) megfelel a rendelkezésre álló fedezet (nettó 203 087 019,- Ft) mértékének. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 142 448 866 Flexibilis uretero-renoszkóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) Chip-on the tipp technológia: Igen Flexibilis uretero-renoszkóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) NBI kompatibilis: Igen Flexibilis uretero-renoszkóp (PAMOK-62, BSZRK-13/1) 120 fokban forgatási funkció: Igen VIDEO HD Flexibilis cystoscope (MFOR-6/2/d, SZSZBMK-J-15/1) NBI kompatibilis: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 14 - Urológiai laparoszkópos kézi eszközök

A szerződés száma: 14

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft., Magyarország 4031 Debrecen, Bartók Béla Út 113/B. 11557379209

A 14. közbeszerzési rész esetében az EMD Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette hiánypótlási kötelezettségét. Az EMD Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az EMD Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az EMD Kft. ajánlattevő ajánlata a 14. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 8 194 065

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 14. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árindokolási kötelezettségét. Az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 14. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 6 411 585

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

EMD Endoszkóp Műszer Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

Anamed Kft.

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlatkérő a 14. közbeszerzési rész esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli.

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 14. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő határidőben, megfelelő tartalommal teljesítette árindokolási kötelezettségét. Az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő

nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 14. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 14. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Ajánlatkérő a 14. közbeszerzési rész esetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlása (nettó 6 411 585,- Ft) megfelel a rendelkezésre álló fedezet (nettó 7 408 648,- Ft) mértékének.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 15 - Gasztroenterológiai endoszkópos eszközök

A szerződés száma: 15

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

11909879242

A 15. közbeszerzési rész esetében a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő szerződés teljesítéséhez való alkalmassága igazolt, továbbá a MEDIREX Zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata a 15. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 135 900 000 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) teljes körű (beállítás, betegadat kezelés, felhasználó kezelés) magyar nyelvű menürendszer megléte: Igen Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) a fényszűrés optikai szűrővel valószínűleg a fényforrásban: Igen Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a felhasználó által a markolat alatt található forgató gomb segítségével változtatható bevezető csőmerevség megléte: Nem Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Endoszkóp mosó-fertőtlenítő készülék (BMKK-40, SMK-18) rozsdamentes acél mosókamra: Nem

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 15. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 15. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 116 731 895 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) teljes körű (beállítás, betegadat kezelés, felhasználó kezelés) magyar nyelvű menürendszer megléte: Igen Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) a fényszűrés optikai szűrővel valószínűleg a fényforrásban: Igen Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a felhasználó által a markolat alatt található forgató gomb segítségével változtatható bevezető csőmerevség megléte: Igen Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Nem Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg: Igen Endoszkóp mosó-fertőtlenítő készülék (BMKK-40, SMK-18) rozsdamentes acél mosókamra: Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

2706.98

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 1906,98 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) teljes körű (beállítás, betegadat kezelés, felhasználó kezelés) magyar nyelvű menürendszer megléte Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) a fényszűrés optikaiszűrővel valószínűleg a fényforrásban Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikaiszűrővel valószínűleg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videogasztrószkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikaiszűrővel valószínűleg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a felhasználó által a markolat alatt található forgató gomb segítségével változtatható bevezető csőmerevség megléte Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) a fényszűrő funkció optikai szűrővel valószínűleg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Endoszkóp mosó-fertőtlenítő készülék (BMKK-40, SMK-18) rozsdamentes acélmosókamra Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 2220 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) teljes körű (beállítás, betegadat kezelés, felhasználó kezelés) magyar nyelvű menürendszer megléte Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) a fényszűrés optikaiszűréssel valósul meg a fényforrásban Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videogasztroszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikaiszűréssel valósul meg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videogasztroszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikaiszűréssel valósul meg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a felhasználó által a markolat alatt található forgató gomb segítségével változtatható bevezető csőmerevség megléte Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz Értékelési pontszám 0 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 0 Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) a fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Endoszkóp mosó-fertőtlenítő készülék (BMKK-40, SMK-18) rozsdamentes acélmosókamra Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 50

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Anamed Kft., Magyarország 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.

10737956242

A 15. közbeszerzési rész esetében az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményt követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az ANAMED Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az ANAMED Kft. ajánlattevő ajánlata a 15. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az ANAMED Kft. ajánlattevő tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot a 15. közbeszerzési részben. Az ANAMED Kft. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 116 731 895 Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) teljes körű (beállítás, betegadat kezelés, felhasználó kezelés) magyar nyelvű menürendszer megléte: Igen Videoendoszkópos torony (BMKK-33, SMK-13/1, BAZMK-19) a fényszűrés optikai szűréssel valósul meg a fényforrásban: Igen Videogasztroszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg: Igen Videogasztroszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Igen Videokolonoszkóp (BMKK-33/1, SMK-13, BAZMK-19/1) a felhasználó által a markolat alatt található forgató gomb segítségével változtatható bevezető csőmerevség megléte: Igen Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval (vízzáró sapka nélkül) csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz: Nem Videoduodenoszkóp (BAZMK-19/3) a fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg: Igen Endoszkóp mosó-fertőtlenítő készülék (BMKK-40, SMK-18) rozsdamentes acél mosókamra: Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 16 - Légúti endoszkópos eszközök

A szerződés száma: 16

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

11909879242

A 16. közbeszerzési rész esetében a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő szerződés teljesítéséhez való alkalmassága igazolt, továbbá a MEDIREX Zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata a 16. közbeszerzési rész esetében érvényes. A MEDIREX Zrt. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 16. közbeszerzési részben. A MEDIREX Zrt. ajánlattevő megajánlásai a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 52 730 000 Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság fel (fok): 130 Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság le (fok): 130 Nehéz intubációs videolaryngoszkópos szett (JNSZM-23, SZBK-16) érintőképernyős monitor mérete (col): 3,5

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1000

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 700
Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság fel (fok) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata 100 Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság le (fok) Értékelési pontszám 10
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100 Nehéz intubációs videolaryngoszkópos szett (JNSZM-23, SZBK-
16) érintőképernyős monitor mérete (col) Értékelési pontszám 10 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata 100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A

11909879242

A 16. közbeszerzési rész esetében a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, ajánlattevő szerződés teljesítéséhez való alkalmassága igazolt, továbbá a MEDIREX Zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a MEDIREX Zrt. ajánlattevő ajánlata a 16. közbeszerzési rész esetében érvényes. A MEDIREX Zrt. ajánlattevő az egyedüli érvényes ajánlattevő a 16. közbeszerzési részben. A MEDIREX Zrt. ajánlattevő megajánlásáig a fedezet megemelésre került. Összesített nettó ajánlati ár (Ft): 52 730 000 Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság fel (fok): 130 Intubációs laryngofiberscop (JNSZM-21) hajlíthatóság le (fok): 130 Nehéz intubációs videolaryngoszkópos szett (JNSZM-23, SZBK-16) érintőképernyős monitor mérete (col): 3,5

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 17 - Diagnosztikai és reanimációs eszközök

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:

Az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. a 17. közbeszerzési részben nem nyújtotta be ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve. Továbbá nem igazolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírtaknak megfelelően az alkalmasságát. Tekintettel arra, hogy az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. ajánlattevő a 17. közbeszerzési részben nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, ezért az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. A 17. közbeszerzési részben az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. ajánlattevő az egyedüli, érvénytelen ajánlattevő, ezért a 17. közbeszerzési rész a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. a 17. közbeszerzési részben nem nyújtotta be ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a) pontjának megfelelően közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve. Továbbá nem igazolta az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírtaknak megfelelően az alkalmasságát. Tekintettel arra, hogy az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. ajánlattevő a 17. közbeszerzési részben nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait, ezért az ULTRAGEL HUNGARY 2000 Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**V.2 Az eljárás eredménye****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az**

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2020.04.15

Lejárata: 2020.04.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés a 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és 16. közbeszerzési részekben.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.04.14

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.04.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

