

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000131292020

**E50 - Bírálati szakasz**

Közbeszerzés tárgya: **Patológiai berendezések beszerzése 2020**

Ajánlatkérő neve: **Állami Egészségügyi Ellátó Központ**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_5815372 7				
Postai cím:	Diós Árok 3						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1125	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Erdei Csaba						
E-mail:	erdei.csaba@aek.hu	Telefon:	+36 13561522	Fax:	+36 13757253		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="http://www.aek.hu">http://www.aek.hu</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)	<a href="http://www.aek.hu">http://www.aek.hu</a>						

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_9107132 7				
Postai cím:	Szabadság Utca 43.						
Város:	Nyúl	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9082	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Kaffka Diána						
E-mail:	kozbeszerzes@csendesconsulting.hu	Telefon:	+36 703223727	Fax:	+36 17002293		
Internetcím(ek)							
	<a href="http://www.aek.hu">http://www.aek.hu</a>						

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.aEEK.hu

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Patológiai berendezések beszerzése 2020

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés keretében az "EFOP-2.2.0-16-2016-00007 Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása" projekt keretében patológiai berendezések beszerzése

1. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 29 db félautomata rotációs mikrotómot és 16 db kriosztátot kíván beszerezni.

2. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 13 darab citocentrifugát és 7 darab metszet szárítót kíván beszerezni.

3. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 31 darab hűtőlapot és 19 darab zárt rendszerű víztelenítő automatát kíván beszerezni.

4. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 23 darab kiágyazó asztalt, 17 darab fedőautomatát, 21 darab festőautomatát, 39 db vízfűtőt és 15 darab melegítőlapot kíván beszerezni.

5. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 3 db nagy teljesítményű immunfestő automatát és 5 darab kis teljesítményű immunfestő automatát kíván beszerezni.

6. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 7 db mikroszkópot társnézővel és 18 darab rutindiagnosztikai mikroszkópot kamerával kíván beszerezni.

7. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 4 darab metszet szkennert kíván beszerezni.

8. rész: Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott műszaki paraméterek minimális szintjét elérő összesen 9 darab metszet szkennert kíván beszerezni.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Második Része, XV. Fejezete 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás

#### IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 036-084529

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

38

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Félautomata rotációs mikrotóm és kriosztát

A szerződés száma: 1

Az eljárás eredményes volt: Igen

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.	13215613241

A VMD Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733 adószám: 13215613-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD zrt. ajánlattevő ajánlata az 1. közbeszerzési rész esetében érvényes.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 194 505 359

Félautomata rotációs mikrotóm: összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdővel (metszet továbbító rendszer): Igen

Félautomata rotációs mikrotóm: szemetes tálca veszi teljesen körbe a pengetartót, pengebefogó alatt és körül: Igen

Félautomata rotációs mikrotóm: minta vertikális mozgása (min. 50, max. 72 mm): 72

Kriosztát: felhasználóbarát grafikus színes érintőképernyős vezérlés megléte: Igen

Kriosztát: aktív ezüst ionos bevonat a nagyobb higiéniai biztonság érdekében: Nem

Kriosztát: rendelkezik egy nagy teljesítményű, legalább 36 Watt-os UV lámpa fertőtlenítéssel: Igen

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1550
---	------

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1 200

Félautomata rotációs mikrotóm: összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdővel (metszet továbbító rendszer): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Félautomata rotációs mikrotóm: szemetes tálca veszi teljesen körbe a pengetartót, pengebefogó alatt és körül: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Félautomata rotációs mikrotóm: minta vertikális mozgása (min. 50, max. 72 mm): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Kriosztát: felhasználóbarát grafikus színes érintőképernyős vezérlés megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Kriosztát: aktív ezüst ionos bevonat a nagyobb higiéniai biztonság érdekében: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Kriosztát: rendelkezik egy nagy teljesítményű, legalább 36 Watt-os UV lámpa fertőtlenítéssel: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: fordított arányosítás

Félautomata rotációs mikrotóm: pontozás

Félautomata rotációs mikrotóm: pontozás

Félautomata rotációs mikrotóm: minta vertikális mozgása (min. 50, max. 72 mm): a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához elnevezésű útmutatója szerinti képlet

Kriosztát: felhasználóbarát grafikus színes érintőképernyős vezérlés megléte: pontozás

Kriosztát: aktív ezüst ionos bevonat a nagyobb higiéniai biztonság érdekében: pontozás

Kriosztát: rendelkezik egy nagy teljesítményű, legalább 36 Watt-os UV lámpa fertőtlenítéssel: értékelési pontszám: pontozás

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, Krisztina Körút 39. 13215613241

A VMD Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733 adószám: 13215613-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD zrt. ajánlattevő ajánlata az 1. közbeszerzési rész esetében érvényes. A VMD zrt. ajánlattevő ajánlata tartalmazza az 1. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 194 505 359

Félautomata rotációs mikrotóm: összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdővel (metszet továbbító rendszer): Igen

Félautomata rotációs mikrotóm: szemetes tálca veszi teljesen körbe a pengetartót, pengebefogó alatt és körül: Igen

Félautomata rotációs mikrotóm: minta vertikális mozgása (min. 50, max. 72 mm): 72

Kriosztát: felhasználóbarát grafikus színes érintőképernyős vezérlés megléte: Igen

Kriosztát: aktív ezüst ionos bevonat a nagyobb higiéniai biztonság érdekében: Nem

Kriosztát: rendelkezik egy nagy teljesítményű, legalább 36 Watt-os UV lámpa fertőtlenítéssel: Igen

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

CPP-Budapest Kft, Magyarország 1145 Budapest, Amerikai út 33

10240616242

Az 1. közbeszerzési rész esetében a CPP-BUDAPEST Kft. (székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 33., cjsz: 01-09-061688, adószám: 10240616-2-42) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:

A CPP-BUDAPEST Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának, felvilágosítás kérésének:

1. Kérjük, szíveskedjenek az „Egyéb nyilatkozatok” űrlapon egyértelműen nyilatkozni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint.

2. Az EEKD III. rész C pontja esetében az alábbi kizáró okok tekintetében:

- Csődeljárás
- Fizetéseképtelenség
- Csődegyezés hitelezőkkel
- A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet
- Felszámoló által kezelt vagyon
- Üzleti tevékenység felfüggesztése

kérjük, szíveskedjenek javítani „Ez az információ elektronikusan elérhető?” rovatot IGEN-re, tekintettel arra, hogy az Igazságügyi Minisztérium (Kibocsátó) által üzemeltett <https://www.e-ceggyezek.hu/> (URL) honlapon a kért információk elektronikusan elérhetők.

3. A kriosztát esetében a metszési tartomány a termékadatlapon és a gyártói termékismertetőn eltérő adattal szerepel, kérjük, szíveskedjenek az ellentétet feloldani.

4. A gyártói termékismertető nem tartalmazza a kriosztát esetében a nagy teljesítményű UV lámpa meglétét és a lámpára vonatkozó adatokat. Kérjük, szíveskedjenek a gyártói prospektust részletes magyar nyelvű műszaki leírással kiegészíteni.

5. A kriosztát esetében a termékadatlapon és a gyártói termékismertetőn megadott típus szám nem egyezik meg. Kérjük, szíveskedjenek az ellentétet feloldani.

6. A kriosztát esetében kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a CE megfelelésértékelési tanúsítványt. Továbbá kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni a megajánlott termékek forgalomba hozatali engedély számáról.

7. A félautomata rotációs mikrotóm esetében a minta horizontális mozgása paraméter esetében a termékadatlapon megadott adat nem egyezik meg a gyártói termékismertetőben szereplő adattal. Kérjük, szíveskedjenek az ellentétet feloldani.

8. A félautomata rotációs mikrotóm esetében az összekapcsolható lamináris áramlású vízfürdő meglétére vonatkozó adat nem szerepel a gyártói termékismertetőben. Kérjük, szíveskedjenek a gyártói prospektust részletes magyar nyelvű műszaki leírással kiegészíteni.

9. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő nyilatkozatát termékenként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.

10. A „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” űrlapon „a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk” rovatban, valamint az EEKD II. rész „B: A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk” rovatban az ügyvezető születési dátuma és neve eltér ajánlattevő hatályos cégkivonatában szereplő adatoktól. Kérjük, szíveskedjenek az EKR űrlapokat ajánlattevő hatályos cégkivonatában szereplő adatoknak megfelelően javítani.

Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Árpád 12140622241  
fejedelem Útja 53.

Az 1. közbeszerzési rész esetében az Immunotrin Kft. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53., cjsz: 01-09-468733 adószám: 12140622-2-41) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:

Az Immunotrin Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának:

1. A gyártói termékismertető nem tartalmazza a kriosztát esetében a nagy teljesítményű UV lámpa teljesítményére vonatkozó adatokat. Kérjük, szíveskedjenek a gyártói prospektust részletes magyar nyelvű műszaki leírással kiegészíteni. Továbbá az Immunotrin Kft. nem nyújtotta be a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását az összesített nettó ajánlati árának alátámasztására.

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 12122066213  
Gödöllő, Rigó Utca 20.

Az 1. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: A BIOMARKER Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának, felvilágosítás kérésének:

1. Kérjük, szíveskedjenek a „nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” űrlapon a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót az EEKD II. rész D pontjában megnevezett alvállalkozó megnevezésével kiegészíteni.
2. Kérjük, szíveskedjenek a félautomata rotációs mikrotóm esetében egyértelműen megadni a gyártó megnevezését tekintettel arra, hogy a termékadatlapon, „nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről” űrlapon és a CE megfelelésértékelési tanúsítványban más-más megnevezés szerepel.
3. Kérjük, szíveskedjenek a félautomata rotációs mikrotóm esetében benyújtani a gyártói termékismertető prospektust.
4. Kérjük, szíveskedjenek a kriosztát esetében egyértelműen megadni a gyártó megnevezését tekintettel arra, hogy a termékadatlapon, „nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről” űrlapon és a CE megfelelésértékelési tanúsítványban más-más elnevezés szerepel.
5. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni a megajánlott termékek forgalomba hozatali engedély számáról.
6. Az ajánlat 16. oldalán csatolt, szervízháttérrel szülő nyilatkozatban nem adta meg az ajánlattevő a szerviz tevékenységet ellátó P. T. alvállalkozó (egyéni vállalkozó?) címét ill. elérhetőségeit az ajánlatkérői előírás szerint. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében pótolni, továbbá kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy P. T. egyéni vállalkozónak minősül vagy természetes személyként, megbízási jogviszonyban fog ajánlattevőnek teljesíteni. Továbbá a BIOMARKER Kft. nem nyújtotta be a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását az összesített nettó ajánlati árának alátámasztására.

TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 12279144241  
Budapest, Attila Utca 126.

A TS Labor Kft. (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 126., cjsz: 01-09-662293, adószám: 12279144-2-41) ajánlattevő az 1.

közbeszerzési részben nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolását az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, ezért a TS Labor Kft. ajánlattevő ajánlata az 1. közbeszerzési rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

## V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése: 2 - Metszet szárító és citocentrifuga  
A szerződés száma: 2  
Az eljárás eredményes volt: Igen

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

#### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Wartha Vince Utca 1/2. A 2. közbeszerzési rész esetében az AQUA-TERRA LAB Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2., cjsz: 19-09-502598, adószám: 11338550-2-19) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlását, felvilágosítását és Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. Az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében érvényes. Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 30 046 000 Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: Igen Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: Nem Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: Igen Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: Nem Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: Nem Metszetszárító: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: Igen	11338550219
VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, Krisztina Körút 39. A 2. közbeszerzési rész esetében a VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733 adószám: 13215613-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását. A VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 72. §-a szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében érvényes. Ajánlatkérő nem hívta fel a VMD zrt. ajánlattevőt a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 44 169 640 Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: Igen Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: Nem Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: Igen Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: Igen Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: Igen Metszetszárító: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: Igen	13215613241

#### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve: AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként: 1500  
Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1 200  
Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0  
Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Metszetszáritó: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1116

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 6,80, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 816  
Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0  
Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50  
Metszetszáritó: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás  
Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: pontozás  
Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: értékelési pontszám: pontozás  
Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: pontozás  
Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: pontozás  
Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: pontozás  
Metszetszáritó: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: pontozás

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

AQUA-TERRA LAB Kémiai Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 11338550219  
Magyarország 8200 Veszprém, Wartha Vince Utca 1/2.

A 2. közbeszerzési rész esetében az AQUA-TERRA LAB Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2., cjsz: 19-09-502598, adószám: 11338550-2-19) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlását, felvilágosítását és Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. Az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében érvényes. Az AQUA-TERRA LAB Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 2. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 30 046 000

Citocentrifuga: betekintő ablak megléte: Igen

Citocentrifuga: gyorshűtő funkció: Nem

Citocentrifuga: egykezes tetőnyitás-zárási mechanizmus: Igen

Citocentrifuga: korábbi Shandon Cytospin 1, 2, 3 citocentrifuga protokolljait elfogadja: Nem

Citocentrifuga: minta-riasztási tulajdonságaival megelőzhető a minta kiszáradása: Nem

Metszetszáritó: rozsdamentes acél belső munkatér megléte: Igen

#### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:****V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:****V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Attila Utca 126.	12279144241
<p>A TS Labor Kft. (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 126., cjsz: 01-09-662293, adószám: 12279144-2-41) ajánlattevő a 2. közbeszerzési részben nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolását az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, ezért a TS Labor Kft. ajánlattevő ajánlata a 2. közbeszerzési rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.</p>	

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése:	3 - Zárt rendszerű víztelenítő automata és hűtőlap
A szerződés száma:	3
Az eljárás eredményes volt:	Igen

**V.2 Az eljárás eredménye****V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 5

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.	13215613241
<p>A 3. közbeszerzési rész esetében a VMD zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39., cjsz: 01-10-049733 adószám: 13215613-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását. A VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 72. §-a szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a VMD zrt. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a VMD zrt. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében érvényes. Ajánlatkérő nem hívta fel a VMD zrt. ajánlattevőt a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására.</p> <p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 293 473 274</p> <p>Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiagyazható csónak: Igen</p> <p>Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: Igen</p> <p>Hűtőlap: a hűtőfelület polirozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: Nem</p> <p>Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben: Igen</p> <p>Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív</p>	



szénszűrővel: Igen

Zárt rendszerű víztelenítő automata: mikrohullámozható kazettatartó kosár megléte: Igen

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Dereglye Utca 10429879241

2.

A 3. közbeszerzési rész esetében a FRANK Diagnosztika Kft. (székhely: 1036 Budapest, Dereglye utca 2., cjsz: 01-09-070792, adószám: 10429879-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében érvényes.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 156 041 000

Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiagyazható csónak: Igen

Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: Igen

Hűtőlap: a hűtőfelület polírozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív

szénszűrővel: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: mikrohullámozható kazettatartó kosár megléte: Nem

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1038.40

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 5,32, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 638,40

Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiagyazható csónak: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Hűtőlap: a hűtőfelület polírozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív szénszűrővel: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Zárt rendszerű víztelenítő automata: mikrohullámozható kazettatartó kosár megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság

1350

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1 200

Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiagyazható csónak: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Hűtőlap: a hűtőfelület polírozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív szénszűrővel: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Zárt rendszerű víztelenítő automata: mikrohullámozható kazettatartó kosár megléte: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0

10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás

Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiagyazható csónak: értékelési pontszám: pontozás

Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: pontozás

Hűtőlap: a hűtőfelület polírozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: pontozás

Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés

közben: pontozás

Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív szénzűrővel: pontozás

Zárt rendszerű víztelenítő automata: pontozás

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1036 Budapest, Dereglye Utca 2. 10429879241

A 3. közbeszerzési rész esetében a FRANK Diagnosztika Kft. (székhely: 1036 Budapest, Dereglye utca 2., cjsz: 01-09-070792, adószám: 10429879-2-41) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében érvényes. A FRANK Diagnosztika Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 3. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 156 041 000

Hűtőlap: a hűtőlap felületén elhelyezhető legalább 72 db standard kiágyszható csónak: Igen

Hűtőlap: a hűtőlap hőmérséklete szabályozható: Igen

Hűtőlap: a hűtőfelület polírozott rozsdamentes acélból készült melegített peremmel a kondenzáció megakadályozására: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: körkörös kialakítású reakciókamra, melyben a kazetta tartó kosarakat mozgassa a víztelenítés közben: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: automatikusan működő beépített elszívó rendszer, kálium permanganát és aktív szénzűrővel: Nem

Zárt rendszerű víztelenítő automata: mikrohullámozható kazettatartó kosár megléte: Nem

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Attila Utca 126.	12279144241
A TS Labor Kft. (székhely: 1047 Budapest, Attila u. 126., cjsz: 01-09-662293, adószám: 12279144-2-41) ajánlattevő a 3. közbeszerzési részben nem nyújtotta be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolását az ajánlati felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, ezért a TS Labor Kft. ajánlattevő ajánlata a 3. közbeszerzési rész esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.	

A 3. közbeszerzési rész esetében az InnoLab Bt. (székhely: 2120 Dunakeszi Munkácsy Mihály utca 41/a, cjsz: 13-06-020423, adószám: 24557472-2-13) az ajánlattételi határidő (2020.05.11. 10:00) lejártát követően, 2020.05.11. napján 10:00:19-kor nyújtotta be ajánlatát. Ezért az InnoLab Bt. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20. 12122066213

A 3. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: A BIOMARKER Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának, felvilágosítás kérésének:

1. Kérjük, szíveskedjenek mindkét megajánlott termék esetében egyértelműen megadni a gyártó megnevezését tekintettel arra, hogy a termékadatlapon, „nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről” űrlapon és a CE megfeleléségi tanúsítványban más-más megnevezés szerepel.
2. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni a megajánlott termékek forgalomba hozatali engedély számáról. Továbbá a BIOMARKER Kft. nem nyújtotta be a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását az összesített nettó ajánlati árának alátámasztására.

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése:	4 - Fedő és festő automata, vízfürdő és melegítőlap
A szerződés száma:	4
Az eljárás eredményes volt:	Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.	12122066213
<p>A 4. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indoklását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. közbeszerzési rész esetében érvényes.</p> <p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 698 800 000</p> <p>Kiágyazó asztal: gyorsfűtés funkció megléte: Igen</p> <p>Kiágyazó asztal: eltolható tetővel rendelkező kazetta és/vagy beágyazó forma tároló, mely egymással kicserélhető: Igen</p> <p>Fedőautomata: 22 mm széles fedőlemezek használatának lehetősége: Igen</p> <p>Fedőautomata: törött fedőlemezek automatikus kezelése: Igen</p> <p>Festőautomata: különböző színű CodeRack technológia megléte, a tárgylemeztartó keretek programozott, automatikus indításához: Igen</p> <p>Festőautomata: lemeztartó keret befogadóképessége minimum 30 db tárgylemez: Igen</p> <p>Vízfürdő: anti-mikrobiális felület megléte: Nem</p> <p>Melegítőlap: anti-mikrobiális felület megléte: Nem</p>	

**V.2.3) Az ajánlatok értékelése**

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	3600
Szöveges értékelés:	Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 3 000 Kiágyazó asztal: gyorsfűtés funkció megléte: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100 Kiágyazó asztal: eltolható tetővel rendelkező kazetta és/vagy beágyazó forma tároló, mely egymással

kicserélhető: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Fedőautomata: 22 mm széles fedőlemezek használatának lehetősége: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Fedőautomata: törött fedőlemezek automatikus kezelése: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Festőautomata: különböző színű CodeRack technológia megléte, a tárgylemeztartó keretek programozott, automatikus indításához: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Festőautomata: lemeztartó keret befogadóképessége minimum 30 db tárgylemez: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Vízfürdő: anti-mikrobiális felület megléte: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Melegítőlap: anti-mikrobiális felület megléte: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 ..... 10

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás

Kiágyazó asztal: gyorsfűtés funkció megléte: pontozás

Kiágyazó asztal: eltolható tetővel rendelkező kazetta és/vagy beágyazó forma tároló, mely egymással kicserélhető: pontozás

Fedőautomata: 22 mm széles fedőlemezek használatának lehetősége: pontozás

Fedőautomata: törött fedőlemezek automatikus kezelése: pontozás

Festőautomata: különböző színű CodeRack technológia megléte, a tárgylemeztartó keretek programozott, automatikus indításához: pontozás

Festőautomata: lemeztartó keret befogadóképessége minimum 30 db tárgylemez: pontozás

Vízfürdő: anti-mikrobiális felület megléte: pontozás

Melegítőlap: anti-mikrobiális felület megléte: pontozás

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 12122066213  
Rigó Utca 20.

A 4. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a 4. közbeszerzési rész esetében érvényes. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 4. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 698 800 000

Kiágyazó asztal: gyorsfűtés funkció megléte: Igen

Kiágyazó asztal: eltolható tetővel rendelkező kazetta és/vagy beágyazó forma tároló, mely egymással kicserélhető: Igen

Fedőautomata: 22 mm széles fedőlemezek használatának lehetősége: Igen

Fedőautomata: törött fedőlemezek automatikus kezelése: Igen

Festőautomata: különböző színű CodeRack technológia megléte, a tárgylemeztartó keretek programozott, automatikus indításához: Igen

Festőautomata: lemeztartó keret befogadóképessége minimum 30 db tárgylemez: Igen

Vízfürdő: anti-mikrobiális felület megléte: Nem

Melegítőlap: anti-mikrobiális felület megléte: Nem

#### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

#### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Summamed Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Köztársaság Út 8.	12644061213
A 4. közbeszerzési rész esetében a SUMMAMED Kft. (székhely: 2100 2100 Gödöllő, Köztársaság út 8., cjsz: 13-09-087917, adószám: 12644061-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel: A SUMMAMED Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának, felvilágosítás kérésének: 1. Kérjük, szíveskedjenek a „nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” űrlapon a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozót megnevezni, továbbá az EEKD II. rész D pontját az alvállalkozó megnevezésével kiegészíteni tekintettel arra, hogy ajánlattevő szerviz tevékenységet jelölt meg az alvállalkozó által ellátandó tevékenységként és a szerviz megnevezést, valamint elérhetőségét ajánlatkérő az ajánlatban kérte benyújtani. Továbbá kérjük, szíveskedjenek tisztázni, hogy a szerviz tevékenységet ki fogja ténylegesen ellátni ugyanis az ajánlattevő szervizháttéréről szóló nyilatkozatában saját magát jelölte meg szervizként nem alvállalkozót. 2. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni a megajánlott termékek forgalomba hozatali engedély számáról. 3. A „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” űrlapon kérjük, szíveskedjenek a kapacitást nyújtó szervezet megnevezését a hatályos cégkivonatának megfelelően javítani, továbbá kérjük, szíveskedjenek az űrlapot kiegészíteni az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelmény számával (III.1.3) M/1.). 4. A festőautomata gyártói termékismertetőjének 16. oldalán található adat alapján a reagens állomások száma eltér az ajánlattevő által a termékadatlapon rögzített mennyiségtől. Kérjük, szíveskedjenek az ellentétet feloldani. 5. A vízfürdő gyártói termékismertetője nem tartalmazza az űrtartalmat. Kérjük, szíveskedjenek olyan dokumentumot benyújtani, amiből a hiányzó adat megállapítható. 6. A melegítőlap gyártói termékismertetője nem tartalmazza, hogy mennyi tárgylemez egyidejű szárítására alkalmas a felület. Kérjük, szíveskedjenek olyan dokumentumot benyújtani, amiből a hiányzó adat megállapítható. Továbbá a SUMMAMED Kft. nem nyújtotta be a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását az összesített nettó ajánlati árának alátámasztására.	

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése:	5 - Nagy és kis teljesítményű immunfestő automata
A szerződés száma:	5
Az eljárás eredményes volt:	Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98.	11802428243
Az 5. közbeszerzési rész esetében a "KROMAT" Kft. (székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98., cjsz: 01-09-677489, adószám: 11802428-2-43) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indoklását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A "KROMAT" Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a "KROMAT" Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a	

"KROMAT" Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 109 250 000

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására: Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100  
Gödöllő, Rigó Utca 20.

12122066213

Az 5. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 94 800 000

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására: Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok  
ajánlattevőnként:

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.

1291.60

Szöveges értékelés:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám 8,68, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1 041,60

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik,

melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1500

Szöveges értékelés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 1 200  
Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0  
Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0  
Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 100  
Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 100  
Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0  
Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0  
Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 100  
Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: értékelési pontszám 0, értékelési pontszám és súlysúly szorzata: 0

#### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

#### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

#### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 12122066213  
Rigó Utca 20.

Az 5. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza az 5. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 94 800 000

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására:

Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

Nem

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

"KROMAT" Műszerforgalmazó Kft., Magyarország 1112 Budapest, Péterhegyi Út 98. 11802428243

Az 5. közbeszerzési rész esetében a "KROMAT" Kft. (székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi út 98., cjsz: 01-09-677489, adószám: 11802428-2-43) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A "KROMAT" Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a "KROMAT" Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a "KROMAT" Kft. ajánlattevő ajánlata az 5. közbeszerzési rész esetében érvényes. A "KROMAT" Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza az 5. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot követő ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 109 250 000

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló individuális metszetfestő állomások, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: az automata reagenseinek gazdaságos használata (maximum 150 mikro/l. felhasználásával) és a metszetek védelmében fedőlemez technika alkalmazása: Nem

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: rendelkezik külön FISH egységgel, mely működése mellett folyamatosan adagolható az immun: Igen

Nagy teljesítményű IHC/ISH festő automata: egynél több robotkar: Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: elsődleges antitest adagolása történhessen manuálisan titrálással individuálisan lemezenként a többi lemez protokolljának megszakítása nélkül: Nem

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: a szolgáltató képes legyen a gépen távsegítség és távszerviz szolgáltatás nyújtására: Igen

Kis teljesítményű IHC/ISH festő automata: teljesen különálló multimodulos mintatároló egységgel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a festett lemezek egymástól függetlenül történő cseréjét: Nem

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 6 - Mikroszkóp

A szerződés száma: 6

Az eljárás eredményes volt:

Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**



A beérkezett ajánlatok száma:

## V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.	12122066213
<p>A 6. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778, adószám: 12122066-2-13) és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (székhely: 1031 Budapest, Drótos utca 1., cjsz: 01-09-072523, adószám: 10483592-2-41), mint közös ajánlattevők megfelelő tartalommal, határidőben benyújtották a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosításukat, hiánypótlásukat és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők nem állnak az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata a 6. közbeszerzési rész esetében érvényes.</p> <p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 73 275 000</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: ergonomikus tubus dőlés szög: legalább 10°-30° között állítható, teleszkópikusan legalább 35 mm-ig kihúzható komfortosabb, egyénre szabott használathoz: Igen</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: a fókusz gomb tetszőlegesen, egy mozdulattal elhelyezhető legyen a mikroszkóp mindkét oldalán jobb és bal kezes felhasználók számára is: Igen</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: objektívek 60 mm-es parfokalitással a jobb képminőség elérése érdekében (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában): Igen</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: minimum 4 színre korrigáló 60x vagy 100x apochromát lencse bővítési lehetősége: Igen</p> <p>Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: magasságában állítható, 3 állású fókuszáló egység megléte: Igen</p> <p>Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: fényintenzitás szinkronizált objektívek (4x, 10x, 20x) megléte: Igen</p>	

## V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	1800
Szöveges értékelés:	<p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1 200</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: ergonomikus tubus dőlés szög: legalább 10°-30° között állítható, teleszkópikusan legalább 35 mm-ig kihúzható komfortosabb, egyénre szabott használathoz: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 150</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: a fókusz gomb tetszőlegesen, egy mozdulattal elhelyezhető legyen a mikroszkóp mindkét oldalán jobb és bal kezes felhasználók számára is: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: objektívek 60 mm-es parfokalitással a jobb képminőség elérése érdekében (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában): értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p> <p>Mikroszkóp társnézővel: minimum 4 színre korrigáló 60x vagy 100x apochromát lencse bővítési lehetősége: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 50</p> <p>Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: magasságában állítható, 3 állású fókuszáló egység megléte: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p> <p>Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: fényintenzitás szinkronizált objektívek (4x, 10x, 20x) megléte: értékelési pontszám 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p>

## V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

## V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): fordított arányosítás

Mikroszkóp társnézővel: ergonomikus tubus dőlés szög: legalább 10°-30° között állítható, teleszkópikusan legalább 35 mm-ig kihúzható komfortosabb, egyénre szabott használathoz: pontozás

Mikroszkóp társnézővel: a fókusz gomb tetszőlegesen, egy mozdulattal elhelyezhető legyen a mikroszkóp mindkét oldalán jobb és bal kezes felhasználók számára is: pontozás

Mikroszkóp társnézővel: objektívek 60 mm-es parfokalitással a jobb képminőség elérése érdekében (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában) pontozás

Mikroszkóp társnézővel: minimum 4 színre korrigáló 60x vagy 100x apochromát lencse bővítési lehetősége: pontozás

Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: magasságában állítható, 3 állású fókuszáló egység megléte: pontozás

Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: fényintenzitás szinkronizált objektívek (4x, 10x, 20x) megléte: pontozás

## V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelman kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
.....	.....

#### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

##### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, 12122066213 Rigó Utca 20.

A 6. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778, adószám: 12122066-2-13) és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. (székhely: 1031 Budapest, Drótos utca 1., cjsz: 01-09-072523, adószám: 10483592-2-41), mint közös ajánlattevők megfelelő tartalommal, határidőben benyújtották a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosításukat, hiánypótlásukat és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásaikat. A BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők nem állnak az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata a 6. közbeszerzési rész esetében érvényes. A BIOMARKER Kft. és az Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata tartalmazza a 6. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 73 275 000

Mikroszkóp társnézővel: ergonomikus tubus dőlés szög: legalább 10°-30° között állítható, teleszkópikusan legalább 35 mm-ig kihúzható komfortosabb, egyénre szabott használathoz: Igen

Mikroszkóp társnézővel: a fókusz gomb tetszőlegesen, egy mozdulattal elhelyezhető legyen a mikroszkóp mindkét oldalán jobb és bal kezés felhasználók számára is: Igen

Mikroszkóp társnézővel: objektívek 60 mm-es parfokalitással a jobb képminőség elérése érdekében (több lencse van beépítve, ezért segít az abberáció korrigálásában): Igen

Mikroszkóp társnézővel: minimum 4 színre korrigáló 60x vagy 100x apochromát lencse bővítési lehetősége: Igen

Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: magasságában állítható, 3 állású fókuszáló egység megléte: Igen

Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: fényintenzitás szinkronizált objektívek (4x, 10x, 20x) megléte: Igen

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

##### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

##### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

##### V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Summamed Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Köztársaság Út 8.	12644061213

A 6. közbeszerzési rész esetében a SUMMAMED Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Köztársaság út 8., cjsz: 13-09-087917, adószám: 12644061-2-13) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indokokra tekintettel:

A SUMMAMED Kft. nem tett eleget ajánlatkérő 2020.06.09. napján küldött alábbi Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívásának:

1. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát.
2. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a megajánlott termékek CE megfelelési tanúsítványát.
3. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani ajánlattevő nyilatkozatát termékeként feltüntetve a szerviz megnevezését és elérhetőségét.
4. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni a megajánlott termékek forgalomba hozatali engedély számáról.

5. Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a termékadatlapon megadott CE tanúsítvány számhoz tartozó tanúsítványt.

6. A Döntőbizottság D.347/19/2019. iktatószámú határozatának megfelelően kérjük, szíveskedjenek az ajánlatban csatolt termékadatlaphoz és gyártói termékismertetőnek megfelelően kiegészíteni a „Rutindiagnosztikai mikroszkóp kamerával: fényintenzitás szinkronizált objektívek (4x, 10x, 20x) megléte” értékelési szempontra tett megajánlást.

**V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 7 - Metszet szkennel I.

A szerződés száma: 0

Az eljárás eredményes volt: Nem

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették: Igen

Az eredménytelenség indoka:

Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési esetében rögzítette az ajánlati felhívás VI.3) pontjában, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Tekintettel arra, hogy a 7. közbeszerzési rész esetében kizárólag a 3DHISTECH Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv utca 3., cjsz: 01-09-990715, adószám: 10620386-2-42) ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ezért a 7. közbeszerzési rész a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen. A Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. Ennek megfelelően a 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálata és értékelése a 7. közbeszerzési részben nem történt meg.

A szerződés megkötését megtagadták: Nem

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
-----------------------------	----------

**V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:**

Rész száma, elnevezése: 8 - Metszet szkennel II.

A szerződés száma: 8

Az eljárás eredményes volt: Igen

**V.2 Az eljárás eredménye**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2100 Gödöllő, Rigó Utca 20.	12122066213
<p>A 8. közbeszerzési rész esetében a BIOMARKER Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Rigó utca 20., cjsz: 13-09-071778 adószám: 12122066-2-13) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (5) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti igazolásait. A BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a BIOMARKER Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a BIOMARKER Kft. ajánlattevő ajánlata a 8. közbeszerzési rész esetében érvényes.</p> <p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 324 603 657</p> <p>Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszt is lehetséges): Nem</p> <p>Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: Nem</p>	

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1141 Budapest, Öv Utca 3	10620386242
<p>A 8. közbeszerzési rész esetében a 3DHISTECH Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv utca 3., cjsz: 01-09-990715, adószám: 10620386-2-42) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a 3DHISTECH Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlata a 8. közbeszerzési rész esetében érvényes.</p> <p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 161 905 500</p> <p>Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszt is lehetséges): Igen</p> <p>Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: Igen</p>	

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	399.20
Szöveges értékelés:	<p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 4,99, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 399,20</p> <p>Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszt is lehetséges): értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0</p> <p>Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: értékelési pontszám: 0, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0</p>

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság	1000
Szöveges értékelés:	<p>Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 800</p> <p>Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszt is lehetséges): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p> <p>Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100</p>

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszereknek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): értékelési pontszám: 10, értékelési pontszám és súlyszám szorzata: fordított arányosítás

Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszt is lehetséges): pontozás

Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: pontozás

### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

3DHISTECH Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1141 Budapest, Öv Utca 3 10620386242

A 8. közbeszerzési rész esetében a 3DHISTECH Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv utca 3., cjsz: 01-09-990715, adószám: 10620386-2-42) ajánlattevő megfelelő tartalommal, határidőben benyújtotta a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolását, Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítását, hiánypótlását és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásait. A 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 71. § (1) bekezdése, a Kbt. 72. §-a és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti eljárási cselekményeket követően mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban rögzített előírásoknak, továbbá a 3DHISTECH Kft. ajánlattevő nem áll az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, ezért a 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlata a 8. közbeszerzési rész esetében érvényes. A 3DHISTECH Kft. ajánlattevő ajánlata tartalmazza a 8. közbeszerzési részben a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 161 905

500 Metszet szkennel II.: a digitális tárgylemez szkennel képes a többfókuszúsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókuszsík is lehetséges): Igen

Metszet szkennel II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkennel annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé: Igen

#### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

#### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

### V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

#### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

#### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

#### V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

#### V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2020.09.08

Lejárata: 2020.09.17

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

<b>VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:</b>	2020.09.07
<b>VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:</b>	2020.09.07
<b>VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:</b>	
<b>VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:</b>	
<b>VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:</b>	
<b>VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:</b>	
<b>VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:</b>	
<b>VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:</b>	
<b>VI.1.10) További információk:</b>	

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa 	Indítás dátuma 	Indító felhasználó 
--	--	--

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)