

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

**Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet** /rövidített neve: GYEMSZI/

székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.,

adószáma: 15324683-2-43,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár,

bankszámlaszáma: 10032000-01490576-30005709,

képviseli: Dr. Török Krisztina főigazgató – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről a

**ALLEGRO Kft.**

székhely: 1045 Budapest, Berliini utca 47-49.,

Cg. száma: 01-09-167930,

adószáma: 10361863-2-41,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: K&H Bank Zrt.,

bankszámlaszáma: 10404089-40817343-00000000,

képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető, mint Szállító – a továbbiakban **Szállító** –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

*a "Kecskeméti Gyógyintézeti Központ – hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje" című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító jelű projekt keretén belül egészségügyi gép-műszerek szállítása tárgyában 2013. szeptember 24-én létrejött szerződés módosításáról alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:*

### I. A MÓDOSÍTÁST INDOKOLÓ KÖRÜLMÉNYEK

Felek megállapítják, hogy a szerződés megkötését követően olyan, előre nem látható, és a felek érdekkörén kívül eső körülmények merültek fel, amelyek a szerződés szerinti teljesítés és határidő tekintetében szükségessé teszik a szerződés módosítását. A módosítás nélkül a szerződés a felek lényeges jogos érdekét sérti. A módosítást indokoló körülmények az alábbiak.

Szállító a szerződés II. 9. pontja szerint 2013. október 21-én tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződés tárgyát képező „DSA2” jelű Reanimációs kocsival valamint a „GYEREK 32” jelű Sürgősségi kocsival részét képező „Responde 2000” típusú defibrillátor megrendelésekor a gyártó arról értesítette, hogy az említett típusú defibrillátor gyártása megszűnt, ezért helyette „Philips HeartStart XL” típusú defibrillátort kíván szállítani, a vételár változatlanul hagyása mellett.

Megrendelő a Szállító adatszolgáltatása alapján megállapította, hogy a „Philips HeartStart XL” típusú defibrillátor megfelel a specifikációban előírt paramétereknek, illetve egyenértékű a „Responde 2000” típusú defibrillátorral.

Felek megállapítják, hogy a „DSA2” jelű Reanimációs kocsi és a „GYEREK32” jelű Sürgősségi kocsi vonatkozásában a szerződés 2. sz. mellékletének részét képező ajánlattételi táblázat, valamint a specifikációs táblázat módosítása szükséges, a szerződés csak a szerződésmódosítás aláírását követően teljesíthető.

Felek megállapítják, hogy a fenti körülmények miatt a szerződés II.3. pontja szerinti (legkésőbb a szerződéskötéstől számított 65 nap) határidőben a szerződés nem teljesíthető, ezért annak módosítása szükséges.

Felek megállapítják, hogy a Szállítási szerződés szerinti teljesítési határidő lejárt. Felek rögzítik, hogy a Szállítási szerződés nem szűnt meg, mivel nem következett be olyan körülmény, amely a Szállítási szerződés teljesítése nélkül eredményezte volna a Szállítási szerződés megszűnését.

Fentiekre tekintettel szerződő felek a Szállítási szerződést a szerződés IX.2. pontja alapján, a közbeszerzésektől szóló 2011. évi CVIII. törvény 132.§-ában foglaltaknak megfelelően közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

### 1) A szerződés II.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen szerződés tárgya a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben szereplő ajánlattételi táblázatban, valamint a specifikációs táblázatban foglalt egészségügyi gép-műszerek (a továbbiakban: egészségügyi gép-műszerek) szállítása. Jelen szerződés kizárólag a szerződésben meghatározott mellékletekkel együtt érvényes.”

### 2) A szerződés II.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Jelen szerződés a szerződés aláírásától addig tart, amíg mindkét fél szerződés szerűen teljesítette a szerződésben és annak mellékleteiben foglalt kötelezettségeit.

A szerződés tárgyát képező egészségügyi gép-műszerek szállításának véghatárideje: legkésőbb a szerződésmódosítástól számított 60 nap.”

### 3. A szerződés 2. számú mellékletében szereplő ajánlattételi táblázat és specifikációs táblázat a „DSA2” jelű Reanimációs kocsi és a „GYEREK32” jelű Sürgősségi kocsi tekintetében a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltakra módosul.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részeit változatlan tartalommal érvényesnek és hatályosnak tekintik.

Jelen Szerződésmódosítás a Felek aláírásának napján lép hatályba, és a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő.

Felek a Szerződésmódosítást elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződésmódosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után, 5 eredeti példányban írják alá, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót, és 1 példány az Üzemeltetőt illeti.

Melléklet:

1. számú melléklet: a „DSA2” jelű Reanimációs kocsi és a „GYEREK32” jelű Sürgősségi kocsi vonatkozásában a „Responde 2000” típusú defibrillátor helyett „Philips HeartStart XL” típusú defibrillátort tartalmazó ajánlattételi táblázat és specifikációs táblázat


Budapest, 2014. február ..

  
Dr. Török Krisztina  
főigazgató  
GYEMSZI  
Megrendelő



**ALLEGRO** 51.  
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
1045 Budapest, Berlini út 47-49  
Telefon: 350-21-07 Telefax: 329-18-54  
MKB Rt.: 19300002-20208217-0003285  
Kovács Éva Szűcs Anna  
Adószám: 11361853-2-41  
ügyvezető  
ALLEGRO Kft.  
Szállító

Pénzügyi ellenjegyzés:

  
Miklós Péterné  
Gazdasági Igazgató-helyettes

\*Kecskeméti Gyógyintézet: Kézponti-hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje círnél.  
 TIOP-2.2.7-07ZF/2-2009-0004 jelű projekt keretén belül egészségügyi gép-műszerek 3. rész. Sürgősségi eszközök

Ssz.	Jelölés	Megnevezés	Mennyiség	Gyártó	Típus	nettó egységár	nettó összeg
<u>Intervenciók, Radiológiai és Anatómiai labor</u>							
1.	DSA 1	Defibrillátor - I. változat	2				0 FI
2.	DSA 2	Reanimációs kocs	1	Philips, GE	Philips HeartStart XL+		0 FI
3.	DSA 11	Intra-aorticus ballonpumpa	1		GE MAC 800 EKG	1 844 000 FI	1 844 000 FI
<u>Belsőgyógyászat (Másodlagos kórképek) Tüdő-Belsőgyógyászat (Kardiológia, Koronária ártás és kardiológiai diagnosztika)</u>							
4.	I. BEL 8	Defibrillátor (külső pacemakerrel)	1				0 FI
5.	I. BEL 12	Készletléti pacemaker vezérlő	1				0 FI
<u>Tüdő-Belsőgyógyászat - Koronária-mecherizáló tüdőbelsőgyógyászat (Tüdő diagnosztikus betegségek)</u>							
6.	TÜDŐGY 6	Defibrillátor - II. változat	1				0 FI
7.	TÜDŐGY 20	Laringoszkóp készlet - I. változat	1				0 FI
8.	TÜDŐGY 6	Defibrillátor - II. változat	1				0 FI
<u>Nőgyógyászat - Onkológiai betegségek</u>							
9.	NŐGYÓGY 7	Hordozható defibrillátor	1				0 FI
10.	SZNGY 55	Lélegeztető szett	1				0 FI
11.	TÜDŐGY 20	Laringoszkóp készlet - I. változat	2				0 FI
<u>Csecsemő- és Gyermekegyógyászati Osztály</u>							
12.	GYEREK 22	Lélegeztető ballon	2				0 FI
13.	GYEREK 23.1.2	Laringoszkóp készlet - II. változat	3				0 FI
14.	GYEREK 31	Újszülött reanimációs kocs - I. Változat	1				0 FI
15.	GYEREK 32	Sürgősségi kocs defibrillátorral, EKG-val	1	Philips, GE	Philips HeartStart XL+ GE MAC 800 EKG	2 000 000 FI	2 000 000 FI
<u>Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály szülészeti ellátó egységei</u>							
16.	GYEREK 22	Lélegeztető ballon	1				0 FI
17.	SZNGY 16	Laringoszkóp készlet - III. változat	1				0 FI
18.	SZNGY 22	Mobil újraélesztési egység	1				0 FI
19.	GYEREK 31	Újszülött reanimációs kocs - I. Változat	1				0 FI
20.	SZNGY 34	Sürgősségi készlet	1				0 FI
21.	TÜDŐGY 20	Laringoszkóp készlet - I. változat	1				0 FI
22.	SZNGY 55	Lélegeztető szett	1				0 FI
23.	SZNGY 59	Intubációs készlet	1				0 FI
24.	DSA 1	Defibrillátor - I. változat	1				0 FI
25.	SZNGY 55	Lélegeztető szett	1				0 FI
<u>Nőgyógyászati Intenzív Centrum</u>							
26.	GYEREK 22	Lélegeztető ballon	2				0 FI
27.	SZNGY 16.1.2	Laringoszkóp készlet - IV. változat	4				0 FI
28.	NIC 18	Újszülött reanimációs kocs - II. változat	1				0 FI
29.	GYEREK 32	Sürgősségi kocs defibrillátorral, EKG-val	1	Philips, GE	Philips HeartStart XL+ GE MAC 800 EKG	2 000 000 FI	2 000 000 FI

Nettó vételár mindösszesen: 5 844 000 FI

ALLEGRO  
 Kivitelező és Szolgáltató Kft  
 1145 Budapest, Bertan u. 47-49  
 Telefon: 31-21-07, Telefax: 329-18-54  
 Fax: 31-21-07, 31-21-07, 31-21-07  
 AKB Kft. Telefon: 10261863-241  
 3.  
 Kovács Éva  
 ügyvezető igazgató  
 Allegro Kft

**Sürgősségi kocsi defibrillátorral, EKG-val**

Mennyiség: 2 db

Gyártó: Philips, Philips, GE

Megajánlott termék típusa: Philips HeartStart XL+, GE MAC800 EKG, Sürgősségi táska

Előírt paraméter	Minimum követelmény	Megajánlott paraméter
<b>Készülékkocsi:</b>		
Nagyméretű kerekkel, könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületekkel	Igen	Igen
Legyen alkalmas a reanimációs táska, EKG készülék és defibrillátor elhelyezésére	Igen	Igen
Rendelkezzen CE minősítéssel	Igen	Igen
<b>Defibrillátor:</b>		
LCD kijelző: min. 5" képátló	Igen	<b>Igen, 6.5"</b>
Jelenjen meg: akku töltöttségi állapota, első ütés óta eltelt idő, ütési energia, Ekg görbe	Igen	<b>Igen</b>
Bifázisos hullámforma	Igen	<b>igen</b>
Indításkor önteszt	Igen	<b>igen</b>
Üzemmodok: AED, manuális	Igen	<b>igen</b>
Ütési energiák: legalább 150 – 270J között, felhasználó által állítható	Igen	<b>Igen, 10-200J között</b>
Alapbeállítások: felhasználó által programozható 3 energiaszint (auto sequence)	Igen	<b>Igen, 10 energiaszint</b>
Lapátba integrált gyermek defibrilláló elektródák	Igen	<b>Igen</b>
Töltési idő a szabványok szerint: 200 J-ra 5 másodpercen belül 270J-ra 7 másodpercen belül	Igen	<b>Igen, 200J-ra 5 sec belül</b>
<b>Akkumulátorra vonatkozó elvárások:</b>		
Lítium akku, vagy memória effektussal nem rendelkező NiMH akku	Igen	<b>Igen, lithium</b>
Teljes töltöttség mellett legalább 50 db maximális energiájú ütés	Igen	<b>Igen, 175 db</b>
<b>EKG üzemmód:</b>		
3 elvezetéses EKG kijelzés	Igen	<b>igen</b>
EKG görbe haladási sebessége 25mm/s	Igen	20mm/s
Szívfrekvencia kijelzése: 25 – 300 ütés/perc között	Igen	Igen, 25-300 ütés/perc
<b>Események dokumentálása:</b>		
Legalább 20 másodpercnyi EKG hullám tárolási lehetősége (minimum 40 db) -	Igen	Igen 20 sec EKG hullám, 40 db
Eseménynapló az utolsó minimum 200 esemény megjelenítésével	Igen	Igen, 1000
Beépített hőnyomtató min 2 regisztrációs csatornával	Igen	Igen, 2
<b>Tartozékok:</b>		

mód GYEREK 32 Sürgősségi kocsi defibrillátorral EKG-val

EKG páciens kábel	Igen	igen
EKG e. h. elektródák	Igen	igen
Defibrilláló lapátok	Igen	igen
<b>EKG készülék:</b>		
6/12 csatornás EKG készülék	Igen	Igen, 6/12 csatornás
Valós idejű 12 elvezetéses EKG készítése	Igen	Igen
Grafikus, színes, min. 7" LCD kijelző 12 EKG elvezetés monitorozására	Igen	Igen, 7"
Akkumulátoros üzemmód minimum 50 db 12 elvezetéses automata EKG felvétel készítéséhez	Igen	Igen, 250db
Páciens adatok bevitelének lehetősége (alfanumerikus adatok)	Igen	Igen
Nagyfelbontású, 6 csatornás hőnyomtató	Igen	Igen, 6 csatornás
Papírsebesség: 5, 25, 50 mm/sec	Igen	Igen, 5,25,50mm/sec
Intelligens gyorsítottó	Igen	Igen
Menüvezérelt funkciók	Igen	Igen
Lézer nyomtató közvetlen csatlakoztatási	Igen	Igen
Számítógéphez csatlakoztatási lehetőség	Igen	Igen
Szűrők: izomszűrő és alapvonalszűrő	Igen	Igen
Mintavétel: 1000 minta/mp	Igen	Igen, 1000 minta/perc
<b>Tartozékok:</b>		
10 pólusú pácienskábel	Igen	igen
<b>Készenléti táska:</b>		
Szövet táska, víz- és vérlepergető anyagból, fényvisszaverő csíkkal, megerősített falakkal. Belül tépőzárral kivehető elválasztó falak. Ütésálló kivitel.	Igen	Igen
<b>Tartalma:</b>		
Szilikon lélegeztető ballon 1 db	Igen	Igen
Szájmaszk 2 db	Igen	Igen
Váladákszívó 1 db	Igen	Igen
Otoszkóp 1 db	Igen	Igen
Fonendoszkóp 1 db	Igen	Igen
Órás vérnyomásmérő 1 db	Igen	Igen
Laringoszkóp készlet felnőtt és gyermek lapocsorozattal 1 db	Igen	Igen
Guedel tubus 3 db	Igen	Igen
Egyszer használatos szike 5 db érfogó 1 db, anatómiai csipesz 1 db horgas csipesz 1 db sebészeti olló 1 db Magill fogó 1 db	Igen	Igen
Szájterpesztő 1 db	Igen	Igen
Nyelvfogó 1 db	Igen	Igen
Gyomormosó készlet 1 db	Igen	Igen

mód GYEREK 32 Sürgősségi kocsi defibrillátorral EKG-val

infúziós szerelék 2 db	Igen	Igen
Bőrfertőtlenítő spray min. 100 ml 1 db	Igen	Igen
pupilla lámpa 1 db	Igen	Igen
2 pár kesztyű	Igen	Igen
Nyelvlapoc, fa 100db	Igen	Igen
Tű: Tű inj. eh. 16 G 1 1/2" 1,6X40 mm 10 db Tű inj. eh. 18 G 1 1/2" 1,2X40 mm 10 db Tű inj. eh. 18 G 2 1,2X50 mm 10 db Tű inj. eh. 20 G 1 1/2" 0,90X40 mm 10db Tű inj. eh. 20 G 2" 0,90X50 mm 10 db Tű inj. eh. 25 G 1 5/8" 0,50X42 mm 10 db	Igen	Igen
Fecskendők: Kétrészes 2 ml-es 5 db Kétrészes 5 ml-es 10 db Kétrészes 10 ml-es 10 db	Igen	Igen
Tüledobó tartály 0,5 literes 1 db	Igen	Igen
Steril gézlap és kötszer: Steril sebészeti vatta 50 g 1 db Kötszer égésre 10 X 12 cm 3 db Kötszer égésre 25 X 25 cm 1 db Steril vágott mull lap 6x6 cm 5 db Steril vágott mull lap 10x10 cm 3db Átlátszó műanyag, könnyen téphető tapasz : Transpore 5 cm x 9 m 1 db Transpore 2,5 cm x 9 m 1 db Leukoplast 1,25 cm x 5 m Steril mull pólya 6cmx5m 5 db Steril mull pólya 10cmx5m 5 db	Igen	Igen
<b>Egyéb feltételek:</b>		
<b>SZERVIZ JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK</b>		
Üzembiztonság	96%	Igen, 96%
Szerviz címe	Kérjük megadni	Med&Trade Co.Bt. 6726 Szeged, Vércse u.5
Szerviz telefonszáma, munkaidőben	Kérjük megadni	06-62-649-579
Szerviz telefonszáma, munkaidőn túl, hévégén és munkaszüneti napokon, ha lehetséges	Kérjük megadni	06-30-409-0369
Szerviz reakció ideje (hibabejelentéstől a javítás megkezdéséig eltelt idő)	Max. 24 óra	24 óra
Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma	Kérjük megadni	1 szervizmérnök
A megajánlott jótállási időszakon túl még hány évig biztosítja az alkatrészellátást minimum 5 év	Kérjük megadni	6 év

mód GYEREK 32 Sürgősségi kocsii defibrillátorral EKG-val

Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	Igen
JÓTÁLLÁSI IDŐN TÚL:		
KARBANTARTÁS		
Felhasználó által végzett karbantartás lehetősége	Kérjük megadni	Igen
SZERVIZSZOLGÁLTATÁS		
Átalánydíjas karbantartási és javítási szerviz szolgáltatás éves ára alkatrészek nélkül, de kiszállási és összes egyéb rezsi óra díjakkal. (a vállalt jótállási idő utáni első 3 évre vonatkozóan)	Kérjük megadni	60.000,- Ft+ÁFA/db
Átalánydíjas karbantartási és javítási szerviz szolgáltatás éves ára főbb alkatrészekkel, de kiszállási és összes egyéb rezsi óra díjakkal, egy készülékre vetítetten. (a vállalt jótállási idő utáni első 3 évre vonatkozóan)	Kérjük megadni	130.000,-Ft+ÁFA/db
A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolásról, vagy a gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet szerinti in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközként történő meghatározásáról	Kérjük megadni	II b.

**ALLEGRO** 3.  
 Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft  
 1045 Budapest, Berlini u. 47-49  
 Telefon: 350-21-07, Telefax: 329-18-54  
 MKB Rt.: 10300002-20208217-00003285  
 Adószám: 10361863-2-01

*Kovács Éva*



**Reanimációs kocsi**

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Philips, GE

Megajánlott termék típusa: Philips HeartStart XL+ GE MAC 800 EKG, Sürgősségi táska

Előírt paraméter	Minimum követelmény	Megajánlott paraméter
<b>Készülékkocsi:</b>		
Nagymeretű kerekkel, könnyen tisztítható és fertőtleníthető felületekkel	Igen	Igen
Legyen alkalmas a reanimációs táska, EKG készülék és defibrillátor elhelyezésére	Igen	Igen
Rendelkezzen CE minősítéssel	Igen	Igen
<b>Defibrillátor:</b>		
LCD kijelző: min. 5" képátló	Igen	<b>Igen, 6,5"</b>
Jelenjen meg: akku töltöttségi állapota, első ütés óta eltelt idő, ütesi energia, Ekg görbe	Igen	<b>Igen</b>
Bifázisos hullámforma	Igen	<b>Igen</b>
Indításkor önteszt	Igen	<b>Igen</b>
Üzem módok: AED, manuális	Igen	<b>Igen</b>
Ütesi energiák: legalább 150 – 270J között felhasználó által állítható	Igen	<b>Igen, 10-200J között</b>
alapbeállítások: felhasználó által programozható 3 energiaszint (auto sequence)	Igen	<b>Igen, 10 energiaszint</b>
Rugalmas energia funkció: automatikusan növeli az energiát, ha a kisebb ütés nem járt sikerrel	Igen	<b>Igen</b>
Lapátba integrált gyermek defibrilláló elektródák	Igen	<b>Igen</b>
Töltési idő a szabványok szerint: 200 J-ra 5 másodpercen belül 270J-ra 7 másodpercen belül	Igen	<b>Igen, 200J-ra 5 másodpercen belül</b>
<b>Akkumulátorra vonatkozó elvárások:</b>		
Lítium akku, vagy memória effektussal nem rendelkező NiMH akku	Igen	<b>Igen, lithium akku</b>
Teljes töltöttség mellett legalább 50 db 270J energiájú ütés	Igen	<b>Igen, 175 db 200J-on</b>
<b>EKG üzemmód:</b>		
3 elvezetéses EKG kijelzés	Igen	<b>Igen</b>
EKG görbe haladási sebessége 25mm/s	Igen	20mm/s
szívfrekvencia kijelzése: 25 – 300 ütés/perc között	Igen	<b>Igen, 25-300 ütés/perc</b>
<b>Események dokumentálása:</b>		
Min 40 db 20 másodpercnyi EKG	Igen	<b>Igen, 40 db 20mp EKG</b>
Eseménynapló min. az utolsó 500	Igen	<b>Igen, 1000 esemény</b>

esemény megjelenítésével		
<b>Tartozékok:</b>		
EKG páciens kábel	Igen	Igen
EKG e. h. elektródák	Igen	Igen
Defibrilláló lapátok	Igen	Igen
<b>EKG készülék:</b>		
6/12 csatornás EKG készülék	Igen	Igen, 6/12 csatornás EKG
Valós idejű 12 elvezetéses EKG készítése	Igen	Igen
Grafikus, színes, min. 7" LCD kijelző 12 EKG elvezetés monitorozására	Igen	Igen, 7"
Akkumulátoros üzemmód min. 50 db 12 elvezetéses automata EKG felvétel készítéséhez	Igen	Igen, 250db
Páciens adatok bevitelének lehetősége (alfanumerikus adatok)	Igen	Igen
Nagyfelbontású, 6 csatornás hőpapíros nyomtató	Igen	Igen, 6 csatornás
Papírsebesség: 5, 25, 50 mm/sec	Igen	Igen, 5,25,50mm/s
Intelligens gyorstöltő	Igen	Igen
Menüvezérelt funkciók	Igen	Igen
Lézer nyomtató közvetlen csatlakoztatási lehetősége	Igen	Igen
Számítógéphez csatlakoztatható	Igen	Igen
Számítógéphez csatlakoztatva az alábbiakat tuja:	Igen	Igen
A/4-es formátumú EKG görbe nyomtathatóság	Igen	Igen
Adatbázis kezelési lehetőség	Igen	Igen
Szűrők: izomszűrő és alapvonaliszűrő	Igen	Igen
Mintavétel: 1000 minta/mp	Igen	Igen, 1000minta/mp
<b>Tartozékok:</b>		
10 pólusú pácienskábel	Igen	Igen
Nem és életkor függő pácienskiértékelő szoftver (interpretáció)	Igen	Igen
<b>Készlet táskák:</b>		
Szövet táskák, víz- és vérlepergető anyagból, fényvisszaverő csíkkal, megerősített falakkal. Belül tépőzárral kivehető elválasztó falak. Ütésálló kivitel.	Igen	Igen
<b>Tartalma:</b>		
Szilikon lélegeztető ballon 1 db	Igen	Igen
Szájmaszk 2 db	Igen	Igen
Váladákszívó 1 db	Igen	Igen
Otoszkóp 1 db	Igen	Igen
Fonendoszkóp 1 db	Igen	Igen
Órás vérnyomásmérő 1 db	Igen	Igen
Laringoszkóp készlet felnőtt és gyermek	Igen	Igen

lapocsorozattal 1 db		
Guedel tubus 3 db	Igen	Igen
Egyszer használatos szike 5 db érfogó 1 db, anatómiai csipesz 1 db horgas csipesz 1 db sebészeti olló 1 db Magill fogó 1 db	Igen	Igen
Szájterpesztő 1 db	Igen	Igen
Nyelvfogó 1 db	Igen	Igen
Gyomormosó készlet 1 db	Igen	Igen
infúziós szerelék 2 db	Igen	Igen
Bőrfertőtlenítő spray min. 100 ml 1 db	Igen	Igen
pupilla lámpa 1 db	Igen	Igen
2 pár kesztyű	Igen	Igen
Nyelvlapoc, fa 100db	Igen	Igen
Tű: Tű inj. eh. 16 G 1 1/2" 1,6X40 mm 10 db Tű inj. eh. 18 G 1 1/2" 1,2X40 mm 10 db Tű inj. eh. 18 G 2 1,2X50 mm 10 db Tű inj. eh. 20 G 1 1/2" 0,90X40 mm 10db Tű inj. eh. 20 G 2" 0,90X50 mm 10 db Tű inj. eh. 25 G 1 5/8" 0,50X42 mm 10 db	Igen	Igen
Fecskendők: Kétrészes 2 ml-es 5 db Kétrészes 5 ml-es 10 db Kétrészes 10 ml-es 10 db	Igen	Igen
Tüledobó tartály 0,5 literes 1 db	Igen	Igen
Steril gézlap és kötszer: Steril sebészeti vatta 50 g 1 db Kötszer égésre 10 X 12 cm 3 db Kötszer égésre 25 X 25 cm 1 db Steril vágott mull lap 6x6 cm 5 db Steril vágott mull lap 10x10 cm 3db Átlátszó műanyag, könnyen téphető tapasz : Transpore 5 cm x 9 m 1 db Transpore 2,5 cm x 9 m 1 db Leukoplast 1,25 cm x 5 m Steril mull pólya 6cmx5m 5 db Steril mull pólya 10cmx5m 5 db	Igen	Igen
<b>Egyéb feltételek:</b>		
<b>SZERVIZ JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK</b>		
Üzembiztonság	96%	Igen, 96%

Szervíz címe	Kérjük megadni	Med&Trade Co. Bt, 6726 Szeged, Vércse u.5
Szervíz telefonszáma, munkaidőben	Kérjük megadni	06-62-649-579
Szervíz telefonszáma, munkaidőn túl, hévégén és munkaszüneti napokon, ha lehetséges	Kérjük megadni	06-30-409-0369
Szervíz reakció ideje (hibabejelentéstől a javítás megkezdéséig eltelt idő)	Max. 24 óra	24 óra
Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma	Kérjük megadni	1 szervizmérnök
A megajánlott jótállási időszakon túl még hány évig biztosítja az alkatrészellátást minimum 5 év	Kérjük megadni	6 év
Magyar nyelvű használati utasítás	Igen	Igen
<b>JÓTÁLLÁSI IDŐN TÚL:</b>		
<b>KARBANTARTÁS</b>		
Felhasználó által végzett karbantartás lehetősége	Kérjük megadni	Igen
<b>SZERVIZSZOLGÁLTATÁS</b>		
Átalánydíjas karbantartási és javítási szervíz szolgáltatás éves ára alkatrészek nélkül, de kiszállási és összes egyéb rezsi óra díjakkal. (a vállalt jótállási idő utáni első 3 évre vonatkozóan)	Kérjük megadni	60.000,-Ft+ÁFA/db
Átalánydíjas karbantartási és javítási szervíz szolgáltatás éves ára főbb alkatrészekkel, de kiszállási és összes egyéb rezsi óra díjakkal, egy készülékre vetítetten. (a vállalt jótállási idő utáni első 3 évre vonatkozóan)	Kérjük megadni	130.000,-Ft+ÁFA/db
A gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti osztályba sorolásról, vagy a gyártó nyilatkozata a megajánlott termék 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet szerinti in vitro diagnosztikai orvostechikai eszközként történő meghatározásáról	Kérjük megadni	II b.

**ALLEGRO** 3.  
Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft.  
1045 Budapest, Berlini u. 47-49  
Telefon: 350-21-07, Telefax: 329-18-54  
MKB Rt.: 10300002-20208217-00603285  
Eva  
Adószám: 10361863-2-41