



EUROMEDIC TECHNOLOGY KFT. 1051 BUDAPEST, DOROTTYA U. 1. II. EM.
TEL: 815-3100, 815-3160 FAX: 815-3107

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Tóth P. Edit projektmenedzser

1125 Budapest, Diós árok 3.
Fax: +36 76 513 801
E-mail: tothe@bacskiskun.hu

Dél-Alföldi Fejlesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.
Dr. Kurucsai Margit

1024 Budapest, Fény u. 16. (I. emelet)
Fax: +36 1 336 0657 (ajánlati felhívásban: +36 76 504 391)
E-mail: dr.kurucsai.margit@dafkft.hu, dr.rigo.monika@dafkft.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem a 2013/S 017-024602 számú, „Szállítási szerződés a "Kecskeméti Gyógyintézeti Központ - hatékony egészségügyi rendszer Bács-Kiskun megyei modellje" című TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0004 azonosító jelű projekt keretén belül egészségügyi gép-műszerek szállítására vonatkozóan, tárgyú közbeszerzési eljárás keretében

Tisztelt Ajánlatkérő!
Tisztelt Bonyolító!

Alulírott Thaler Beáta, az **Euromedic Technology Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (1051 Budapest, Dorottya u. 1. 2. em.) önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetője bejelentem, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részében hozott eljárást lezáró ajánlatkérői döntés álláspontunk szerint az alábbiakban foglaltak alapján a Kbt. rendelkezéseibe ütközik. Erre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján ezúton

előzetes vitarendezési kérelmet

terjesztünk elő a tisztelt Ajánlatkérőhöz és Bonyolítóhoz.

A jogsértő döntésről való tudomásszerzés időpontja 2013. április 26. - az összegezés kézhezvételének időpontja -, az előzetes vitarendezési kérelmet ennek megfelelően a törvényes határidőben nyújtjuk be.



EUROMEDIC TECHNOLOGY KFT. 1051 BUDAPEST, DOROTTYA U. 1. II. EM.

TEL: 815-3100, 815-3160 FAX: 815-3107

A Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján az írásbeli összegezés vitatott pontjai, illetve az eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, ajánlattevő javaslata, észrevétele, álláspontját alátámasztó adatok:

Az összegezés vitatott pontja: Euromedic Technology Kft. ajánlatának érvénytelensége.

Előírt paraméter: Max. 30 W teljesítménnyel, folyamatos szabályozással

Megajánlott paraméter: 0,5 ~ 30 W folyamatos szabályozással, max. telj. 40 W

A "Max. 30 W teljesítménnyel, folyamatos szabályozással" paraméterrel Ajánlatkérő a teljesítményre vonatkozóan előírt egy olyan tartományt, amelynek alsó értékét nem határozta meg, és amely tartományon belül a folyamatos szabályozást minimum követelménnyé tette. Az általunk megajánlott berendezés az Ajánlatkérő által meghatározott tartományban, sőt még a megadott tartományon kívül is rendelkezik folyamatos szabályozási lehetőséggel, ezáltal teljesíti a minimum követelményt. Nagyobb teljesítményű berendezésként szakmailag nem csak hogy egyenértékű, de a kért paraméternél magasabb technológiai színvonalat képvisel, mivel a magasabb teljesítmény szabályozási lehetősége magában foglalja az alacsonyabb teljesítményt, vagyis az előírt paramétert, és minden olyan használati célra alkalmas, mint az előírt minimumkövetelményt teljesítő készülék, sőt annál még több funkcióval is rendelkezik.

A berendezés az Ajánlatkérő által előírtakat azáltal teljesíti, hogy lehetőség van a maximum teljesítmény beállítására, jelen esetben 30W értékre.

A "Minimum követelmény" oszlopban a kiírásnak megfelelően "Igen"-t tüntettünk fel, tekintettel arra, hogy a "Megajánlott paraméter"-oszlopban megadott funkció az előírásnak a fentebb említett „eltérő módon” felel meg.

A 310. Kormányrendelet szerint:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az európai szabványt közzétevő nemzeti szabványnak, európai műszaki engedélynek, közös műszaki előírásnak, nemzetközi szabványnak vagy műszaki ajánlásnak megfelelő ajánlat, amennyiben ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevőnek az ajánlatában - megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel - bizonyítania kell, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.”



EUROMEDIC TECHNOLOGY KFT. 1051 BUDAPEST, DOROTTYA U. 1. II. EM.
TEL: 815-3100, 815-3160 FAX: 815-3107

A vonatkozó MSZ EN 60601-2-22 szabvány (Gyógyászati villamos készülékek. 2-22. rész: Sebészeti, kozmetikai, terápiás és diagnosztikai lézerberendezések egyedi biztonsági és lényeges teljesítőképességi követelményei) és a MSZ EN 60825-1 (Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 1. rész: Készülékosztályozás és követelmények) alapján az előírt paraméterrel ("Max. 30 W teljesítménnyel, folyamatos szabályozással") rendelkező készülék és a megajánlott termékre vonatkozó paraméterrel ("0,5 ~ 30 W folyamatos szabályozással, max. telj. 40 W") rendelkező készülék egyaránt 4-es osztályba tartozik, azaz ezek azonos kategória-besorolásba tartozó készülékek, kategóriába sorolás tekintetében műszakilag egyenértékűek (MSZ EN 60825-1, 9.2 j bekezdés).

Álláspontunk szerint az ajánlatunkban benyújtott dokumentumok (tanúsítvány, műszaki leírás, stb.) egyértelműen igazolják a fenti megfelelést.

Mindezek alapján ajánlatunk megfelel az Ajánlatkérő által támasztott műszaki követelményeknek, egyenértékű, sőt annál magasabb technikai színvonalat képvisel.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy módosítsa az összegezést és ajánlatunkat nyilvánítsa érvényesnek.

Budapest, 2013. augusztus 29.

Tisztelettel:

Thaler Beáta
ügyvezető igazgató

