

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Rövidített neve: GYEMSZI

Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.

Törzs-szám: 324689

Adószám: 15324683-2-43

Bankszámlaszám: 10032000 01490576 30005187

Képviselőjében eljár: Dr. Török Krisztina főigazgató

mint Ajánlatkérő és Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -

Cégnév: VMD Kórházi Technológiai Zrt.

Székhely: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor u. 63.

Cégjegyzékszám: Cg.07-10-001394

Adószám: 13215613-2-07

Bankszámlát vezető pénzüintézet neve, címe: MKB BANK ZRT.; 1051 BUDAPEST, VÁCI utca 38.

Bankszámlaszám: 10300002-20196044-70073285

Képviselőjében eljár: dr. Maróth Gáspár

mint Ajánlattevő és Szállító - a továbbiakban: Szállító – között – a továbbiakban együtt: Szerződő Felekként is említve - alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

I.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII (Kbt.) II. fejezete szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 kódjelű pályázat kapcsán megvalósításra kerülő „A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése” (a továbbiakban: „Projekt”). vonatkozásában orvosi gép-műszer beszerzés tárgyában Az eljárást megindító ajánlati felhívás **2013/S 040-064156** jelent meg a TED-en A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg. .

I.2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, az Ajánlati felhívásban meghatározott összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint egymással összevetette,

melynek alapján 2013. július 05-én eredményt hirdetett. Szállító, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján és a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

I.3. Megrendelő az ajánlati felhívásban, dokumentációban, valamint a Szállító ajánlatában foglaltak megvalósítását a Szerződő felek e szerződésben foglalják írásba.

II. A szerződés tárgya

II.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott Ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott, jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt egészségügyi műszerek, berendezések – a továbbiakban: Termékek – szállítása, üzembe helyezése és a kezelőszemélyzet betanítása.

II.2. A Szállító a szállítási szerződés aláírásával jelen szerződés I.2. pontjában és 1. sz. mellékletében meghatározott termékek szállítására vállal kötelezettséget, a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és az ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételekkel. Szállító köteles a szerződés tárgyát képező terméket a Megrendelő által megadott telepítési helyszínén átadni, valamint ott üzembe helyezni. Megrendelő köteles a terméket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

II.3. A szállítani kívánt Termékeknek meg kell felelniük az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EÜM rendeletben, illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42 EKG irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, adatkezelési szempontból pedig a 1997. évi XLVII. tv. rendelkezéseinek.

III. Szállítási feltételek, határidők

III.1. A teljesítés helye:

**Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1**

III.2. A Szállító köteles a jelen megállapodás aláírásától számított 10 napon belül a Termékek telepítésére vonatkozót ütemtervet készíteni a Megrendelő szakmai szakértőinek bevonásával, amelyben meg kell határozni a telepítés folyamatát és az üzembe helyezéshez szükséges szakaszeljárások jellemzőit. Az ütemtervben rögzíteni kell a szakasz eljárások átadási határidejét, valamint a mennyiségi és minőségi átvétel módjait. Szállító a Termékek szállítását és telepítését a Megrendelő által jóváhagyott ütemterv alapján kezdheti meg.

III.3. A termékek teljes körű leszállítására a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon belül sor kell, hogy kerüljön. Szállítónak a szállítás napját előre kell jeleznie, melynek időpontjáról Megrendelőt értesítenie kell.

III.4. Üzembe helyezéskor Szállítónak át kell adnia a készülékekre, berendezésekre vonatkozó magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint Üzemeltetési Kézikönyvet.

III.5. Az üzembe helyezésre a mind orvos-szakmailag, mind műszakilag megfelelőnek ítélt üzembehelyezési eljárás keretében, a kezelőszemélyzet megfelelő betanítása (jegyzőkönyv felvétele mellett) után kerülhet sor. Az üzembehelyezésre a szállítástól számított 15 napon belül – a Felek által egyeztetett időpont(ok)ban - sor kell, hogy kerüljön de legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 75. napon.

IV. Csomagolás

IV.1. A Szállító a leszállítandó Termékeket az adott termékre vonatkozó előírás szerint csomagolva szállítja le a Megrendelőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a termék forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát.

V. A Szerződő felek jogai és kötelezettségei

V.1. Megrendelő köteles Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szállító teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben meghatározott díjat megfizetni.

V.2. Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és a Szállító által a helyszínen történő teljesítés feltételeit. Szállító az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal korábban, írásban (fax vagy e-mail útján) értesíteni köteles a Megrendelőt.

V.3. Megrendelő jogosult Szállító szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni.

V.4. Megrendelő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás helyén tartózkodni és a leszállított berendezést – üzembe helyezést követően – átvenni.

V.5. Megrendelő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés VI. pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben a Szállító köteles a hibát kijavítani és a teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért a Szállító díjazást nem követelhet.

V.6. Megrendelő 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja a Szállítót minden olyan körülményről, amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy befolyásolja.

V.7. Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.

V.8. A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a feladat teljesítését is érintő, a Szállító ügyvitelét befolyásoló változásokról, a Megrendelőt Szállító haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben a változások a szerződés szerinti feladat teljesítését bármilyen tartalommal és mértékben érintik, vagy további költségeket eredményeznek, a szerződő felek egyeztetéssel kezdeményezni fogják a szerződés módosítását. A szerződő felek egyetértének abban, hogy a szerződés módosítása csak a hatályos közbeszerzési törvény értelmében történhet.

V.9. Szállító felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a Megrendelő telephelyén és székhelyén kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.

V.10. Szállító alvállalkozó igénybevételeire – a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult. Szállító a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

V.11. Szállító a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének b.) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125 § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

Szállító tudomásul veszi, hogy a tulajdonosi szerkezetének változása, illetve egyéb gazdálkodó szervezetben történő tulajdonszerzése során a Kbt. 125. §. (5) bekezdésének a.) és b.) pontjában részletezett ügyletek bekövetkezése esetén a Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint.

VI.

A termék átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások

VI.1. A termék leszállításakor Megrendelő képviselője a terméket átveszi. Az áru mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Megrendelő a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan bekövetkezett károsodás, és/vagy minőségi kifogás is.

VI.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Megrendelő az eltérést a számla vagy szállítólevél másolatára rávezeti és Szállító megbízottjával aláírta az árut visszaadja, utólagos észrevétel esetén pedig Megrendelő jelzésére Szállító az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni.

VI.3. A Termékek minőségi átvételét a Megrendelő az üzembe helyezési eljárás során végzi el, a Termék minőségi átvételét igazoló dokumentum az üzembe helyezési eljárás során a Felek által felvett jegyzőkönyv, amelyen a Megrendelő a minőségi átvételt elismeri. Megrendelő a minőségi átvételt az általa mind orvos-szakmailag, mind műszakilag megfelelőnek ítélt üzembehelyezési eljárástól teszi függővé, az üzembehelyezési eljárásan a Termékek kipróbálására is sor kerül.

VI.4. A Termékek minőségi átvételét a Megrendelő által leigazolt üzembe helyezési jegyzőkönyvön ismeri el. A Megrendelő a Termékek leszállítását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul – de legkésőbb a III.5. pontban foglalt üzembehelyezési eljárás keretében - köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése, illetve átadása) a Szállítónak. Megrendelő minőségi kifogása esetében a felek egyeztetnek, az egyeztetésről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és a minőségi kifogás Szállító általi elismerése esetében a, jegyzőkönyv Szállító általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell az utánszállítást teljesítenie.

VI.5. Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére.

VI.6. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli.

VI.7. A termék elvesztéséből vagy megrongálódásából ill. bármely más okból eredő kárveszély viselése a Szállítóról a Megrendelőre az üzembe helyezésről felvett jegyzőkönyv aláírásával, a Termékek minőségi átvételével száll át.

VI.8. A szállított terméket az adott termékre vonatkozó előírások szerint, csomagolva, sérülésmentesen a teljesítés helyére kell szállítani, és a Megrendelő által meghatározott helyiségben kell üzembe helyezni.

VI.9. A szállított és üzembe helyezett terméket Szállító csak a teljesítés helyén és az átvételre feljogosított személynek adhatja át.

VII. Szállítási díj, fizetési feltételek

VII.1. Szállítót a II. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén, a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján a teljesítéstől számított 30 napon belül, összesen

**Nettó 19.910.010 Ft,- (azaz: tizenkilencmillió kilencszáztízezer forint) +
27 % Áfa, tehát
bruttó 25.285.712 Ft,- (azaz huszonötmillió kétszáznyolcvanötezer
hétszáztizenkét forint)**

összegű szállítási díj illeti meg.

VII.2. A VII.1. pontban meghatározott szállítási díj részletezését jelen szerződés 1. sz. melléklete (Ártáblázat), valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtott készülékekkel szemben támasztott követelményeket a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. Szállító ezen követelményeknek megfelelően köteles teljesíteni.

VII.3. A szállítási díj magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott termékek ellenértékét, a Megrendelő által megadott telepítési helyszínre történő leszállítást, a fuvarszközökről történő lerakást, az üzembe helyezést, a betanítást, valamint a szervizelés, javítás, karbantartás és az alkatrészek cseréjének költségeit is az üzembe helyezést követő 36 hónapos garanciális időszak alatt. Ennek megfelelően az árak a Szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségterítés igénylésére.

VII.4. Megrendelő a termékek ellenértékét általa aláírt szállítólevél alapján, a mennyiségi és minőségi átvételt, az üzembehelyezési eljárás lefolytatását, a termékek jótállási (garancia) papírjainak jogszabályi előírásoknak megfelelő kiállítását és a Megrendelő részére történő átadását és a teljesítés igazolását követően Szállító által szabályszerűen kiállított számlák alapján köteles megfizetni.

VII.5. Megrendelő a szállítási díjat a Szállítónak jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a Kbt. 130. § rendelkezéseinek

megfelelően figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.

Szállító a VII.1. pontban meghatározott szállítási díj 30 %-ának, azaz 7.585.714 forintnak előlegként történő kifizetését kéri. Az előlegfizetés feltétele, hogy Vállalkozó legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére, a biztosíték mértéke tekintetében a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyezik a biztosíték. A biztosíték kedvezményezettjeként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell megjelölni. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként. Az előleggel való elszámolás úgy történik, hogy annak összege az utolsó kettő részszámlából és a végszámlából kerül levonásra. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §-ában foglalt egyéb rendelkezések megfelelően irányadóak az előleg igénylése tekintetében.*

A Szállító a számla kiállítására a Megrendelő által aláírt szállítólevél és a Megrendelő által igazolt üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján jogosult. Szállítólevelen Megrendelő igazolja a termék átvételét. A számla három példányban készül el, amelyből az első két példány a Megrendelőnél marad, a harmadik példány a Szállítóé. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

VII.6. Megrendelő kijelenti, hogy a Szállítási Díj pénzügyi fedezetét részben a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 azonosítószámú pályázat eredményeként megkötött támogatási szerződés szerinti támogatás, részben pedig a Megrendelő által a 372/2011 (XII.31). Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján biztosított önerő jelenti.

VII.7. Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szállító a számla esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Szállító nem mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el.

VII.8. A Megrendelő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számlák kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

VII.9. A szállítói díj forintban való átutalása a Szállító MKB BANK ZRT. Banknál vezetett 10300002-20196044-70073285 számú, IBAN HU54 10300002-20196044-70073285 szám, SWIFT kód MKKB HU HB számlájára történik

VII.10. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni szállítónak A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.

VII.11. A Megrendelő a Szállító által a teljesítésbe bevont alvállalkozók részére járó díjazás külön kifizetését nem teljesíti. Ezt a Szállító köteles viselni.

VII.12. A Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

VIII.

A szerződő felek kapcsolattartása

VIII.1. A szerződés teljesítése során a felek a kapcsolatot az általuk megnevezett személy közreműködésével tartják.

A Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartó személyek:

Név: Komán Attila
Telefon: +36 42 599 811
Fax: +36 42 599 760
E-mail: koman@josa.hu

A Szállító által kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Rivasz Andrea, projekt menedzser
Tel.: +36/1/225-0313; +36/30/919-4717
Fax: +36/1/225-0314
E-mail: vmd@vmd.hu, rivasz.andi@vmd.hu

Név: Pataky Bálint, helyszíni projekt menedzser
Tel.: +36/1/225-0313; ; +36/30/692-4891
Fax: +36/1/225-0314
E-mail: vmd@vmd.hu, pataky.balint@vmd.hu

VIII.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak.

A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

VIII.3. A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax útján kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.

IX.

Felelősség a teljesítésért

IX.1. A Szállító felel azért, hogy a szerződés alapján, az ajánlatában meghatározott határidőben, minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt berendezést az adott címre leszállítja és üzembe helyezi, valamint a kezeléséhez szükséges betanítást elvégzi.

IX.2. A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt a Szállító haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

IX.3. A Szállító felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a szállított termék határidőre nem érkeznek meg a Megrendelőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Megrendelő utasításai szerint teljesít. Minden, a Szállítónak felróható késedelemért, a Szállító késedelmi kötbért köteles teljesíteni a Megrendelő számára.

IX.4. A Szállító mentesül a felelősség alól, amennyiben a Megrendelő nem teljesítette maradéktalanul és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során jelentkező kötelezettségeit.

X.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

X.1. A Szállító hibásan teljesít, amennyiben a szállítást nem teljesíti, hiányosan, nem a megfelelő minőségben teljesít, vagy egyéb módon megszegi a szerződésben, annak mellékleteiben foglalt feltételeket vagy határidőket.

A Szállító szerződésszegése esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel összefüggő kára érvényesítésére, kötbér követelésére és a szerződés

felmondására/elállására jogosult, a szerződés XI. pontjában meghatározottak szerint.

X.2. Amennyiben a Szállító a szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti és ez a késedelem a Szállítónak felróható, úgy ez késedelmi kötbér fizetését és/vagy szerződés felmondását eredményezi. Megrendelő a teljesítési határidő elmulasztása esetén jogosult a késedelmi kötbérré.

X.3. Amennyiben a Szállító késedelembe esik, a Megrendelő minden késedelemmel érintett napra késedelmi kötbérré jogosult. A kötbér mértéke a késve szállított termék bruttó ellenértékének 0,5%-a/nap, de legfeljebb 12%.

X.4. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Ptk. 246. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

X.5. Amennyiben a Megrendelőnek fizetési kötelezettsége áll fenn a Szállítóval szemben, de a Szállítóval szemben egyébként igazolt kötbér érvényesítésére jogosult, úgy a részére járó kötbér összegét egyoldalúan beszámíthatja a Szállító részére fizetendő díjba, és csak a kötbér összegével csökkentett teljesítést köteles kifizetni.

X.6. A Megrendelő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő lemond a szerződésszegésből eredő jogairól.

X.7. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő póthatáridőt tűzhet ki az áru cseréjére, amiről a Szállítót írásban értesíti. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén, illetve, amennyiben a póthatáridő elteltével a Szállító a cserét nem teljesítette, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérré és/vagy a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

X.8. A szerződés Szállító érdekkörében felmerült meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó szerződéses ár 10%-a.

X.9. Szállító kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a berendezés minősége nem felel meg a jelen szerződés feltételeinek, legkésőbb a Megrendelő által megjelölt időpontban kicseréli azokat a jelen szerződés feltételeinek megfelelő termékre, vagy kijavítja azokat. A jótállási idő alatt a minőségi kifogás alá eső terméket a Szállító köteles újból leszállítani. Amennyiben ez nem történik meg az adott határidőre, a Megrendelő a Szállító költségére ezt pótolja. A Megrendelő ilyen költsége a teljesítésért járó összegből kerül levonásra.

X.10. Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott berendezés a Szerződő felek által előzetesen írásban

rögzített specifikációknak és Megrendelő elvárásainak megfelelően működik. Ennek keretében a Szállító a specifikációban meghatározottaktól eltérő működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított berendezést tesztelés után Megrendelő részére haladéktalanul átadja. A Szállító szavatolja, hogy a készülék folyamatosan alkalmas rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a Megrendelőt használatában korlátozná, vagy akadályozná.

X.11. Megrendelő kötelezettsége, hogy a garancia időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt Szállítóval haladéktalanul írásban közöljön.

X.12. A Szállító a szükséges javítási munkák elvégzésén kívül köteles a szerződés tárgyát képező Termékeket rendszeresen karbantartani a garanciális idő alatt. A karbantartást úgy kell elvégezni, hogy az a betegellátást ne zavarja. A szerződő felek közös felelőssége, hogy a szükséges karbantartási és javítási szolgáltatások elvégzéséhez a megfelelő feltétel biztosított legyen.

X.13. A Szállító a teljesítéstől számított **36 hónap** garanciát vállal a Megrendelő részére a leszállított termékekre. A garancia ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A garancia idő a kicserélt egyes termékekre, alkatrészekre, stb. újra kezdődik. A garancia nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására.

X.14. Meghibásodás esetén a Szállító köteles a Megrendelő értesítésétől számított 6 órán belül a készülék javítását megkezdeni és azt 3 napon belül befejezni. Amennyiben a készülék vagy főegységei a rendeltetésszerű használat mellett oly módon hibásodnak meg, hogy azok nem javíthatók, új készüléket vagy főegységet köteles a Szállító a Megrendelő részére átadni.

X.16. A jelen szerződés szerinti teljesítése során a Szállító előtt ismert az a körülmény, hogy a Megrendelő tevékenysége a betegellátás, ezért a késedelmes és / vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.

X.17. *Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke tekintetében a Szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól, azonban az ezt meghaladóan kért előleg összegével megegyező biztosítékot kell nyújtania.* A Szállítónak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig az NFÜ rendelkezésére kell bocsátania és az előleggel történő elszámolásig, azaz a végszámla benyújtásáig az érvényességét fenn kell*

tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.*

*(Amennyiben szállítói előleg igénybevétele nem kerül sor, úgy a dőlt betűs rész törlendő)

XI.

A szerződés megszüntetése, felmondása, elállás

XI.1. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, azonban köteles megtéríteni a Szállító ténylegesen felmerült és igazolt kárát.

XI.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a Szerződő felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a már teljesített szolgáltatásokat a Szállítónak kifizetni.

XI.3. A Megrendelő írásban, a Szállító szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést különösen az alábbi esetekben:

a.) ha a Szállító a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a Megrendelő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő póthatáridőn belül nem tesz eleget;

b.) ha a Szállító - szerződésszegése esetén – a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Megrendelő által írásban kitűzött megfelelő póthatáridőn belül a hibát nem orvosolja;

c) amennyiben a Szállító képviselőjére, illetve kapcsolattartójára nem érhető el, megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/választ nem ad;

d) ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;

e) bármely olyan tevékenysége, amely a Szállítónak felróható módon veszélyezteti a projekt eredményességét.

XI.4. A Szállító írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést:

a) ha Megrendelő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a Szállító írásbeli felszólítása ellenére 15 munkanapon belül sem adja át;

b) ha a Megrendelő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át.

XI.5. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

XI.6. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) Szállító gazdasági társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

XII.

Nyilatkozatok, értesítések, titoktartás

XII.1. Mindkét fél kijelenti, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

XII.2. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.

XII.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti információk valamelyikét .

XII.4. Szállító vállalja, hogy a Ptk. 81. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Szállító jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény (pl. a Kbt.) közérdekből elrendeli.

XIII. Engedélyek

XIII.1. Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat Megrendelő részére.

XIII.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Szállító köteles a körülményekről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.

XIII.3. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Szállítót terhelik.

XIII.4. A fenti esetben a szerződő felek a kiesett termék mással történő pótlásáról, illetve azok ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg.

XIV. Szoftverrendelkezések

XIV.1. Amennyiben a Szállító a jelen szerződés tárgyát képező termékkel együtt rendelkezésre bocsát szoftvereket, úgy a szoftverek felhasználási jogait korlátozás nélküli időtartamra át nem ruházható, ill. nem kizárólagos jelleggel adja át a Megrendelőnek. A termékkel együtt leszállított szoftvereket a Megrendelő a leszállított termékkel együtt annak működtetése céljából jogosult változatlan formában és a műszaki leírásban megnevezett célra használni. A szoftvereket és az ehhez tartozó dokumentációt a megrendelő harmadik fél részére semmilyen jogcímen vagy megállapodás alapján nem adhatja át, ill. semmilyen módon nem teheti ilyen személyek részére hozzáférhetővé. A szoftverek használati díját a vételár tartalmazza. A Megrendelő a szoftvereket nem másolhatja le, nem fejlesztheti tovább, nem fejlesztheti vissza, ill. nem törölheti azokat. A leszállított áru teljesítményének ill.

teljesítőképességének növelése érdekében az azzal együtt szállított szoftver módosítása ill. bővítése külön díjazás ellenében történik.

XIV.2. A szervizszoftverek használata vonatkozásában szerződő felek külön megállapodásban rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a szervizszoftverek használati joga a Szállítót illeti.

XV. Jogviták rendezése

XV.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

XV.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat - pertárgy értékétől függően - a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

XVI. Alkalmazandó jogszabályok

XVI.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

XVII. Hatályba lépés

XVII.1. Jelen szerződés a szerződéskötés napját követő napon lép hatályba és szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesüléséig marad hatályban.

XVIII. Egyéb feltételek

XVIII.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény 132.§-ában meghatározott feltételek szerint.

XIX. Mellékletek

Melléklet: 2 db

- 1.sz Ártáblázat
2. sz Készülékekkel szemben támasztott követelmények


A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következők:
Ajánlati felhívás és dokumentáció,
Szállító ajánlata.

A szerződést és annak mellékleteit a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után, hat eredeti példányban írják alá, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 1 példány a Szállítót illet.

Budapest, ...07.25


.....
Megrendelő 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és
Szervezetfejlesztési Intézet


.....

VMD Kórházi Technológiai Zrt.
Szám: 11460 Dunaújváros, Petőfi S. u. 63.
Adószám: 13215613-2-07

VMD Kórházi Technológiai
Zrt.

Ellenjegyzem:





1.sz. Ártáblázat

Ártáblázat

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0020 "A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő sürgősségi osztályának komplex fejlesztése" című pályázat orvosi Gép-műszer lista

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Ágytálmosság | 1 | 1 300 740,00 | 1 300 740,00 | 351 199,80 | 1 651 939,80 |
| 2. | Mennyezeti Intenzív statív | 1 | 1 365 610,00 | 1 365 610,00 | 368 714,70 | 1 734 324,70 |
| 3. | Mennyezeti műtői statív | 1 | 1 365 610,00 | 1 365 610,00 | 368 714,70 | 1 734 324,70 |
| 4. | Endoszkópos Műszermosó | 1 | 9 636 310,00 | 9 636 310,00 | 2 601 803,70 | 12 238 113,70 |
| 5. | Műtőasztal klompletten | 1 | 4 694 270,00 | 4 694 270,00 | 1 267 452,90 | 5 961 722,90 |
| 6. | Műtőlámpa mennyezeti | 1 | 1 066 880,00 | 1 066 880,00 | 288 057,60 | 1 354 937,60 |
| 7. | Újrhúzószett, függesztő, súlykészlet | 1 | 213 160,00 | 213 160,00 | 57 553,20 | 270 713,20 |
| 8. | Nőgyógyászati vizsgáló szék | 1 | 267 430,00 | 267 430,00 | 72 206,10 | 339 636,10 |

Budapest, 2013. május 7.

VMD Kórházi Technológiai Zrt.
2400 Dunaújváros, Petőfi S. u. 63
Adószám: 12215613-2-01

.....
Cégszerű aláírás

2. sz. Készülékekkel szemben támasztott követelmények

A beszerezni kívánt termékek szakmai specifikációja

1. tétel

A műszer megnevezése: Ágytálmosógép

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | |
|---|--|---|
| | | Ajánlattevő paramétereit |
| Forgalmazó | | Steelco Kft. |
| Gyártó | | Steelco S.p.A |
| Típus | | BP 100 HE |
| Származási ország | | Olaszország |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvárások | | |
| Egyidejűleg minimum 1 db ágytál és 1db kacsza, illetve azok fedeleinek mosására alkalmas. | Igen Kérjük megadni a behelyezhető eszköz darabszámot | Igen, egyidejűleg 1 db ágytál fedővel és 1 db kacsza vagy 3 db kacsza |
| Energia és víztakarékos működés. | Igen Kérjük megadni l/ciklus | Igen, rövid program 13,2 l / ciklus |
| Ajtó manuálisan nyitható és csukható. | Kérjük megadni | Igen, manuálisan nyitható és csukható |
| A mosó- és fertőtlenítő ciklus a programból kiválasztható. | Igen Kérjük megadni | Igen, a programból kiválasztható |
| Termikus dezinfekcióhoz saját gőzfejlesztővel rendelkezik. | Igen Kérjük megadni | Igen, saját gőzfejlesztővel rendelkezik |
| Elvárt FUNKCIÓK | | |
| Ágytálmosó- fertőtlenítő berendezés | | |
| Magyar ágytálak és vizeletgyűjtő edények mosására alkalmas legyen | Igen | Igen |
| Kialakítás | | |
| CrNi acél kamratérrel | Igen | Igen |
| A rozsdamentes acél vastagsága, kb.: 1 mm | Igen Kérjük megadni a vastagságot | Igen, 1 mm |
| Meleg vizes öblítőrendszerrel | Igen | Igen |
| Termodezinfekciós fertőtlenítéssel | Igen | Igen |
| Mikroprocesszoros programvezérléssel, automatikus programlefutással rendelkezik | Igen | Igen |

| | | |
|---|----------------|--|
| Rendelkezik elektronikus kijelzővel amelyen követhető a program futása, és ezen jelennek meg a hibaüzenetek is. | Igen | Igen |
| Érintőpaneles vezérlés | Igen | Igen |
| Alacsony zajszintű, adja meg dB-ben | Igen | Igen, 51 dB(A) |
| Nagyteljesítményű -a bejövő víz nyomásától független belső szivattyúrendszerrel rendelkezik | Igen | Igen |
| Hideg-, melegvíz és lefolyócső csatlakozásokkal és helyszínen szükséges kiegészítőkkal rendelkezik | Igen | Igen |
| Elektromos csatlakozás a működés és fűtés működtetésre | Igen | Igen |
| Munkavédelmi előírások maradéktalanul teljesüljenek (pl. üzemküzben az ajtót ne lehessen kinyitni, motorikusan záródó ajtónál a balesetveszély kiküszöbölése, a megérinthető felületek alacsony hőmérsékletűek maradjanak stb.) | Igen | Igen |
| Az ágytálakat előzetes ürítés nélkül mossa a készülék. | Igen | Igen |
| Nagy tisztítási és fertőtlenítési hatékonyság. | Igen | Igen |
| Termikus fertőtlenítés hőfoka | Kérjük megadni | Termikus fertőtlenítés 93 °C fokon |
| A fentieken kívül alkalmas-e a készülék egyéb kórtermi eszközök mosására (pl. vesetál, szívóüveg stb.): | Kérjük megadni | Igen, vesetál, szívóüveg, egyéb üvegáru és kórtermi eszközök |
| Mosótér: | | |
| A mosótér űrszelvény (magasság, szélesség, mélység) | Kérjük megadni | 350x540x490 mm |
| A fix mosófejek, szórófejek, fűvókák száma és elhelyezkedésük : | Kérjük megadni | A fix mosófejek, szórófejek, fűvókák száma 4 db a mosótér különböző pontjain és a centrumban |
| A mozgó mosófejek, szórófejek, fűvókák száma és elhelyezkedésük: | Kérjük megadni | A mozgó mosófejek, szórófejek, fűvókák száma 7 db a mosótér különböző pontjain és a centrumban |
| Az automatikus biztonsági funkciók | Kérjük megadni | automata ajtóreteszelés és program végi jelzés, hibajelzések |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| A mosókamrában csak lekerekített élek/sarkok lehetnek a könnyű tisztíthatóság miatt | Igen | Igen |
| Programok: | | |
| A lefuttatható programok száma (minimum 3db), ezek leírása (mire használható, az egyes fázisok időtartama, felhasznált közegek mennyisége, hőmérséklete) : | Igen. Kérjük megadni. | 3 program: 1. rövid program az enyhén szennyezett edényzet tisztítására (mosás 25°C 1'06", fertőtlenítés 93°C 4'43", hűtés 50°C 8", 13,2 l víz, 0,36kWh 2. standard program a közepesen szennyezett edényzet tisztítására (előmosás 25°C 53", mosás 30°C 46", öblítés 35°C 1'05", fertőtlenítés 93°C 4'53", hűtés 50°C 6", 35,8 l víz, 0,46kWh 3. intenzív program az erősen szennyezett edényzet tisztítására (előmosás 25°C 58", mosás 30°C 1'06", mosás 30°C 1'13", fertőtlenítés 93°C 4'44", hűtés 50°C 10", 34,9 l víz, 0,51kWh |
| Mosási ciklusok a felhasználási igényeknek megfelelően: | | |
| Enyhén szennyezett edényzet tisztítás / gazdaságos program | Igen | Igen |
| Közepesen szennyezett edényzet tisztítás / normál program | Igen | Igen |
| Erősen szennyezett edényzet tisztítás / erőteljes program | Igen | Igen |
| Felhasználó igényei szerinti programozás lehetséges-e: | Kérjük megadni | Igen, 4 szabad programhely |
| Az egyes mosási ciklusok az alábbi fázisokból épülnek fel: | | |
| hideg vizes mosás | Igen | Igen |
| melegvizes mosás | Igen | Igen |

| | | |
|---|---|--|
| a mosókamra felfűtése | Igen | Igen |
| fertőtlenítés legalább 1 percig 85°C-on | Igen | Igen |
| lehűtés | Igen | Igen |
| A berendezés minden ciklus után saját rendszerét gőzzel átfertőtleníti | Igen | Igen |
| Beépített gőzgenerátor | Igen | Igen |
| Gőzgenerátor teljesítménye kW | Kérjük megadni | 4,5kW |
| Ajtó | | |
| Az ajtó nyitása és csukása kézzel történik | Igen Kérjük megadni | Igen, kézzel történik |
| Az ajtó hermetikusan zár | Igen | Igen |
| Biztonsági zár: működés közben az ajtó ne legyen kinyitható | Igen | Igen |
| A mosó- és fertőtlenítő ciklus a kívánt programnak a tasztatúrán történő kiválasztásával legyen indítható. | Igen | Igen |
| A készülék megérinthető részeinek üzemi közötti maximális hőmérséklete, C fok. | Kérjük megadni | 33 °C |
| A hálózati víz / Vízlágyítás. | Kérjük megadni, amennyiben a készülék rendelkezik saját vízlágyítóval | Igen, rendelkezik saját vízlágyítóval |
| Beépített vízlágyító rendszer | Kérjük megadni | Igen, beépített vízlágyító rendszer |
| Beépített vízlágyítószer adagoló vízkeménységtől függően beállítható adagolási mennyiséggel | Kérjük megadni | Igen, vízkeménységtől függően beállítható |
| A vízlágyítószer tartályban legyen szintérzékelő | Kérjük megadni | Igen, rendelkezik szintérzékelővel |
| A vízlágyítószer adagolása a kezelőfelületről legyen állítható | Kérjük megadni | Igen, az adagolás a kezelőfelületről állítható |
| Milyen mosó és fertőtlenítő szerek szükségesek a működtetéshez: | Kérjük megadni | Mosószer és vízlágyító szer |
| Milyen mosó és fertőtlenítő szerek valamint segédanyagok szerepelnek a fenti költségekben: | Kérjük megadni | induló készlet mosó és vízlágyító szer |
| Az egyes ciklusok végén automatikusan távolítsa el a vizet a vízpumpából, a víztartályból és a csövekből, hogy a mikrobiológiai kontaminációt megelőzze | Igen | Igen |
| Automatikus leállítás vízkimaradás esetén | Igen | Igen |
| Termikus fertőtlenítés hőfoka változtatható 93°C-ig | Igen | Igen |
| Túlfűtés elleni védelem | Igen | Igen |
| Tartozékok: | | |
| Ágytáltartó | Igen | Igen |
| Vizeletgyűjtő edény (kacsza) tartó | Igen | Igen |
| Legalább 1db ágytál és egyéb befogadására alkalmas tálca | Igen | Igen |

| BÍRÁLATI SZEMPONTOK | | |
|---|----------------------------------|--|
| Egységesen S=10 | | |
| Felhasznált összes víz mennyisége normal program esetén egy ágytál és egy kacsá fedővel töltet esetén : maximum 60 Liter/ciklus alatt alacsonyabb érték előny | Kérjük megadni minél alacsonyabb | 35,8 liter |
| Maximális energia felhasználása normál program során, egy ágytál és egy kacsá fedővel (maximum 2 kWh) alacsonyabb érték előny | Kérjük megadni minél alacsonyabb | 0,46 kWh |
| Szerviz | igen | Igen |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1116 Budapest, Temesvár u. 19-21. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 órán belül | 48 órán belül |
| Készülékre kiképzett szervíztechnikusok száma | kérjük megadni | 3 fő |
| Magyarországi alkatrészbázis nagysága (mFt) | kérjük megadni | 8 millió Forint |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | raktárról és a gyártótól közvetlenül |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | 5 liter mosószer, 14.986 Ft, 5 liter víz lágyítószer 14.478 Ft raktárról |
| CE engedély száma | kérjük megadni | CE0051 |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | magyar nyelvű kézikönyv, magyar feliratok, kijelzők, kezelői oktatás, korlátlan számban térítésmentesen megismételve |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | ágytáltartó, kacsatartó, bekötéshez szükséges csatlakozások 5 liter mosószer, 5 liter vízlágyító szer |

2. tétel

A műszer megnevezése: Mennyezeti Intenzív statív

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|---|--|--|
| Forgalmazó | | Expressmed Kft. |
| Gyártó | | Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co. Ltd. |
| Típus | | EX-70 |
| Származási ország | | Kína |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvevárások | | |
| Mennyezeti aneszteziológiai statív. Állmennyezeti közdarabbal 18 cm, csuklós forgatható karokkal, oszlopos ellátó egységgel, eszköztartó polccal, eszköztartó sínnel | Igen | Igen |
| Gázcsatlakozások: DIN rendszerű; altatógáz, oxigén, vákuum, sűrített levegő, légmotor. | Igen sűrített levegő légmotor esetében 4 bar nyomás szükséges | Igen |
| Maximális tömeg 3220 N, fődémre gyakorolt forgatónyomaték 4980 Nm | Igen, kérjük megadni | Igen, 2500N 4000 Nm |
| További elvárások | | |
| Motoros magasságállíthatóság minimum 60 cm | Igen, kérjük megadni | 40 – 60 cm |
| Gázvételi helyek: 2db O2, 2db VAC, 1 db AIR4 | Igen | 1xO2, 1xVAC, 1xAIR, 1xN2O, 1xAGSS, a kérdésfeltevésre adott válasz alapján |
| Minimum 8 db elektromos csatlakozó narancsszínű fedéllel, üzemjelző LED-del, Min 6 db EPH csatlakozó. Min 2 db RJ45-ös csatlakozó. | Igen | Igen |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Karkinyúlás csuklóval összesen min 1000 mm | igen, kérjük megadni | Igen, 1000 – 1200 mm |
| Kar terhelhetősége min.: 60 kg | igen, kérjük megadni | Igen, 200 – 250 Kg |
| Polcok száma min. 2 db, | igen, kérjük megadni | Igen, 2 db |
| Fiókok száma min 2 db , | igen, kérjük megadni | Igen, 2 db |
| Eszköztartó sín | igen, kérjük megadni | Igen, 600 mm |
| Vízszintes irányban kb. 270°-ban a függesztő oszlop körül elforgatható | igen, kérjük megadni | Igen, ≤330° |
| Konzol elfordulása tengelye körül kb. 220° | igen, kérjük megadni | Igen, ≤330° |
| Szerviz | igen | Igen |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1084 Budapest, Rákóczi tér 11. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | Megrendelés alapján |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| CE engedély száma | kérjük megadni | mellékelten csatolva |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | Használati utasítás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | Mennyezeti statív 1 db Álmennyezeti közdarab 1db |

3. tétel

A műszer megnevezése: Mennyezeti műtői statív

Igénytelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|--|--------------------------|---|
| Forgalmazó | | Expressmed Kft. |
| Gyártó | | Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co. Ltd. |
| Típus | | EX-70 |
| Származási ország | | Kína |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvárások | | |
| Allmennyezeti közdarabbal 18 cm, elforgatható karokkal, oszlopos ellátó egységgel. | Igen | Igen |
| Gázcsatlakozások: DIN rendszerű; altatógáz, oxigén, vákuum, 4 bar nyomású sűrített levegő és légmotor | Igen | Igen |
| Maximális összsúly max.: 135 kg, +10% eltérés megengedett figyelembe véve a fődémre gyakorolt forgatónyomaték max. | Igen | Igen |
| További elvárások | | |
| Karkinyúlás min 900 mm | Igen | Igen, 1000 - 1200 mm |
| Polcok száma min.: 2db, | Igen Kérjük megadni | Igen, 2 db ütközésgátlós |
| Fiókok száma min.: 2db | Igen Kérjük megadni | Igen, 2 db |
| Mennyezeti rögzítés | Igen | Igen |
| Karhossz: 1 m (min 1 csuklóval) | Igen Kérjük megadni | Igen, 1000-1200 mm |
| Kar terhelhetősége:min.: 50 Kg | Igen Kérjük megadni | Igen, 200 – 250 Kg |
| Ellátó oszlop a karon (pl: 0,5 m) | Igen Kérjük megadni | Igen, 80 cm |

| | | |
|--|------------------------|---|
| Gázvételi helyek: 2db O2, 1xAIR4, 1 db Air-Motor, 1 db AGFS.E, | Igen | 2xVAC, 1xAIR, és 1xLégmotor a kérdésfeltevésre adott válasz alapján |
| Elektromos hálózati csatlakozók: 6 db | Igen | Igen, 6 db |
| EPH csatlakozók: 6 db | Igen | Igen. 6 db |
| RJ45 informatikai csatlakozók: 2 db CAT6 | Igen | Igen, 2 db |
| Eszköztartó sín | Igen Kérjük megadni | Igen, 600 mm |
| Vízszintes irányban kb. 270°-ban a függesztő oszlop körül elforgatható | Igen Kérjük megadni | Igen, ≤330° |
| Konzol elfordulása tengelye körül kb.220° | Igen Kérjük megadni | Igen, ≤330° |
| Magasságállítás | Igen Kérjük megadni | 40- 60 cm |
| Szerviz | igen | Igen |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1084 Budapest, Rákóczi tér 11. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| CE engedély száma | kérjük megadni | mellékelten csatolva |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | Magyar nyelvű használati utasítás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | Mennyezeti statív 1 db Álmennyezeti közdarab 1db |

4. tétel

A műszer megnevezése: Endoszkópos Műszermosó

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|--|--------------------------|---|
| Forgalmazó | | MedNetwork Kft. |
| Gyártó | | Belimed AG |
| Típus | | WD425 |
| Származási ország | | Svájc |
| | Minimumfeltételek | |
| <u>Alapelvevárások</u> | | |
| Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő készülék, egyidejűleg 2 db bármilyen típusú flexibilis endoszkóp mosására. Szabadon álló rozsdamentes acél burkolattal rendelkező készülék. ISO EN 15883-4 szerint. | Igen | Igen, akár 3 endoszkóp |
| Alacsony mosási hőmérséklet (Kb:55°C fok) alatt. | Igen | Igen, 55 °C fok alatt |
| Rövid ciklusidő (kb.30-50 perc). | Igen | Igen, 30-50 perc a vegyszer és a beállítható paraméterek függvényében |
| Megfelelő koncentrációjú fertőtlenítőszer és víz keverékével való működés, | Igen | Igen |
| Felszerelve a szükséges vízlágyítóval, adapterrel és induló vegyszer készlettel. | Igen | Igen |
| Minimum 2 soros nyílt szöveges kijelző a programok és hibaüzenetek magyar nyelvű kijelzésére | Igen | Igen |
| Beépített tömítettség ellenőrzés a ciklus elején és végén | Igen | Igen |
| RS232 interfész, PC vagy külső ciklusnyomtató csatlakoztatásához | Igen | Igen |
| Beépített meleg levegős ventilátoros szárító rendszer, min. 80 m ³ /h teljesítménnyel, mely a mosórendszer csövein keresztül végzi az endoszkóp belső részeinek szárítását | Igen | Igen, 200 m ³ /h |

| | | |
|--|------------------|--|
| Ioncserélő rendszer a végső öblítéshez szükséges teljes sótalanított víz előállításához | | Igen |
| BÍRÁLATI SZEMPONTOK Egységesen S = 10 | | |
| Beépített boiler a végső öblítéshez használt teljesen sótalanított víz termikus fertőtlenítéséhez | Igen / Nem | Igen |
| Folyamatos nyomás ellenőrzés a mosási ciklus alatt | Igen/Nem | Igen |
| Nyomáskamra rendszerű endoszkóp tisztító betét (egyenletes áramlást és nyomást biztosít az endoszkóp csatornáiban) | Igen / Nem | Igen |
| Szerviz | igen | Igen |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | MedNetwork Kft. 1125 Budapest, Kútvölgyi út 65/c. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | igen, max. 48 óra |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma | kérjük megadni | 2 fő |
| Hány évig garantálják az alkatrészellátást? | kérjük megadni | 10 évig |
| Magyarországi alkatrész bázis nagysága (mFt) | kérjük megadni | kb. 10 Millió Ft |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | raktárról |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | igen |
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | Endoszkóp fertőtlenítő és tisztítószer, raktárról, kb. 50.000 Ft/kanna |
| CE engedély száma | kérjük megadni | CE0044 |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | 1 db csatlakozó szett teljesen |

5. tétel

A műszer megnevezése:

Műtőasztal kompletten

Igényelt mennyiség:

1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|---|---|--|
| Forgalmazó | | Expressmed Kft. |
| Gyártó | | Qufu Mingtai Medical Devices Co. Ltd. |
| Típus | | MT 2200 |
| Származási ország | | Kína |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvárások | | |
| Fix lapos, mobil tönkös műtőasztal | Igen | Igen |
| Rozsdamentes szerkezet, | Igen | Igen |
| Fekvőfelület min. 5 részes, levehető antisztatikus matrac, mely fertőtlenítőszerrel szemben ellenálló | Igen Kérjük felsorolni | Igen Fej, hát, derék, ülő, láb részek |
| Elektrohidraulikus mozgathatóság | Igen | Igen |
| Központi fékrendszer | Igen | Igen |
| Mín. 125 mm dupla kerék | Igen | Igen, 125 mm |
| Átröntgenezhető asztalfelület | Igen | Igen |
| A tönk talpazat része alá férjen be a műtőszemélyzet lába | Igen | Igen |
| Kétrészes nyitható lábtartóval, | Igen | Igen |
| Magasságállítás 750- 1100 mm között | Igen Kérjük megadni ajánlatkérő 10 % eltérést elfogad | Igen, 750 – 1100 mm |
| Trendelenburg és anti-trendelenburg funkciók, ± 30° | Igen Adja meg a szögeket ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad | Igen, ± 30° |
| fejtámla- állítható min. -45°, +45° | Igen Adja meg a szögeket ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad | Igen, -45°, +45° |

| | | |
|---|---|---|
| hátrész- állítható, -40°, + 70° | Igen Adja meg a szögeket ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad | Igen, -40°, +80° |
| Oldaldöntés min. +/- 20° | Igen Adja meg a szögeket ajánlatkérő +/- 10 % eltérést elfogad | Igen, +/- 20° |
| Kétszattatú lábtartó állíthatósága min. -90°, + 30° | Igen, kérjük megadni ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad | Igen, -90°, +30° |
| pácienstömegmin. 180kg | Igen Kérjük megadni ajánlatkérő - 10 % eltérést elfogad | Igen, 200 Kg |
| További elvárások | | |
| Nyomógombbal vezérelhető mozgathatóság: emelés, süllyesztés, trendelenburg, ellentrendelemburg, oldaldöntés | Igen Kérjük megadni | Igen Emelés, süllyesztés, ellen/trendelenburg, oldaldöntés, fekvőrész nyomógombbal vezérelhető a távírányítóról |
| Asztal hossz min. 1970 mm | Igen Kérjük megadni | Igen, 2100 mm |
| Tartozékok | | |
| Infúziótartóval, | Igen | Igen, 1 db |
| Oldalsínnel, | Igen Adja meg a méreteket | Igen, Hátrész: 380 x 25 x 6 mm Ülőrész: 555 x 25 x 6 mm Lábrész: 440 x 25 x 6 mm |
| oldalsínre szerelhető aneszt kartartóval, 2 rögzítő szíjjal | Igen | 1 pár, két szíjjal |
| Líra, fejfeletti karrögzíthetőséggel | Igen | Igen, 1 db |
| Csukló lekötő szíj 1db | Igen | Igen, 1 db |
| Testlekötő heveder | Igen | Igen, 1 db |
| Goepel-féle csészés combtartó, 1 pár | Igen | Igen, 1 pár |
| Oldaltámasz 1 db | Igen | Igen, 1 pár |
| Későbbiekben bővíthető tartozék | | |
| Extensios feltét traumatológiai végtagműtétekhez, komplett, feltéttartó kocsival | Igen | Igen, lehetséges |
| BÍRÁLATI SZEMPONTOK Egységesen S = 10 | | |
| Nyomógombbal vezérelhető mozgathatóság: emelés, süllyesztés, trendelenburg, ellentrendelemburg, oldaldöntés | Igen/ Nem Kérjük. megadni a motoros mozgathatóságokat. | Igen Emelés, süllyesztés, trendelenburg, ellentrendelenburg, |

| | | |
|--|------------------|--|
| | | oldaldöntés nyomógombbal vezérelhető a távírányítóról |
| A tönk talpazat része alá férjen be a műtői személyzet lába a maximális hozzáférhetőség és kényelem miatt. | Igen/ Nem | Igen |
| Szerviz | igen | |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1084 Budapest, Rákóczi tér 11. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma | kérjük megadni | 2 |
| Hány évig garatálják az alkatrészellátást? | kérjük megadni | 5 |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | Megrendelés alapján |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | a megadott specifikációjú berendezés működtetéséhez további segédanyagot nem igényel |
| CE engedély száma | kérjük megadni | 01695 |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | Használati utasítás, betanítás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | Műtőasztal 1 db Infúziótartó 1db Oldalsín 1db(felszerelve) Kartartó 1 pár, 2 szíjjal Altató líra 1 db Csukló lekötő szíj 1 db Heveder 1 db Combtartó 1 pár Oldaltámasz 1 pár |

6. tétel

A műszer megnevezése: Műtőlámpa mennyezeti

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|--|--------------------------|--|
| Forgalmazó | | Expressmed Kft. |
| Gyártó | | Shandong Yuda Medical Equipment Co. Ltd. |
| Típus | | YDZ 700/500 |
| Származási ország | | Kína |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvárások | | |
| Mennyezeti műtőlámpa, két lámpafejjel, különálló lámpatestekkel, halogén fényforrással | Igen | Igen |
| Fényerő fokozatmentesen szabályozható lámpánként min. 75 000 Lux | Igen Kérjük megadni | Igen, 120 000 – 160 000 Lux |
| Színhőmérséklet 3870-4730 K között legyen. | Igen Kérjük megadni | Igen, 4300 K ± 500 K |
| Színhűség min. 90 Ra | Igen | Igen, 95 Ra |
| Magasságemelhetőség min. 80- 150 cm | Igen | Igen, 60 – 190 cm a mennyezettől mérve |
| Kar 360°-ban körbeforgatható | Igen | Igen |
| Hőmérsékletemelkedés 1 m-re a műtéti területtől max. 10°C | Igen, kérjük megadni | Igen, 3 °C |
| További elvárások | | |
| Mennyezeti műtőlámpa | Igen | Igen |
| Tartószerkezet a műtői belmagassághoz igazítva földem és álmennyezet közötti távolság 18 cm. | Igen | 18 centis közdarabbal |
| 2 lámpafejes megoldás | Igen | Igen |
| 2 db csuklós, rugós, forgatható karokkal | Igen | Igen |
| Sterilizálható fogantyú, legalább 4 db | Igen | Igen |
| Tartalék izzók 1 készlet | Igen | Igen |
| Súly max. 90 kg | Igen | Igen, 87 Kg |

| | | |
|--|------------------|--|
| BÍRÁLATI SZEMPONTOK Egységesen S=10 | | |
| Színhűség minimum, legalább Ra 90% magasabb érték előny | Kérjük megadni | Igen, 95 Ra |
| Laminár áramlási index /Leenemann max: 60 alacsonyabb érték előny | Kérjük megadni | Igen, 52 |
| Szerviz | igen | |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1084 Budapest, Rákóczi tér 11. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma | kérjük megadni | 2 |
| Hány évig garantálják az alkatrészellátást? | kérjük megadni | 8 |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | Megrendelés szerint |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | Izzó: 28 000 Ft / db Fogantyúk: 28 000 Ft/ db Rendelés alapján |
| CE engedély száma | kérjük megadni | TFR-BJ-71610201004 |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | Használati utasítás, betanítás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | Műtőlámpa 2 karos 2 lámpafejjel, izzókkal 1 db 18 cm-es közdarab 1 db Fogantyúk 4 db Tartalék izzókészlet 1 db |

7. tétel

A műszer megnevezése:Újjhúzószett, függesztő, súlykészletIgényelt mennyiség:1 dbA készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paraméterei |
|--|---|--|
| Forgalmazó | | Expressmed Kft. |
| Gyártó | | Lomed Nederland BV. |
| Típus | | Mod. EZ-Caster |
| Származási ország | | Hollandia |
| | Minimumfeltételek | |
| Alapelvárások | | |
| Állvánnyal és függesztő egységgel felnőtt műanyag háncshúzó készlet 2 garnitúra | Igen traumatológiai ellátásra, végtag re pozícióhoz | Igen |
| Gyermek háncshúzó készlet 3 garnitúra | Igen traumatológiai ellátásra, végtag re pozícióhoz | Igen |
| Szerviz | igen | |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | 1084 Budapest, Rákóczi tér 11. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma | kérjük megadni | 2 |
| Hány évig garatálják az alkatrészellátást? | kérjük megadni | 8 |
| Magyarországi alkatrészbázis nagysága (mFt) | kérjük megadni | 0,5 m Ft |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | Megrendelés szerint |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | Igen |
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | Az alaptartozékon felül Háncshúzó készlet: Felnőtt: 145 615 Ft Gyermek: 145 061 Ft mellékelten csatolva |
| CE engedély száma | kérjük megadni | |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | Használati utasítás |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | Állvány 1 db Függesztő 1 db Újjhúzó készlet 1 db Súlykészlet 1 db |

8. tétel

A műszer megnevezése:Nőgyógyászati vizsgáló székIgényelt mennyiség:1 dbA készülékkel szemben támasztott követelmények:

Minimumelvárások:

Kérdőív és Minimum elvárások:

| | | Ajánlattevő paramétere |
|---|--------------------------|--|
| Forgalmazó | | VMD Zrt. |
| Gyártó | | Sanamöbel Kft |
| Típus | | 113.47 |
| Származási ország | | Magyarország |
| | Minimumfeltételek | |
| Krómozott vagy porszórt kivitel, | Igen | porszórt |
| A párnázat fertőtlenítőszernek ellenálló bevonattal | Igen | enyhe detergens szerekkel igen |
| Háttámla és fejrész külön állítható | Igen | igen |
| Forgatható, csészés lábtartókkal. | Igen | igen |
| Kivehető rozsdamentes szennyes ledobó tállal | Igen | igen |
| Papírtekercs tartóval | Igen | 113.46 típus |
| Kapaszkodóval | Igen | a termék tartozéka |
| Fellépővel számollyal | Igen | 116.56 típus |
| Legalább 130 kg-ig terhelhető | Igen | igen |
| Fekvőfelület szélesség, hosszúság min. 650 x 1950mm | Igen kérjük megadni | 650x1950 mm |
| Magasság max. 750 mm | Igen, kérjük megadni | 750 mm |
| Szerviz | igen | igen |
| Üzembe helyezést követő garancia idő | minimum 12 hónap | 36 hónap |
| Szerviz címe | kérjük megadni | Sanamöbel Kft 3396 Kerecsend Füzesabonyi út 75-79. |
| Szerviz rendelkezésre állása | max. 48 óra | 48 óra |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma | kérjük megadni | 2 fő |
| Hány évig garantálják az alkatrészellátást? | kérjük megadni | 10 év |
| Magyarországi alkatrészrendszer nagysága (mFt) | kérjük megadni | 2 mFt |
| Alkatrész utánpótlás módja | kérjük megadni | szervizen keresztül vagy postai |
| Magyar nyelvű használati utasítás | igen | igen |

| | | |
|--|----------------|---|
| A berendezés működtetéséhez szükséges speciális segédanyagok felsorolása, beszerzés módja, bruttó ára: | kérjük megadni | nincs ilyen |
| CE engedély száma | kérjük megadni | mellékelt „CE” engedély |
| Vevőgondozás bemutatása (pl.: kézikönyv, továbbképzés, magyar feliratozás, stb.) | kérjük megadni | használati útmutató |
| Alapárban felsorolt tartozékok felsorolása tételesen | kérjük megadni | 113.46 papírtekercs tartó 116.56 fellépő számoly, betegkapaszzkodó |